



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią**  
**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
**w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 20.04.2021 r.

**Znak sprawy Nr RPoZP 4/2021**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.**

**Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 21**

Dotyczy Pakiet 22, poz.3 i 4

1. Czy Zamawiający wymaga aby folie bakteriobójcze były sterylizowane radiacyjnie a nie tlenkiem etylenu ponieważ metoda sterylizacji tlenkiem etylenu jodowanych folii prowadzi do powstania toksycznego związku etylenohydryny, która w kontakcie ze skórą powoduje reakcje zapalne?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.**

2. Czy Zamawiający wymaga folii bakteriobójczej, która jest skalsyfikowana jako wyrób medyczny klasy III oraz posiada wymagany przepisami certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający klasyfikację producenta a nie certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający metodę sterylizacji lecz nie potwierdzający klasyfikacji wyrobu medycznego?

**Odp.: Zgodnie z SWZ.**

**KOMENDANT**

**plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko**

M.J. 91/ 810 59 82