



REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl
centrala: (012) 261-88-00

Kraków, dnia 31 maja 2021r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ III DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-05/21

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 135 ust. 2 w zw. z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych i kontrolnych wraz z dzierżawą systemów diagnostycznych z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem** (znak sprawy j. w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Sekcji XVII pkt.1 tabela dla Zadania nr 2 pkt 1

Prosimy o modyfikację punktacji w pkt 1 tabeli na:

Wszystkie odczynniki, kontrole i kalibratory w stanie płynnym, gotowe do użycia, nie wymagające dodatkowego przygotowania; udokumentowane zapisami w specyfikacjach technicznych, katalogach, ulotkach producenta, TAK – 15 punktów

Wszystkie odczynniki i 50% kalibratorów i kontroli w stanie płynnym, gotowe do użycia, nie wymagające dodatkowego przygotowania; udokumentowane zapisami w specyfikacjach technicznych, katalogach, ulotkach producenta- 5 pkt NIE – 0 punktów.

Uzasadnienie:

Obecna specyfikacja w znacznym stopniu promuje ofertę firmy Abbott i praktycznie uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty innym uczestnikom rynku. Liczymy że tak samo jak to miało miejsce w przypadku pytania zadanego po terminie przez firmę Abbott udzielicie Państwo odpowiedź na nasze pytanie i będzie ona pozytywna.

Jednocześnie wyrażamy zdziwienie że jako jeden z największych RCKIK w kraju decydujecie się Państwo na użytkowanie (przez kolejne 4 lata) 6-cio letnich, przestarzałych i nigdzie w Polsce podczas przetargów już nie oferowanych przez firmę Abbott aparatów Architect. We wszystkich ostatnich postępowaniach przetargowych w RCKIK w Polsce firma Abbott oferowała aparaty Alinity: RCKIK Szczecin, RCKIK Gdańsk (wygrana Abbott Alinity 2 szt) Olsztyn (wygrana Abbott – Alinity 2 szt), RCKIK Białystok (wygrana Abbott Alinity 2 szt), RCKIK Lublin.

Zwracamy również uwagę na fakt że dopuszczenie możliwości zaofiarowania w 100% zamortyzowanych aparatów w przetargu na 4 lata będzie skutkowało olbrzymią (50-60%) podwyżką kosztów tej diagnostyki w przyszłości kiedy to stare aparaty zostaną w końcu wymienione na nowe. **Odpowiedź: Dopuszczenie możliwości zaofiarowania analizatorów wyprodukowanych w 2016 roku dotyczy wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie wyłącznie firmy Abbott. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że ewentualne różnice punktowe wynoszą nie 5 punktów, a 0,63 punktu, co wynika z faktu, iż żaden z głównych konkurentów (Wykonawców) ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego nie uzyska maksymalnej liczby punktów w kryterium „Jakość”. Z wycień dokonanych przez Zamawiającego wynika, że firma Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. może uzyskać maksymalnie 3,75 punktów, natomiast firma Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. uzyska 3,12 punktów.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ.

p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie

lek. Jolanta Raś