



D.25C/250/ 509 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **SUKCESYWNE DOSTAWY WIELORAZOWYCH NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA LOKALIZACJI W WEJHEROWIE**, znak: **D25C/251/N/18-29rj/23**, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Zadanie nr 5: ZESTAW HAKÓW AUTOMATYCZNYCH

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zmianę w zakresie ogólnych wymogów dotyczących oferowanego asortymentu w ramach zadania nr 5, zgodnie z załączoną poniżej tabelą.

Zakres wymogów w stosunku do haków automatycznych nie jest tożsamy z wymogami stosowanymi dla zwykłych narzędzi chirurgicznych

Ogólne wymagania dotyczące oferowanego asortymentu (ZADANIE 5)

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: - wyprodukowany w 2023 roku, fabrycznie nowy, nieuszkodzony, nieregenerowany, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, kompletny i gotowy do użycia - nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika, hartowany próżniowo, odporny na korozję, poddany przez producenta wstępnej pasywacji.
Narzędzia mają posiadać powierzchnię: - matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, pozbawioną porów, pozbawioną pęknięć, pozbawioną wyżłobień.
Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: - PN-EN 10088-1 lub równoważna, - PN-EN ISO 7153-1: 2017-02 lub równoważna- spełniające standard dla stali, - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna, - DIN 96298 (dot. twardości stali) lub równoważna, - ISO 13402 (dot. odporności na korozję) lub równoważna,
Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu: - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883, - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE.
Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: a) trwałym napisem, np. PŁUCA2023, PEDIATRIA SOR2023 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe.
OKRES GWARANCJI OZNAKOWANIA NARZĘDZIA: Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 24 m-cy, maksymalnie 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
OKRES GWARANCJI NARZĘDZIA: Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 24 m-cy gwarancji na narzędzia.



Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkodzania tych narzędzi.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (1 kpl) i elektronicznej (1 kpl) przy dostawie. Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji.
Wykonawca dostarczy (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji (oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, Wykonawca dostarczy do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim lub angielskim. Wykonawca dostarczy informację o wadze netto każdego z narzędzi - przy dostawie Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi (montażu/ demontażu narzędzi, które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej (1 kpl) i w wersji elektronicznej (1 kpl) - przy dostawie.
Zamawiający dopuszcza tolerancję długości narzędzi chirurgicznych +/- 5 mm.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał autoryzowany serwis na terenie Polski.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**


mgr Monika Klause