



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

Odpowiedź na Zapytanie 9

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 1736 /3155 /2023

Data: 25.08.2023r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak: 2505/2023

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 53**

Prosimy o sprecyzowanie dla jaki model wstrzykiwacza jest w posiadaniu Zamawiającego (dla którego wężyki zostały ujęte w pakiecie 53).

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada wstrzykiwacz Ulrich medical CT motion XD 8000. Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 25 sierpnia 2023 Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.

**PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 53**

Czy Zamawiający dopuści do ofertowania w części nr 53 w/w postępowania wężyki pompy i wężyki pacjenta do urządzenia Ulrich będące zamiennikiem dla oryginalnych wężyków? Alternatywne produkty posiadają niezbędne certyfikaty i są dopuszczone do obrotu w Polsce. Informujemy także, iż Wykonawca jest w stanie zaoferować bardzo korzystną cenę, która przełoży się na wygenerowanie przez Zamawiającego znaczących oszczędności.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zamienników. Posiadany przez Zamawiającego wstrzykiwacz i tomograf komputerowy jest na gwarancji producenta. Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dnia 25 sierpnia 2023 Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.

**PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 53**

Czy Zamawiający dopuści do ofertowania w części nr 53 w/w postępowania produkt - wężyk pompy o czasie pracy do 12h.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 53**

Czy Zamawiający dopuści do ofertowania w części nr 53 w/w postępowania produkt - wężyk pompy i wężyk pacjenta o szczelności ciśnieniowej do 24 bar / 350 psi?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**PYTANIE nr 5 – dotyczy Pakietu 53**

Czy Zamawiający dopuści do ofertowania w części nr 53 w/w postępowania produkt – wężyk pacjenta o objętości wężyka 12ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

Z poważaniem