



Gliwice 2020-10-16

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. postępowania na dostawy materiałów jednorazowego i krotnego użycia (nr sprawy: 259/PN/20).

Zadanie nr 2

Poz. 5 W związku z wątpliwościami prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy miał na myśli jednorazowe kopolimery do przetworników ciśnienia. Z aparatem Delhpis kompatybilne są są wielorazowe przetworniki ciśnienia, do których stosowane są jednorazowe kopolimery odpowiadające opisowi podanemu przez Zamawiającego.

- **Zamawiający potwierdza.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

UWAGA: Treść i pisownia wniosków o udzielenie wyjaśnień jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez Wykonawców. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści wniosków o wyjaśnienia.