

Realizacja projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Etap II”

Włocławek, 22.09.2021r.

Sygnatura: **DZP/93/2021**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**pn. „ Videolaryngoskop - 3 szt. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”.**

na realizację dostawy zgodnie z art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i innych chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567, 875 ), który stanowi że „Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.”

Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści Zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami.

#### **Pytanie nr 1**

Czy w pozycjach 5, 6 i 7 Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w akumulator oraz zasilacz umożliwiające ładowanie akumulatora?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie nr 2**

Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści wideolaryngoskop o wadze 255g?

**Odpowiedź: : Tak. Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie nr 3**

Czy w pozycji 9 Zamawiający dopuści urządzenie o klasie IPx0, ale z możliwością sterylizacji w plazmie lub gazie?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 4

Czy w pozycji 12 Zamawiający dopuści łyżki wykonane z poliwęglanu o bardzo dobrej przejrzystości?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 5

W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert o poniższych parametrach technicznych.

Parametry techniczne w części 2 - „pozostałe wymagania” - bez zmian:

Wideolaryngoskop z kompletem nakładek jednorazowego użytku

1 Kolorowy ekran LED min. 3,5”

2 Wymiary wyświetlacza: 94 x 70 x 12 mm

3 Źródło światło: LED

4 Rozdzielczość min. 640 x 480

5 Format 4:3

6 Ilość klatek na sekundę min. 30 FPS

7 Rozdzielczość kamery 2.0 M pikseli

8 Kamera wyposażona w soczewkę przeciwparową

9 Natężenie oświetlenia, min. 800 luksów

10 Akumulator litowy 3,7 V

11 Wydajność akumulatora min. 120 min

12 Pojemność akumulatora 3,400 mAh

13 Czas ładowania około 8 godzin

14 Masa wideolaryngoskopu 315 g +/- 2 g

15 Karta pamięci o pojemności min. 4GB SD

16 Dostępne nakładki jednorazowego użytku z poliwęglanu w rozmiarach 1, 2, 3, 4 oraz do trudnych intubacji DX3

17 Walizka ochronna na wideolaryngoskop i akcesoria

18. Wyposażenie w dostawie:

- nakładka jednorazowego użytku, rozmiar 3 - 5 szt.

- nakładka jednorazowego użytku, rozmiar 4 - 5 szt.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści by urządzenie pracowało na akumulatorze umieszczonym w rękojeści przez nominalne 240, a nie oczekiwane 250 minut? Te brakujące nieodczuwalne 10 minut zostanie z nawiązką zrekompensowane możliwością doładowywania go nawet w czasie pracy i pozbawi zamawiającego problemu logistycznego w postaci pilnowania stanu magazynowego baterii. Brak baterii na stanie to brak możliwości wykonania procedury, rozwiązanie to jest także bardziej ekonomiczne. Potrzeba ponownego ładowania baterii będzie sygnalizowana poprzez wyświetlanie pozostałego czasu działania.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy urządzenia wykorzystywane podczas procedury intubacyjnej posiadały nie tylko stopień ochrony zapewniający ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku ale także całkowitą ochronę przed wnikaniem pyłu. Niespełnienie takiej normy ochrony przez którykolwiek z elementów urządzenia będzie oznaczało, konieczność rozmontowywania urządzenia i stosowania różnych metod dezynfekcji dla poszczególnych elementów, a w skrajnym przypadku nawet podczas normalnego użytkowania dojść może do nieodwracalnych uszkodzeń urządzenia.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 8

Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanej ilości łyżek. Czy zamawiającemu chodzi łącznie (dla 3 videolaryngoskopów) o 20 czy 3x20=60 sztuk.

**Odpowiedź: 3x 20 sztuk**

#### Pytanie 9

Wnosimy o umożliwienie wykonywania przeglądów w systemie Door to Door. Pozwoli to zaoferować korzystniejszą cenę za urządzenie. W przeciwnym razie przyjazd serwisanta, będzie musiał być wliczony w koszt oferty.

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4 cala?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop z wyświetlaczem LCD bez możliwości regulacji ustawienia pozycji wyświetlacza (wyświetlacz zintegrowany na stałe z rękojęścią), ustawiony w stałej pozycji z maksymalnym kątem widzenia do 155°?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop z zasilaniem bateryjnym, bateria AAA (3 sztuki), zapewniającym czas pracy około 90 min, w zestawie 3 komplety baterii pozwalające na 270 min pracy?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

#### Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop bez określonego stopnia IPX, jednak urządzenie nadające się do powierzchniowego mycia i dezynfekcji za pomocą nawilżonych chusteczek?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop z dostępnymi łyżkami czystymi mikrobiologicznie, jednorazowego użytku w rozmiarze 1, 2, 2C (z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną), 3, 3C (z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną)?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 15**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop z dostępnymi łyżkami przeznaczonymi do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3C (z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną)?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wideolaryngoskop na wyposażeniu z łyżkami czystymi mikrobiologicznie wykonanymi z poliwęglanu/TPE do zastosowań medycznych rozmiar 3 i 3C?

**Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza**

*Dyrektor  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku  
mgr inż. Karolina Welka  
( oryginalny podpis w aktach dokumentacji )*