

Kraków, 22.04.2022

DZ.271.16. 306 .2022

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 25 34  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

**dotyczy: DZ.271.16.2022 – Zakup odczynników wraz z dzierżawą systemów / analizatorów na okres 18 i 36 miesięcy**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

**Pytanie 1.**

Prosimy o dodanie do SWZ zapisu zgodnego z art. 107 ust. 2 ustawy PZP z dnia 11 września 2019: „Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie...”. Brak możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych może doprowadzić do odrzucenia najkorzystniejszej oferty i konieczności wyboru mniej korzystnej, bądź unieważnienia postępowania i konieczności przeprowadzenia procedury ponownie, w przypadku popełnienia drobnego niedopatrzenia ze strony Wykonawcy.

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy SWZ pozostawia bez zmian.**

**PAKIET IV - Dostawa odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi dla Działu Transfuzjologii Szpitalnej wraz z dzierżawą 2 analizatorów**

**Pytanie 2.**

Czy zgodnie z wymogiem opisanym w pkt 4 (załącznik nr 3 do SWZ) dla Pakietu IV Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego z analizatorów po wykonaniu procedury całkowitego odnowienia przez autoryzowany serwis producenta z 2017 roku?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3.**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga doliczenia odpowiedniej ilości kart do wykonania kontroli codziennej dla pozycji nr 1 i 2 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 4 do SIWZ) dla obu analizatorów z wyłączeniem oznaczenia antygenów ABO u biorców i dawców które będą wykonywane tylko na jednym analizatorze?

**Odp.: TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 4.**

Prosimy o potwierdzenie, że wraz z dostarczonymi analizatorami Zamawiający wymaga zaoferowania Oprogramowania do identyfikacji przeciwciał i umieszczenia go w osobnym wierszu formularza asortymentowo-cenowego w tabeli IV B Dzierżawa dwóch

automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi (załącznik nr 4 do SWZ)?

**Odp.: TAK, Zamawiający potwierdza, że wraz z dostarczonymi analizatorami wymaga zaoferowania oprogramowania do identyfikacji przeciwciał.**

**Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie dodatkowej pozycji w osobnym wierszu formularza asortymentowo-cenowego w tabeli IV B Dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi.**

**Pytanie 5.**

W związku z wymogiem opisanym w pkt 47 Informacje dodatkowe (załącznik nr 3 do SWZ) prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wyceny materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wydrukowania ok 10000 stron w trakcie trwania umowy i umieszczenia go w pozycji nr 8 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 4 do SWZ)?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 6.**

Czy zgodnie z zapisem zawartym w pkt 1 §2 - Obowiązki Stron Umowy dzierżawy (załącznik nr 2 do SWZ) Zamawiający dopuści możliwość zainstalowania aparatów do 6 tygodni od momentu podpisania umowy?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 7.**

Dotyczy SWZ, punkt 14, podpunkt 1 i załącznik nr 3- opis przedmiotu zamówienia, pakiet IV, punkt 49.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pipet wraz z końcówkami, które są wyrobami laboratoryjnymi ogólnego zastosowania, w związku z czym nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych i nie posiadają deklaracji zgodności?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 8.**

Dotyczy załącznika nr 3- opis przedmiotu zamówienia, pakiet IV, punkt 4.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednego analizatora wyprodukowanego w 2018 roku a drugiego wyprodukowanego w 2021 roku?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 9.**

Dotyczy załącznika nr 3- opis przedmiotu zamówienia, pakiet IV, punkt 10.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyzna 5 punktów dla rozwiązania, w którym konserwacja (odkażanie) analizatora jest wykonywana raz w miesiącu- potwierdzone dokumentacją techniczną producenta.

**Odp.: TAK, Zamawiający potwierdza, że przyzna 5 punktów dla rozwiązania, w którym konserwacja (odkażanie) analizatora jest wykonywana raz w miesiącu przy zachowaniu wymogu, że jednorazowa przerwa na czynności konserwacyjno-odkażające nie będzie dłuższa niż 25 minut.**

**Pytanie 10.**

Dotyczy załącznika nr 3- opis przedmiotu zamówienia, pakiet IV, punkt 11.

Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przyzna 5 punktów dla rozwiązania, w którym oznaczenia BTA w zakresie rozszerzonym o profilu AHG-IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-C4-ctl będzie dostępne w trzecim kwartale 2022r.?

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 11 pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 11.**

Dotyczy załącznika nr 3- opis przedmiotu zamówienia, pakiet IV, punkt 14.

Uprzejmie prosimy o przyznanie 5 punktów dla rozwiązania, w którym dwa rodzaje zaoferowanych kart tj. karty do oznaczania antygenów ABO u dawców i karty do oznaczania BTA należy przechowywać w temperaturze 2-8°C.

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 14 pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 12.**

Dotyczy załącznika nr 3- opis przedmiotu zamówienia, pakiet IV, punkt 15.

Uprzejmie prosimy o przyznanie punktów dla rozwiązania, w którym wykonywanie roboczej zawiesiny krwinek czerwonych bez możliwości kontaminacji próbki odbywa się w stacji rozcieńczania (w jednorazowej dla każdego badania porcji odczynnika). Stacja rozcieńczania jest skutecznie przepłukiwana po każdej próbce, a tym samym jest właściwie zabezpieczona przed kontaminacją.

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 15 pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 13.**

Dotyczy załącznika nr 3- opis przedmiotu zamówienia, pakiet IV, punkt 20.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania, w którym oferowane analizatory mają trwałość odczynników krwinkowych na pokładzie wynoszącą 5 dni. Z ilości wykonywanych badań wynika, iż zużycie i wymiana buteleczek z odczynnikami krwinkowymi będzie odbywać się częściej niż co 5 dni.

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 20 pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 14.**

Dotyczy załącznika nr 3- opis przedmiotu zamówienia, pakiet IV, punkt 21.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania analizatorów, których wydajność przy pełnym oznaczeniu grupy krwi ABO, Rh wraz z izoaglutyninami oraz badaniem przeglądowym przeciwciał wynosi 23 próbki na godzinę.

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy SWZ w punkcie 21 pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 15.**

Dotyczy załącznika nr 3- opis przedmiotu zamówienia, pakiet IV, punkt 41.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż w punkcie 41, Zamawiający ma na myśli zaoferowanie wszystkich niezbędnych odczynników potrzebnych do wykonania wyspecyfikowanych badań, które są wymagane dla zaproponowanego rozwiązania.

**Odp.: TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 16.**

Dotyczy załącznika nr 3- opis przedmiotu zamówienia, pakiet IV, punkt 46.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o możliwość przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim ustaleniu terminu z Kierownikiem Pracowni w celu oszacowania jakie meble będą niezbędne do doposażenia pracowni w celu wykonywania badań metodą manualną.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 17.**

Dotyczy załącznika nr 4, pakiet 4.

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że podane ilości badań zawierają ilości przeznaczone na codzienną wewnętrzną kontrolę jakości.

**Odp.: Zamawiający informuje, że do podanych ilości należy doliczyć ilości potrzebne na kontrolę codzienną.**

**PAKIET V - Dostawa odczynników do automatycznej ekstrakcji i detekcji kwasów nukleinowych DNA/RNA dla Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatu**

**Pytanie 18.**

Czy Zamawiający dopuści instrument rok produkcji: 2018? Wykonawca proponuje urządzenie w pełni sprawne, nie odbiegające w żaden sposób funkcjonalnie od urządzenia nowego a także będzie posiadało ważny przegląd techniczny dopuszczający urządzenie do pracy.

**Odp.: W związku z unieważnieniem pakietu 5 odpowiedź na przesłane pytanie jest bezzasadna.**

**PAKIET VI - Dostawa odczynników do identyfikacji drobnoustrojów metoda spektrometrii mas dla Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą systemu**

**Pytanie 19.**

Dotyczy Pakietu VI Załącznik nr 3 - Pkt 6

Czy Zamawiający dopuści analizator o szerokość 71cm ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 20.**

Dotyczy Pakietu VI Załącznik nr 3 - Pkt 21

Czy Zamawiający dopuści moduł do oznaczania grzybów nitkowatych w oprogramowaniu RUO?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 21.**

Dotyczy Pakietu VI Załącznik nr 4 - poz.nr 3 „Odczynniki do identyfikacji szczepów z krwi”

Czy nie nastąpiła pomyłka z podaniem liczby oznaczeń do tej pozycji ?

Obecna liczba oznaczeń 13000 dotyczy identyfikacji wszystkich drobnoustrojów w ciągu 3 lat, wyspecyfikowana ilość 12 opakowań wystarczy na wykonanie 600 oznaczeń z dodatkich próbek krwi, proszę o podanie przewidywanych ilości oznaczeń z krwi, jakie Zamawiający przewiduje wykonać w ciągu 3 lat.

**Odp.: Zamawiający informuje, że w pozycji nr 3 w kolumnie "ilość badań" nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Prawidłowa liczba badań to: 600.**

**Pytanie 22.**

Dotyczy Pakietu VI Załącznik nr 4 - poz.nr 11

Czy nie nastąpiła pomyłka z podaniem liczby oznaczeń do tej pozycji ?

Obecna liczba oznaczeń 13000 dotyczy identyfikacji wszystkich drobnoustrojów w ciągu 3 lat, wyspecyfikowana ilość 7 opakowań płytek jednorazowych wystarczy na wykonanie 7x 95 identyfikacji i jest płytką ,która ma zastąpić wykonywanie oznaczeń na płytkach wielorazowego użytku w przypadku nagłej konieczności z ich skorzystania. Proszę o potwierdzenie iż Zamawiający przewiduje wyspecyfikować na okres 36 miesięcy 7 opakowań x 50 oznaczeń w opakowaniu?

**Odp.: Zamawiający informuje, że w pozycji nr 11 w kolumnie "ilość badań" nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Prawidłowa liczba badań to: 672.**

**Pytanie 23.**

Dotyczy Pakietu VI Załącznika nr 2 Umowa dzierżawy analizatora -wzór – § 2 ust. 1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i zainstalowanie analizatora w terminie do 6 tygodni od daty podpisania Umowy ? Obecnie nie jesteśmy w stanie określić dokładnego terminu dostawy systemu od momentu podpisania Umowy.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 24.**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do postępowania certyfikatu potwierdzającego dla osoby aplikacyjnej, odpowiedzialnej z ramienia Oferenta za cały proces szkoleniowy? (dołączenie do dokumentów do postępowania przetargowego).

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 25.**

Czy Zamawiający wymaga aby Oferent przedstawił certyfikat potwierdzający zgodność posiadanego, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, co najmniej z normą ISO 9001:2015? (dołączenie do dokumentów do postępowania przetargowego).

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 26.**

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne aparatu, max. szer. x gł. x wys. – 70 x 71 x 110 mm? Analizator ma wbudowany komputer wraz z ekranem dotykowym co w ostateczności zajmuje mniej miejsca niż inne analizatory, który wymagają dodatkowo obok aparatu jednostki sterującej, która zwiększa końcową powierzchnię całego systemu

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia podstawy dostosowanej do wagi i wymiarów aparatu.**

**Pytanie 27.**

Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści podstawę niewielkich wymiarów o dużej wytrzymałości (300kg), która utrzyma masę analizatora 146 kg?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że wymaga dostarczenia podstawy dostosowanej do wagi i wymiarów aparatu.**

**Pytanie 28.**

Pkt. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nie oferowanie niezbędnych odczynników także w zakresie konserwacji, mycia i czyszczenia aparatu jeżeli ta procedura nie jest wymagana przez system oraz nie oferowania odczynników do mycia płytek w przypadku wyrażenia zgody Zamawiającego na dopuszczenie płytek wyłącznie jednorazowych w pytaniu nr 10 ?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie płytek jednorazowych bez odczynników jeśli procedura tego nie wymaga, ale Zamawiający wymaga spełnienia pozostałych zapisów SWZ dotyczących możliwości wykonania badania dla pojedynczej próbki bez zbędnej utraty pozostałych spotów (pakiet 6, pkt.19).**

**Pytanie 29.**

Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści bazę taksonomiczną drobnoustrojów obejmującą 1316 gatunków drobnoustrojów jednak z szerzej skatalogowaną bazą widm średnio 12/gatunek i obejmującą głównie drobnoustroje istotne klinicznie? Uzasadnienie: Baza danych z certyfikatem IVD w oferowanym analizatorze zawiera wszystkie gatunki drobnoustrojów (bakterie, drożdżaki, grzyby pleśniowe, prątki, nocardia)– występujące w warunkach klinicznych.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 30.**

Pkt. 11 Jeżeli nie, Czy Zamawiający dopuści bazę danych IVD obejmującą 1316 gatunków istotnych i wykorzystywanych w klinice oraz bazę danych RUO obejmującą 2286 gatunków ?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 31.**

Pkt. 12 Czy Zamawiający odstąpi od konieczności posiadania przez systemu zabezpieczającego przed kontaminacją w trakcie działania lasera jeżeli w oferowanym przez nas systemie najnowszej generacji nie ma możliwości kontaminacji z uwagi na jego innowacyjną budowę wewnątrz systemu?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 32.**

Pkt 14 Czy Zamawiający dopuści dopuści identyfikację z dodatnich hodowli krwi w protokole RUO, bez wykrywania hodowli mieszanych oraz wstępnego wykrywanie aktywności enzymów rozkładających antybiotyki. Identyfikacja kolonii mieszanych może przyczynić się do obniżenia jakości identyfikacji. Oferowany przez nas system zapewnia wysoki poziom identyfikacji w obrębie oczyszczonego szczepu z próbki krwi co przyczynia się do właściwej oceny czynnika patogennego oraz trafnych decyzji terapeutycznych. W przypadku wystąpienia potrzeby identyfikacji patogenów metodą MALDI TOF bezpośrednio z dodatnich posiewów krwi Oferent zapewni wsparcie merytoryczne i aplikacyjne podczas walidacji tej procedury przez użytkownika.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 33.**

Pkt 14 Jeżeli nie, Czy Zamawiający dopuści użyczenie dodatkowego analizatora FILM ARRAY Torch 1 do szybkiej diagnostyki met. PCR z dodatniego posiewu krwi ? Dzięki bibliotece system daje możliwość identyfikacji nawet kilku kolonii w 1 próbce oraz jednocześnie potwierdzać mechanizmy oporności zidentyfikowanych patogenów (m.in. oporność na karbapenemazy, kolistynę, wankomycynę MRSA, ESBL). Zaletą testu jest czułość i specyficzność na poziomie minimum 99 % oraz czas przygotowania próbki max 5 min. co znacznie przewyższa jakość wyników w porównaniu do innych metod. Powyższe rozwiązanie jest obecnie najlepszą opcją do szybkiej, wiarygodnej identyfikacji drobnoustrojów z dodatniej próbki krwi

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 34.**

Pkt 14 Jeżeli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 600 testów konfekcjonowanych w ilości 20 op (30 szt w op). w pozycji 3 załącznika cenowego w pakiecie 6?

Jeżeli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pod pozycją dzierżawa spektrometru masowego kolejnej pozycji tj. użyczenie aparatu do szybkiej identyfikacji z dodatkowej próbki krwi ?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 35.**

Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści możliwość pracy wyłącznie na płytkach jednorazowych ? Uzasadnienie: używanie wyłącznie płytek jednorazowych pozwala ograniczyć kontakt personelu z materiałem wysoce zakaźnym w przeciwieństwie do pracy na płytkach wielorazowych, które po użyciu należy poddać czasochłonnemu myciu oraz dekontaminacji w specjalnych warunkach, używając niebezpiecznych odczynników chemicznych.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 36.**

Pkt. 16 Jeżeli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę na brak wyceny na wycenę 1 dodatkowego opakowania w pozycji 2 załącznika cenowego w pakiecie 6?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 37.**

Pkt 16 oraz formularz cenowy, poz 14 – Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę na płytki jednorazowe to czy Zamawiający wyrazi zgodę na brak wycenienia w poz. 14 formularza cenowego chusteczek bezpyłowych, wymaganych do mycia płytek wielorazowych?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 38.**

Pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści do oceny i przyzna punkty jeżeli wynik identyfikacji będzie dostępny w chwili zakończenia procedury identyfikacji każdej kolejnej sekcji na płytce ? Identyfikacja 1 szczepu wynosi ok 20 sekund, przy założeniu identyfikacji 1 pełnej sekcji (16 szczepów) pełny wynik będzie dostępny w ok 5-6 min

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 39.**

Pkt 18 Czy Zamawiający dopuści system gdzie wymagane są podwójne kalibracje wykonywane automatycznie przez aparat przed i po pomiarze / odczycie każdej z 3 sekcji płytki ? Uzasadnienie – Kalibracja dla każdej sekcji zwiększa dokładność pomiarową próbek i zapewni wysoką jakość identyfikacji.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 40.**

Pkt 18 Czy Zamawiający dopuści kalibracje z możliwością hodowli drobnoustroju ? Przechowywanie i hodowla szczepów wzorcowych i wykorzystywanie ich do kontroli jakości jest standardową procedurą w każdym Laboratorium Mikrobiologicznym w celu zapewnienia wysokiej jakości wydawanych wyników. Dodatkowo Oferent zapewnia zalecany szczep wzorcowy do kontroli jakości płytek

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 41.**

Pkt 19 Czy Zamawiający dopuści możliwość 3 krotnego użycia płytki testowej podzielonej na 3 sekcje po 16 spotów gdzie 1 sekcja może być użyta jednokrotnie niezależnie od ilości nałożonych spotów (1-16)

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 42.**

Pkt 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te produkty spełniały wymagania ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację?

Uzasadnienie: O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 43.**

Pkt 28 czy Zamawiający wyrazi zgodę na telefoniczną dostępność serwisu 5 dni w tygodniu w godzinach 8-16?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 44.**

Dotyczy formularz cenowy (Załącznik 4). Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 1 Matryca na takie konfekcjonowanie jakie posiada dany producent (5 szt x 0,5 ml) tak aby była możliwość przeprowadzenia 13000 testów w okresie 36 miesięcy ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 45.**

Dotyczy formularz cenowy (Załącznik 4). Czy Zamawiający wyrazi zgodę w poz. 4 na wycenę kompletnego zestawu odczynnikowego do identyfikacji grzybów pleśniowych umożliwiającego wykonanie 100 testów / 1 op, który posiada oznakowanie CE IVD, ma 1 nr katalogowy oraz opis pełnej procedury wykonania badania w instrukcji używania zestawu ?

Jeżeli tak, w celu prawidłowej wyceny prosimy o podanie orientacyjnej liczby identyfikacji grzybów pleśniowych

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 46.**

Dotyczy formularza cenowego -Czy Zamawiający w poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie kwasu mrówkowego niezbędnego do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych w takiej ilości aby pokrył zapotrzebowanie w okresie 36 miesięcy? Jeżeli tak czy Zamawiający poda jaką orientacyjną ilość identyfikacji drożdżaków planuje wykonać?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 47.**

Dotyczy formularza cenowego -Czy Zamawiający w poz 7 wyrazi zgodę na takie konfekcjonowanie jakie posiada dany producent tj.(5 szt x 0,5 ml) ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 48.**

Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zapytania 18 oraz 19 - Czy Zamawiający odstąpi od konieczności wyceny odczynników wyspecyfikowanych w poz. 4,5,6,8,9,12,13 niezbędnych do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych oraz pleśniowych wymaganych



w innych systemach dostępnych na rynku ? Zestaw odczynnikowy do pleśni z zapytania nr 17 zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do identyfikacji pleśni i dermatofitów.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 49.**

Dotyczy formularza cenowego -Czy Zamawiający w poz. 10 wyrazi zgodę na zaferowanie szczepu kontrolnego do kontroli płytek w ilości 5 szt ?

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 50.**

Dotyczy formularza cenowego -Czy Zamawiający w poz. 11 wyrazi zgodę na zaferowanie 9 opakowań płytek jednorazowych każda z 48 slotami / polami (32 płytki/op) gdzie 1 op. (32 płytki) umożliwia wykonanie 1536 testów ?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 51.**

Dotyczy formularza cenowego -Czy Zamawiający w poz. 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wystandaryzowanych i zwalidowanych końcówek do urządzenia do prawidłowego nakładania kolonii na płytkę co znacznie ułatwia codzienną pracę i prawidłowe nałożenie próbki?

Jeżeli tak czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie końcówek w ilości 8 opakowań co daje 13 824 sztuk z uwagi na ich konfekcjonowanie po 1728 sztuk/op?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 52.**

Dotyczy pkt. 28 parametrów wymaganych dla pakietu VI. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu na serwis w godzinach 8-17 od poniedziałku do piątku.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 53.**

Dotyczy pkt. 11 formularza asortymentowo-cenowego dla pakietu VI, kolumna „wielkość opakowania”. Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamiast 20 opakowań powinno być 20 szt?

**Odp.: TAK, Zamawiający informuje, że doszło do oczywistej omyłki pisarskiej i zamiast 20 opakowań powinno być 20 szt.**

**Pytanie 54.**

Dotyczy pkt. 21 parametrów dla pakietu VI. Prosimy o potwierdzenie, że jako zestawy odczynników Zamawiający rozumie jedynie pozycję 1,3,10 formularza asortymentowo-cenowego. Pozostałe odczynniki wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym są w większości odczynnikami chemicznymi, nie zostały zaklasyfikowane przez producenta jako IVD i nie posiadają deklaracji zgodności. Produkty te nie są dostępne na polskim rynku z określonymi przez Zamawiającego dokumentami i żaden z oferentów nie jest w stanie dostarczyć tych produktów z deklaracjami zgodności CE IVD.

**Odp.: TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 55.**

Dotyczy pkt. 23 parametrów dla pakietu VI. Czy Zamawiający dopuści zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS umożliwiające bezpieczne zamknięcie systemu w momencie awarii sieci energetycznej jako wymóg minimalny.

**Odp.: Zamawiający informuje, zapisy SWZ w punkcie 23 pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 56.**

Dotyczy pakietu VI. Prosimy o potwierdzenie, że KSS Kraków będzie końcowym użytkownikiem aparatu i nie będzie on używany do celów militarnych. Złożenie takiego oświadczenia na druku producenta jest również niezbędne na etapie realizacji zamówienia tzn. złożenia zamówienia na system do diagnostyki in vitro opartego na spektrometrii u producenta, i dotyczy wszystkich dostawców.

**Odp.: TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 57.**

Dotyczy pkt. 9 parametrów do pakietu VI. Czy jako narzędzie do preparatyki i przygotowania próbki Zamawiający ma na myśli wirówka minispin z rotorem 13400 obrotów/min wraz z talerzem obrotowym na 20 próbek o średnicy 9-20 mm oraz rotorem ze stałą prędkością 20 obrotów/min

**Odp.: Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania ww. urządzenie.**

**Pytanie 58.**

Dotyczy pakietu VI pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 14 chusteczki konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu w przeliczeniu na wymaganą przez Zamawiającego ilość w zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**WZÓR UMOWY**

**Pytanie 59.**

Dotyczy projektu umowy §2 ust 3 dla pakietu II i V

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

*„(...) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu towarów w ilości mniejszej (maksymalnie o 30 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy, jeżeli realne zapotrzebowanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się mniejsze od zakładanego”?*

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 60.**

Dotyczy projektu umowy §4 ust 2 dla pakietu nr II i V

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

W razie sprzedaży wadliwego towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad *lub* wystawić notę korygującą na wadliwe produkty niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy towar, za każdy dzień zwłoki.

Wystawienie noty korygującej pozwoli na odliczenie kosztu pojedynczych wadliwych produktów od salda zobowiązań płatniczych i jest najwygodniejszą formą rozpatrywania pojedynczych reklamacji.

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 61.**

Dotyczy paragrafu 6 ust. 1 wzoru umowy dostawy. Zwracamy się o modyfikację zapisu poprzez dodanie „o ile dotyczy”. Wyspecyfikowane przez Zamawiającego produkty m.in.



chusteczki, patyczki i inne, nie są wyrobami objętymi szczególnymi regulacjami i nie posiadają świadectw dopuszczenia.

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 62.**

Dotyczy par. 2 ust. 2 wzoru umowy dzierżawy – pakiet VI. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania aparatu zastępczego. Wyprecyzowany sprzęt jest aparatem wysoce specjalistycznym, konieczność posiadania przez Wykonawcę aparatu zastępczego w konsekwencji będzie prowadziło do podwyższenia ceny oferty.

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 63.**

Dotyczy par. 3 ust. 5 wzoru umowy dzierżawy. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie faktur z 60 dniowym terminem płatności.

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 64.**

Dotyczy par. 3 ust 3 wzoru umowy dzierżawy. Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do 100 zł.

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 65.**

Dotyczy par. 2ust. 1 wzoru umowy dzierżawy dla zadania VI. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

System ten jest Zamawiany pod konkretnego klienta i może być zamówiony dopiero w momencie podpisania umowy.

**Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 66.**

Umowa dot. Dostawy odczynników (załącznik nr 2)

Par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie formy składania zamówień do elektronicznej z wyłączeniem wykorzystania faksu?

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 67.**

Umowa dot. Dostawy odczynników (załącznik nr 2)

Par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 68.**

Umowa dot. Dostawy odczynników (załącznik nr 2)

Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom?

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 69.**

Umowa dot. Dostawy odczynników (załącznik nr 2)

Par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"?

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 70.**

Umowa dot. Dostawy odczynników (załącznik nr 2)

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 71.**

Umowa dot. Dostawy odczynników (załącznik nr 2)

Par. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

*Uzasadnienie:*

*Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.*

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 72.**

Umowa dot. Dostawy odczynników (załącznik nr 2)

Par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższe

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 73.**

Umowa dot. Dostawy odczynników (załącznik nr 2)

Par. 7 ust. 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 74.**

Pytania do umowy dzierżawy

Par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Odp.: NIE Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 75.**

Pytania do umowy dzierżawy

Par. 3 ust. 2 i 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Konsekwencje finansowe nieprawidłowego wykonania umowy zostały już szczegółowo określone poprzez zastrzeżenie kar umownych a także rozszerzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody wyższej niż te kary.

**Odp.: NIE Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 76.**

Pytania do umowy dzierżawy

Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kwota 200 zł za każdy dzień okresu, w którym Dzierżawca pozbawiony był możliwości korzystania z aparatu w zakresie jego pełnych funkcjonalności została zmniejszona do kwoty 100 zł?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?"

**Odp.: NIE Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 77.**

Pytania do umowy dzierżawy

Par. 3 ust. 5 oraz par. 6 ust, 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

**Odp.: NIE Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 78.**

Pytania do umowy dzierżawy

Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

**Odp.: NIE Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 79.**

Pytania do umowy dzierżawy

Par. 5 ust. 2 oraz 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odp.: NIE Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 80.**

Pytania do umowy dzierżawy



Par. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

*Uzasadnienie:*

*Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.*

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 81.**

Pytania do umowy dzierżawy

Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 82.**

Pytania do umowy dzierżawy

Par. 7 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 83.**

Pytania do umowy powierzenia

Par. 2 ust. 3 lit. C Czy Zamawiający w myśl zasady minimalizacji danych wyraża zgodę na ograniczenie kategorii osób oraz kategorii danych wymienionych w niniejszym postanowieniu umowy powierzenia z uwagi na brak konieczności przetwarzania tak szerokiego zakresu danych w związku z charakterem wykonywania umowy zasadniczej i może wprowadzić stosowne zmiany we wzorze umowy? Czy Zamawiający potwierdza, że do wszystkich tych danych Wykonawca w ramach umowy zasadniczej będzie miał dostęp?

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

### **Pytanie 84.**

Pytania do umowy powierzenia

Par. 2 ust. 9 lit. E –f Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w tym postanowieniu następującego zdania: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”?

Ponadto czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po punkcie f) dodać następujące postanowienia:

"I. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającego danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych

przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

II. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

III. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

IV. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy." ?

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 85.**

Pytania do umowy powierzenia

Par. 2 ust. 8,11 i 12 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"?

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 86.**

Pytania do umowy powierzenia

Par. 2 ust. 10 lit. C Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

**Odp.: Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

**Pytanie 87.**

Pytania do umowy powierzenia

Par. 2 ust. 25 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odp.: NIE, Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian.**

Załączniki

- Pakiet VI po modyfikacji