



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 423/08/2023

Chrzanów, 31.08.2023r.

## Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania na: **Dostawa sprzętu jednorazowego cz. II dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 88/2023.**

**1. Pakiet nr 8 poz. 3** Prosimy o dopuszczenie strzykawki ze skalą 0,2 ml.

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

**2. Pakiet nr 8 poz. 5-7** Prosimy o dopuszczenie strzykawek kompatybilnych z wymienionymi pompami, potwierdzone oświadczeniem producenta.

**Odp.: Nie, zgodnie z zapisami swz.**

**3. Pakiet 3 po 3** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o wadze 21 g. Taki produkt jest do Państwa dostarczany obecnie. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**4. Pakiet 3 poz. 3** Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny opakowania handlowego w ilości 25szt z uwagi na fakt, że najmniejsze opakowanie handlowe zawiera 25szt.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**5. Pakiet 3 poz. 8** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie martwej przestrzeni posiadającej złącze 22M/15F-22F. Taki produkt jest do Państwa dostarczany obecnie. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**6. Pakiet 3 poz. 9** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie woreczka o wymiarach 7,6 cm na 15,2 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Odp.: Nie, Zamawiający wymaga asortymentu o wymiarze 5 cali x 8 cali.**





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

**7. Pakiet 3 poz. 11** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ustnika do spirometru z filtrem mikrobiologicznie czystego. Taki produkt jest do Państwa dostarczany obecnie. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Z poważaniem**

