



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny  
im. Wojskowej Akademii Medycznej  
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
Centralny Szpital Weteranów  
90-549 Łódź  
Ul. Żeromskiego 113  
**Dział Zamówień Publicznych**

Łódź, dnia 21.09.2022 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,  
którzy pobrali SWZ**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy środków dezynfekcyjnych i środków do higieny pacjenta dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi – nr sprawy 127/PN/ZP/D/2022**

W związku z nadesłanymi pytaniami do SPZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, j.t. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**I ZAPYTANIA**

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

Dotyczy Parametry Techniczne – pakiet 3:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci jednorazowych naboji do dezynfekcji powietrza i powierzchni, bez konieczności użycia sprzętu zamgławiającego, zawierających środek oparty na czwartorzędowych związkach amoniowych oraz środkach kompleksujących w roztworze wodnym (chlorek didecylodimetyloamoniowy <0,10%, chlorek N-alkilodimetylobenzyloamoniowy <0,06%, pozostałe składniki wodne 99,84%), co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników, środowiska, a także sprzętu medycznego i elektronicznego, o skuteczności bakteriobójczej, drożdżakobójczej, prątkobójczej, sporobójczej, grzybobójczej i wirusobójczej, spełniającego normy: EN 1500, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13704, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615? Wyrób medyczny klasy I. Naboje w jednorazowych pojemnikach o pojemności 150 ml przeznaczone do zamgławiania pomieszczeń o kubaturze do 18 m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci jednorazowych naboji do dezynfekcji powietrza i powierzchni, bez konieczności użycia sprzętu zamgławiającego, zawierających środek oparty na czwartorzędowych związkach amoniowych oraz środkach kompleksujących w roztworze wodnym (chlorek didecylodimetyloamoniowy <0,10%, chlorek N-alkilodimetylobenzyloamoniowy <0,06%, pozostałe składniki wodne 99,84%), co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników, środowiska, a także sprzętu medycznego, o skuteczności bakteriobójczej, drożdżakobójczej, prątkobójczej, sporobójczej, grzybobójczej i wirusobójczej, spełniającego normy: EN 1500, EN 1276, EN 1650, EN 13624, EN 13704, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615? Wyrób medyczny klasy I. Naboje w jednorazowych pojemnikach o pojemności 450 ml przeznaczone do zamgławiania pomieszczeń o kubaturze do 50 m<sup>3</sup>.

Uzasadnienie: Zwiększy to konkurencyjność prowadzonego postępowania i umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**II ZAPYTANIA**

dotyczy pakiet 1: Prosimy o wyjaśnienie jakie właściwości ma posiadać czyściwo włókninowe przeznaczone do zalewania środkiem dezynfekcyjnym aby spełnić zapis/wymóg wyrób medyczny. Czy chodzi tylko o zastosowanie w tym przypadku obniżonej preferencyjnej stawki Vat%? Prosimy o opisanie przesłanek medycznych i użytkowych dla wymaganego w tym pakiecie wyrobu medycznego.

**Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.**

**Z poważaniem**