

Znak: ZOZ.V.010/DZP/81/21

Sucha Beskidzka dnia 24.09.2021r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet 3, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 3 minuty?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3, pozycja 1-4 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 6-9 - Czy Zamawiający dopuści opaski elastyczne tkane?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski w rozmiarze 8cm x 4m?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, pozycja 13-15 - Czy Zamawiający dopuści opaski kohezyjne o rozciągliwości 100-140%?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, pozycja 13-15 - Czy Zamawiający dopuści opaski kohezyjne o długości 4m, z przeliczeniem zamawiane ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści opaski w rozmiarze 6cm x 20m?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 5, pozycja 7, 9, 12 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'12szt?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 5, pozycja 8, 10, 11 - Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a'6szt?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 5, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 0,9x3,8cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 1,6 x 5,7mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w jednym rozmiarze 2,5x7,6cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 2-3 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 4-5 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 6, pozycja 6-7 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13 - Czy dopuszczą w komorze B rękawiczkę bezpudrową nitrylową L zamiast winylowej/ lateksowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13 - Czy dopuszczą w komorze B rękawiczki nitrylowe bezpudrowe zamiast rękawiczek lateksowych bezpudrowych ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 19, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści myjkę z jednej strony wykonaną z poliestru, z drugiej strony z włókniny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opracowania i Wykonania
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Baczewski