

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania

Dostawa tonometru

Znak sprawy: ZP/62/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się skrócić okres dostępności części zamiennych i materiałów zużywalnych z 10 lat od daty dostawy do 8 lat od daty dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych i materiałów zużywalnych do 8 lat od daty dostawy.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie tonometru o nieznacznie zmiennych parametrach technicznych:

- (5) zakres pomiaru 5-60 mmHg
- (6) dokładność pomiarowa 1,00 mmHg dla wyników IOP 5-20 mmHg oraz 1,7 dla wartości 21-60 mmHg
- (10) Dokładność w badaniach laboratoryjnych 95%
- (12) Przycisk wyzwalający badanie / pomiar od strony pacjenta
- (13) pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego w pionowej pozycji pacjenta (siedzący lub na stojąco) oraz leżącej – na boku oraz pozycjach pośrednich między pionem a poziomem pod kątem 15 stopni

Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza tonometr z powyższymi parametrami. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić składane formularze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor
Marzena Kula