



Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

wspkielce@gmail.com

tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

Kielce, 17.02.2022r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania ofertowego **ZO/2/2022/WSPL** na **zakup AUTOKLAWU** dla
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

PYTANIE NR 1:

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie konkretnych wymagań.

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty na zakup Autoklawu dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach, Znak sprawy ZO/2/2022/WSPL:

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, które posiada 12 wbudowanych programów (w tym 3 testowe) wybieranych bezpośrednio za pomocą przycisku membranowego?

Uzasadnienie: większa ilość programów pozwala na bardziej precyzyjne dobranie parametrów sterylizacji do przeznaczonego materiału do sterylizacji.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2:

Zamawiający dopuszcza ale **nie** wymaga aby zaoferowane urządzenie, posiadało 12 wbudowanych programów.

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia o mocy max. 2400 W?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga aby zaferowane urządzenie było o mocy max 2400 W.

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia bez możliwości regulacji czasu sterylizacji? Czas ekspozycji jest dobrany w odpowiedni sposób do każdego programu tak, aby sterylizacja była efektywna. Ingerencja użytkownika w regulowanie czasu sterylizacji nie jest rekomendowane.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4:

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ.

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 24 miesięczną gwarancję?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5:

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ.

Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR WSPL SPZ OZ w Kielcach

mgr Konrad Łęcki