

Konin, 17.02.2022r.

WSZ-EP-68/22/209/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej” (nr sprawy WSZ-EP-68/2022).

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 1 Zestaw serwet uniwersalnych podstawowych do krótkich zabiegów o różnicy w składzie i parametrach:

- - 1 x Serweta na stół instrumentalny 150x 190cm wykonana z włókniny SMS oraz folii PE.
- - 1 x Serweta czerwona na stolik Mayo 80 x 145cm. Serweta nie jest składana teleskopowo.
- - 1 x Serweta przylepna 150 x 240cm – przylepiec na dłuższym boku
- - 1 x Serweta przylepna 170 x 200cm – przylepiec na dłuższym boku
- - 2 x Taśma przylepna o wymiarze 10 x 50cm.

Szczegółowe parametry techniczne:

- - wypychanie na sucho: 310,6 kPa
- - wypychanie na mokro: 3320, kPa
- - wytrzymałość na rozciąganie na sucho 151 N
- - wytrzymałość na rozciąganie na mokro – 154,60 N
- - odporność na przenikanie cieczy 568,7 cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 30-stym serwetę sterylą 150x240:

- serweta niebieska SMS o gramaturze 28g/m² + folia PE 25g/m². Łączna waga serwety 53g/m², grubość 0,28mm i absorpcja 250% masy własnej. Włóknina trzywarstwowa SMS.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 68 Zestawu do porodu u składzie:

- - 1 x Podkład chłonny 60 x 90cm
- - 1 x Podkład chłonny 60 x 60cm

- - 1 x Serweta Spunlance 60 x 60cm do osłonięcia krocza
- - 1 x Fartuch foliowy XL (przedni) wykonany z grubej folii PE w kolorze niebieskim.
- - 1 x Serweta pod pośladki 113 x 90cm z workiem trójkątnym na płyny o wymiarze 70 x 78cm (szerokość x długość). Worek znajduje się w odległości 35cm od górnej krawędzi serwety. Worek wyposażony jest w sztywnik o długości 50cm i nadrukowaną miarkę do pojemności 3500ml. W odległości 20cm od górnej krawędzi serwety znajduje się zakładka.
- - 2 x Zaciskacz do pępowiny wykonany
- - 20 x Kompres gazowy 10 x 10cm, 17N/16W. Kompresy połączone w pakiety A'10 opaską papierową lub włókninową.
- Zestaw do porodu naturalnego zawinięty jest w serwetę SMS 100 x 100cm o gramaturze 60g/m² i absorpcji 250% masy własnej, a następnie zapakowany w opakowanie foliowo-papierowe oraz w karton zbiorczy. Zestaw sterylizowany jest przy użyciu tlenu etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.