



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

Warszawa, dnia 01.09.2023 r.

EZP.26.103.4.2023.PZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa odczynników i wzorców do Laboratorium Chemicznego PIG-PIB na lata 2023-2024**, oznaczenie sprawy: EZP.26.103.2023

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1605), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców.

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

Pytanie nr 44

Dotyczy zapisów Umowy §5 ust 6.

Na wypadek, gdyby dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji nie doprowadziło do usunięcia wady lub wymiany Sprzętu na nowy powiadomienie o wadzie dokonane zgodnie z Umową będzie miało ten sam skutek co powiadomienie o wadzie, o którym mowa w art. 563 §1 Kodeksu cywilnego. O jakim sprzęcie mowa? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapisy §5 ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Na wypadek, gdyby dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji nie doprowadziło do usunięcia wady, powiadomienie o wadzie dokonane zgodnie z Umową będzie miało ten sam skutek co powiadomienie o wadzie, o którym mowa w art. 563 §1 Kodeksu cywilnego.”

Pytanie nr 45

Dotyczy części 1 poz. 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie izopropanolu o zawartości wody min. 0,2%? Produkty o specyfikacji wskazanej przez Zamawiającego są niedostępne na rynku.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów.

Pytanie nr 46

Dotyczy części 1 poz. 10.

czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie etylu octanu o zawartości wody min. 0,05%? Produkty o specyfikacji wskazanej przez Zamawiającego są niedostępne na rynku.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów.

Pytanie nr 47

Dotyczy części 7

Jaki aparat będzie używany do wykonywania oznaczeń jonów amonowych w wodzie?

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40



Odpowiedź

Zamawiający informuje, że badania jonów amonowych wykonywane są przy użyciu spektrometru UV-Vis CARY 50 firmy Varian.

Pytanie nr 48

Dotyczy części 10 i 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw cząstkowych dla wzorców z Części 10 oraz 11, do 42 dni kalendarzowych? Z doświadczenia wiemy, że wzorce zawarte w tych częściach, będzie bardzo ciężko dostarczyć w 28 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw wzorców z Części 10 oraz Części 11 do 42 dni kalendarzowych.

Pytanie nr 49

Dotyczy Części 11 poz. 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 7 wzorca AccuStandard IC-NO2-10X-1? Data ważności wzorca, która wynosiła 18 miesięcy, została przez producenta w ostatnim czasie skrócona. Wynosi ona teraz min. 6 miesięcy, a maksymalnie 12 miesięcy. Załączamy certyfikat wzorca do oceny.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wzorca z pozycji 7 Części 11 z terminem ważności minimum 6 miesięcy.

Pytanie nr 50

Dotyczy części 11 poz. 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13:

Producent oferuje daty ważności minimalnie 13 miesięcy, maksymalnie 24 miesiące – Czy Zamawiający zgodzi się na takie terminy? Każdorazowo będziemy prosić producenta o wysyłkę wzorców z najlepszymi dostępnymi datami ważności.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wzorców z pozycji 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dla Części 11 z terminem ważności minimum 13 miesięcy.

Pytanie nr 51

Dotyczy części 11 poz. 14:

Data ważności mieszaniny wynosi min 6, max 12 miesięcy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na takie daty ważności? W załączeniu przesyłam aktualny certyfikat wzorca.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wzorca z pozycji 14 Części 11 z terminem ważności minimum 6 miesięcy.

Pytanie nr 52

Dotyczy części 10 poz. 9 i 11.

Data ważności wyspecyfikowanych wzorców (Inorganic Ventures) to 2, max 3 lata od dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na takie daty ważności?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wzorców z pozycji 9 i 11 Części 10 z terminem ważności 2, maksymalnie 3 lata od dostawy.



**Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy**

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

Pytanie nr 53

Czy, ze względu na wyjątkowo dużą ilość części przetargu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do 8 września?

Odpowiedź

Zamawiający w dniu 01.09.2023r. za pismem nr EZP.26.103.4.2023.PZ, przedłużył termin składania ofert do dnia 08.09.2023r. do godziny 10:00

Pytanie nr 54

Dotyczy Części 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6-15 z części 9, do osobnej części?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie odczynników z pozycji 6-15 Części 9 do osobnej części.

Pytanie nr 55

Dotyczy Części 8 poz. 29.

Odczynnik do analizy przepływowej Produkt o nr kat. 32299-M Eter naftowy został wycofany ze sprzedaży. Prosimy o wykreślenie tego produktu z części 8.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pozycji 29 w części 8.
Bez zmian pozostaje Opis parametrów.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

**Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Natalia Mosiądz**

pgi.gov.pl

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
tel. (+48) 22 45 92 000, biuro@pgi.gov.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099
NIP 525-000-80-40