



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica  
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl

Piła, dnia 16.02.2023 roku  
FZP.II-241/12/23/ZO

## ***Uczestnicy postępowania***

dotyczy: zapytania ofertowego pn. „OKULISTYCZNY STÓŁ OPERACYJNY”.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

**(pkt. 7)** Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach 720 x 758mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 2**

**(pkt. 11)** Czy Zamawiający dopuści podstawę stołu nie zawierającą systemu dopasowania do nierównych powierzchni na zasadzie niezależnej pracy zawieszenia przednich i tylnych wózków jezdnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie nr 3**

**(pkt. 18)** Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości siedziska od podłogi w zakresie 625- 25mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie nr 4**

**(pkt. 19)** Czy Zamawiający dopuści długość całkowita stołu: 1760 mm(1900 mm przy maks. wydłużeniu zagłówka)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Pytanie nr 5**

**(pkt. 20)** Czy Zamawiający dopuści szerokość siedziska 610 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 6**

**(pkt. 22)** Czy Zamawiający dopuści stół nie posiadający oparcia na głowę pacjenta na wysięgniku z systemem sprężyn i przeciwwag, wysuwające się samoczynnie w momencie zmiany położenia głowy pacjenta? Zakres regulacji zagłówka: 64 ° (-29 ° /+35 °)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

**(pkt. 23)** Czy Zamawiający dopuści pozycję Trendelenburga regulowana elektronicznie w zakresie do -12 stopni?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**

**(pkt. 26)** Czy Zamawiający dopuści obciążenie stołu 250 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 9**

**(pkt. 31)** Czy Zamawiający dopuści wagę stołu 135kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

**(pkt.44)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji zadania do 90 dni, a do tego czasu urządzenie równoważne pod względem parametrów technicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny z podstawą o wymiarach 90x62 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny z podstawą wyposażoną w 4 koła z indywidualną blokadą kół?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny z podstawą wyposażoną w koła z centralną blokadą i funkcją jazdy kierunkowej, bez dodatkowego adaptacyjnego systemu dopasowania podstawy do poziomu podłoża?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny z manualną, niezależną regulacją pochylecia oparcia na głowę?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny z elektroniczną regulacją wysokości siedziska w zakresie 605 – 1050 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny z elektroniczną regulacją wysokości siedziska w zakresie 530 – 930 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny wyposażony w oparcie na głowę pacjenta na wysięgniku z regulacją zmiany jego położenia wzdłuż segmentu pleców w zakresie 0-300 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny z pozycją Trendelenburga regulowaną elektronicznie w zakresie do  $-16^{\circ}$ ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny wyposażony w panel sterowania z możliwością zaprogramowania 3 pozycji zabiegowych stołu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające niezależną pracę od sieci elektrycznej do 24h?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny bez możliwości demontażu elementów tapicerowanych bez konieczności użycia narzędzi?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny o wadze własnej 120 kg?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny bez dodatkowego wyposażenia w postaci osłony z tworzywa sztucznego na segment oparcia nóg pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny wyposażony w uchwyty do przemieszczania stołu znajdujące się poniżej poziomu materaca bez możliwości ich składania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania okulistyczny stół operacyjny wyposażony w odejmowane uchwyty do przemieszczania stołu montowane do szyn montażowych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

Lp. 7. Wymiary podstawy stołu max 770 x 600 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

LP.11 Brak podstawy stołu wyposażonej w adaptacyjny system dopasowania do nierównych powierzchni na zasadzie niezależnej pracy zawieszenia przednich i tylnych wózków jezdnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 28**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

Lp.12. Podstawa stołu wyposażona w 1 kolumny sterowaną elektrycznie

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

Lp.13. Elektryczne składanie stołu do pozycji dla pacjenta siedzącego i leżącego za pomocą jednej kolumny i 4 siłowników.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 30**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

Lp. 18. Regulacja wysokości siedziska od podłogi w zakresie 600mm do 750mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 31**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

Lp. 19. Długość blatu stołu ok 1900mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 32**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

Lp. 22. Oparcie na głowę pacjenta zmieniane za pomocą pilota . Zakres pracy od 0 do 35 stopni

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 33**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

Lp. 23. Pozycja Trendelenburga regulowana elektronicznie w zakresie do -13 stopni.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 34**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

Lp. 24. Panel sterowania na osobnym, elastycznym wysięgniku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 35**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

Lp. 26. Dopuszczalne obciążenie stołu 230 kg

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 36**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

Lp. 28. Pojemność akumulatora umożliwiająca wykonanie 30 lub więcej cykli pracy stołu: złożenie do pozycji siedzącej – rozłożenie do pozycji leżącej


**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 37**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

Lp. 29. Kolor tapicerki: do wyboru przez Zamawiającego z poniższego wzornika:



Juniper

Mint

Vanilla

Very Berry

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 38**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

Lp. 31. Waga stołu bez pacjenta 131 Kg. +/- 2 kg

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 39**

Dot. Zał. Nr 2, Cechy Aparatu –

Czy Zamawiający dopuści stół o zmodyfikowanych parametrach jak poniżej (LP. zgodne z w/w załącznikiem):

Lp. 33. Brak Elastycznego pałąka z klamrą mocującą do zaczepienia obłóżeń i dodatkowego kanału do podłączenia powietrza /tlenu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**