



Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: *dostawa materacy przeciwodleżynowych wózków transportowych, wanny do hydromasażu, stołu operacyjnego oraz stołu rehabilitacyjnego*

INFORMACJA NR 7

Pytanie nr 1 – Wzór umowy

Prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 – Zadanie Nr 6

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózka medycznego z zadania Nr 6, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy. W przypadku braku zgody na odstąpienie od wykonywania przeglądów gwarancyjnych prosimy o zgodę na przeprowadzenie przeglądu gwarancyjnego na wniosek Zamawiającego przed zakończeniem zaoferowanego okresu gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózka medycznego z zadania nr 6 pod warunkiem złożenia oświadczenia producenta sprzętu, iż nie wymaga on wykonywania przeglądów gwarancyjnych.

Pytanie nr 3 – Zadanie Nr 6

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu instalacji/uruchomienia oraz szkolenia w zakresie wózka medycznego z zadania Nr 6. Oferowany wózek dostarczany jest de facto gotowy do użytku. Poza tym oferowany wózek medyczny jest bardzo prosty w obsłudze - wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z jego obsługą w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą), zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne Użytkownikom, czy personelowi technicznemu. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego wózka medycznego przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 – Umowa § 3 ust. 3, § 3 ust. 4 pkt. b-e

IW związku z tym, iż w zakresie przedmiotowego postępowania mieszczą się różne grupy asortymentowe, z których niektóre produkty (przykładowo wózek medyczny), nie wymaga instalacji/uruchomienia, przedłożenia zestawienia materiałów eksploatacyjnych, zestawienia elementów zużywalnych, czy też przeprowadzenia instruktażu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie zapisu „jeżeli dotyczy” w

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Zamawiający modyfikuje zapisy Umowy w tym zakresie. Zmodyfikowany plik w Załączniku.

Pytanie nr 5 – Umowa § 10 ust. 1 pkt. 2

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wymiaru kary umownej za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy do wysokości 0,1 % wartości umownej brutto, określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 – Umowa § 10 ust. 1 pkt. 3

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wymiaru kary umownej za zwłokę w wymianie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy do wysokości 0,1 % wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 7 – Zadanie nr 6 – Pkt. 2, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści trzy uchwyty do przetaczania wózka wyprofilowane po bokach i z tyłu blatu głównego wykonanego z wytrzymałego ABS, stanowiące jednocześnie zabezpieczenie przed zsuwaniem się z blatu pojemników i sprzętu medycznego. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 8 – Zadanie nr 6 - Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w płytę ze stali nierdzewnej na blat główny zabezpieczająca jego powierzchnię roboczą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 9 – Zadanie nr 6 - Pkt. 5

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie szuflad o maksymalnej nośności do 25 kg i jednocześnie wózka o całkowitej ładowności wynoszącej 300 kg, które to parametry są lepsze od wymaganego i korzystniejsze z punktu Użytkownika wózka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 10 – Zadanie nr 6 - Pkt. 7

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy w danym punkcie określa wymóg dotyczący blatu głównego wózka czy o dodatkowego blatu wysuwanego roboczego.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Zadaniu nr 6 w pkt 7. wymóg dotyczy dodatkowego blatu wysuwanego roboczego.

Pytanie nr 11 – Zadanie nr 6 - Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści blat główny wózka o nośności ok. 50 kg, co jest wartością lepszą od wymaganej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 12 – Zadanie nr 6 - Pkt.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego szuflady w całości (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń, narażających na gromadzenie się brudu). Oferowane szuflady posiadają ergonomiczny uchwyt na całej długości, z miejscem na umieszczenia opisu zawartości oraz możliwość oznaczenia kolorem – kolory nakładek do wyboru przez Zamawiającego (10 kolorów).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 – Zadanie nr 6 - Pkt. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 5 szufladami o wysokościach (od dołu):

- dwie o wysokości 7,6 cm,
- dwie o wysokości 15,6 cm,
- jedna o wysokości 23,6 cm.

Wysokości szuflady wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych oferowanego wózka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 14 – Zadanie nr 6 - Pkt. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach (bez wyposażenia):

- wysokość: 100 cm (do blatu)
- szerokość: 83 cm
- głębokość: 65 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 15 – Zadanie nr 6 - Pkt. 13


Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tworzywowej nadstawki na leki z przezroczystymi pojemnikami, umieszczonej na szynie aluminiowej (z możliwością regulacji wysokości) na wysięgniku ze stali nierdzewnej. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania jest zachowana.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 16 – Zadanie nr 6 - Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uniwersalnego uchwytu na pojemnik na odpady ostre zamiast pojemnika na zużyte igły. To rozwiązanie korzystniejsze z punktu widzenia Zamawiającego.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 17 – Zadanie nr 6 Pkt. 2, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści trzy uchwyty do przetaczania wózka wyprofilowane po bokach i z tyłu blatu głównego wykonanego z wytrzymałego ABS, stanowiące jednocześnie zabezpieczenie przed zsuwaniem się z blatu pojemników i sprzętu medycznego. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 18 – Zadanie nr 6 Pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w płytę ze stali nierdzewnej na blat główny zabezpieczająca jego powierzchnię roboczą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 19 – Zadanie nr 6 Pkt. 5, pkt. 6

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie szuflad o maksymalnej nośności do 45 kg i jednocześnie wózka o całkowitej ładowności wynoszącej 300 kg, które to parametry są lepsze od wymaganego i korzystniejsze z punktu Użytkownika wózka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 20 – Zadanie nr 6 Pkt. 7

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy w danym punkcie określa wymóg dotyczący blatu głównego wózka czy o dodatkowego blatu wysuwanego roboczego.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Zadaniu nr 6 w pkt 7. wymóg dotyczy dodatkowego blatu wysuwanego roboczego.

Pytanie nr 21 – Zadanie nr 6 Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści blat główny wózka o nośności ok. 50 kg, co jest wartością lepszą od wymaganej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 22 – Zadanie nr 6 Pkt.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego szuflady w całości (w tym fronty szuflad) wykonane są z natryskowo formowanego tworzywa ABS (bez szczelin i łączeń, narażających na gromadzenie się brudu). Oferowane szuflady mają możliwość całkowitego wysuwu, są samo domykające, wyjmowane bez użycia narzędzi. Oferowane szuflady posiadają ergonomiczny uchwyt na całej długości, z miejscem na umieszczenia opisu zawartości oraz możliwość oznaczenia kolorem – kolory nakładek do wyboru przez Zamawiającego (10 kolorów).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 23 – Zadanie nr 6 Pkt. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 5 szufladami o wysokościach (od dołu):

- dwie o wysokości 7,6 cm,
- dwie o wysokości 15,6 cm,
- jedna o wysokości 23,6 cm.

Wysokości szuflady wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych oferowanego wózka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 24 – Zadanie nr 6 Pkt. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach (bez wyposażenia):

- wysokość: 101,5 cm (do blatu)
- szerokość: 66,2 cm

- głębokość: 59,4 cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 25 – Zadanie nr 6 Pkt. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tworzywowej nadstawki na leki z przezroczystymi pojemnikami, umieszczonej na szynie aluminiowej (z możliwością regulacji wysokości) na wysięgniku ze stali nierdzewnej. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania jest zachowana.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 26 – Zadanie nr 6 Pkt. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażonego w standardzie w trzy uchylne kieszenie boczne z przeznaczeniem na drobny sprzęt, akcesoria. Jednocześnie prosimy aby Zamawiający dopuścił zaoferowanie uchylnych kieszeni bocznych zamiast drucianego kosza z przeznaczeniem na pojemnik na zużyte igły.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 27 – Zadanie nr 6 Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uniwersalnego uchwyty na pojemnik na odpady ostre zamiast pojemnika na zużyte igły. To rozwiązanie korzystniejsze z punktu widzenia Zamawiającego.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka poniżej)



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o powyższych parametrach. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z-ca Kierownika Działu
Zaopatrzenia i Zakupów Publicznych

mgr inż. Jacek Banaszak

KIEROWNIA DZIAŁU
Zaopatrzenia i Zakupów Publicznych
Romana Korpora

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Duda-Nowicka-Dąbrowska