



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 01.07.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 19/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 13

Pytanie 1 Zadanie 40 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka bez troków z tyłu?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 Zadanie 40 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka wiązanego na troki, z wydłużoną częścią przednią z możliwością wywinięcia i stworzenia taśmy pochłaniającej pot, wykonanego z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 Zadanie 91 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², w okolicach szyi zapięcie na rzep?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4 Zadanie 91 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², w okolicach szyi zapięcie na rzep, poliestrowy mankiet? Odporność na przesiąkanie w strefie wzmocnionej 158 cm H₂O.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 Zadanie 91 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m², w okolicach szyi zapięcie na rzep, poliestrowy mankiet? Odporność na przesiąkanie w strefie wzmocnionej 123 cm H₂O (przód) i 194 cm H₂O (rękaw).
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 Zadanie 91 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha urologicznego wykonany z następujących materiałów: górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace, rękawy – nieprzemakalny, chłonny laminat dwuwarstwowy od wewnątrz oraz folia PE na zewnątrz. Fartuch w przedniej części posiada kontrafaldy oraz zabezpiecza górną część pleców operującego. Rozmiar dostępny w rozmiarze XL- 150 cm.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 Zadanie 91 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha zaprojektowanego dla operatorów o dużych gabarytach, rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość- 150 cm large (+/- 5 cm) oraz literowo XXL?
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8 Zadanie 91 poz. 5

Prosimy o wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.
Odp.: Zamawiający wyłącza pozycję 5 razem z pozycjami 1 i 2 i w związku z tym modyfikuje zapisy SIWZ.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Pytanie 9 Zadanie 118 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kieszeni w rozmiarze 38 x 40 cm, wykonanej z folii polietylenowej o gramaturze 75 g/m²? Sterylizowana tlenkiem etylenu, opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 Zadanie 118 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie torby do przechwytywania płynów w rozmiarze 60 x 90 cm, wykonanej z folii o grubości 50µm? Torba posiada wycięcie "U" otoczone dzieloną taśmą samoprzylepną zakończoną zakładkami bez kleju (fingerlifty) oraz poziomą taśmę samoprzylepną. opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11 Zadanie 118 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety wykonanej z 2- warstwowego laminatu o gramaturze 57,5 g/m², chłonność 340%? Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 12 Zadanie 118 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety wykonanej z 2- warstwowego laminatu o gramaturze 57,5 g/m², chłonność 340%? Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 13 Zadanie 118 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwetek w rozmiarze 30 x 40 cm, wykonanych ze wzmocnionej włókniny celulozowej o gramaturze 65 g/m², pakowanych a' 2 szt?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82