

Nr ref. CZ-272-2/22

Załącznik nr 1C do SWZ

## Akcelerometr

### I. Podstawowe cechy funkcjonalne i parametry techniczne:

1). Akcelerometr trójosiowy o dużej czułości z TEDS (Transducer Electronic Data Sheets)

(1 szt.):

- a) czułość co najmniej 500mV/g,
- b) zakres częstotliwości: co najmniej od 0,3 do 2 kHz dla wszystkich składowych x,y,z,
- c) poziom szumu:  $x < 0,0012 \text{ m/s}^2$ ,  $y, z < 0,0006 \text{ m/s}^2$ .

2) Podstawka do montażu – 3 sztuki.

3) Walizka transportowa – 1 szt.

4) Świadectwo kalibracji akcelerometru – 1 szt.

5) Uchwyty do montażu płaskie – 100 szt.

6) Uchwyty do montażu z podstawą – 100 szt.

7) Kabel połączeniowy akcelerometru ze wzmacniaczem ze złączami BNC o długości 10 m – 1 szt.

### II. Wymagania dodatkowe:

1) Aparatura nowa, nie używana.

2) Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku angielskim lub polskim.

### III. Dostawa i gwarancja:

1) Dostawa (ubezpieczenie, pakowanie, transport) - w cenie,

2) Okres gwarancji: co najmniej 12 miesiące.