

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 14.11.2023 r.

Wysokie Mazowieckie, 14.11.2023 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup materiału szewnego, siatek do przepuklin – powtórka.**
Oznaczenie sprawy: **30/2023**

Zapytanie nr 1 Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 9 w poz. 1,2 siatek przepuklinowych częściowo wchłaniających zbudowanych w 50 % z włókien polipropylenowych (część niewchłaniająca) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktonu PGA-PCL (część wchłaniająca), o czasie wchłaniania 90-120 dni, wielkości porów 2,5 mm i grubości włókna 0,5 mm, o gramaturze 28g/m², rozmiary zgodnie z OPZ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 2 Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 3 Dotyczy Pakietu 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 6 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 4 Dotyczy Pakietu 1, poz. 23-24

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty przetargowej na Pakiet 1 z pominięciem ww. pozycji?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 5 Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniający, monofilamentowy, poliamidowy?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 6 Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły tnącej, dopuści również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 7 Dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 8 Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 2-8

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 9 Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 10 Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 30 mm?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 11 Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 12 Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nić bez udokumentowanego „kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 13 Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 14 Dotyczy Pakietu nr 4, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, bez określenia „dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 15 Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, wchłaniający, o okresie podtrzymywania tkanki po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 16 Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1, 3

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 17 Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez wzmocnienia z nitką o długości 200 cm?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 18 Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego powlekaną wchłaniającym związkiem kwasu poliglikolowego i Poly (glikolid-co-kaprolakton, 75/25) (PGA-PCL) o czasie absorpcji 90-110 dni, grubości siatki $0,50 \pm 0,05$ mm, wielkość oczek 1,5-3,5 mm, gramaturze po wchłonięciu (zawartość PP) 25- 30 g/m²?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 19 Pakiet nr 8– Czy Zamawiający dopuści воск kostny złożony w 80% z mieszaniny wosków pszczelich oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 20 Dotyczy pakietu nr 1 , pozycji nr 28: Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm? Reszta parametrów bez zmian

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 21 Dotyczy pakietu nr 10 , pozycji nr 1: Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 42 cm na 32 cm zamiast 42 cm na 35 cm? Reszta parametrów bez zmian

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 22 Dotyczy pakietu nr 2 , pozycji nr 6: Czy Zamawiający dopuści nić o grubości 1? Reszta parametrów bez zmian. Byłby to ten sam produkt, który jest dostarczany obecnie
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 23 Dotyczy pakietu nr 1, pozycji nr 28: Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm? Reszta parametrów bez zmian. Byłby to ten sam produkt, który jest dostarczany obecnie
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 24 Dotyczy pakietu nr 10 , pozycji nr 1: Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 42 cm na 32 cm zamiast 42 cm na 35 cm? Reszta parametrów bez zmian. Byłby to ten sam produkt, który jest dostarczany obecnie
Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 25 pakiet nr 8 poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wosk kostny złożony z mieszaniny Wosk pszczelej 72.63%, Wosk parafinowy - 14.87% , Palmiatynian izopropylowy - 12.50%

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 26

Dotyczy Zadanie 3, poz. 4 i 5. Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 27

Dotyczy Zadanie 3, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie nr 28

Dotyczy Zadanie 3, poz. 7 i 8. Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 70 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian ?

Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.

**Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz**