



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Katowice, dn. 17.08.2023

Postępowanie nr WPR/TZ/252/ZP/24/2023

Uczestnicy postępowania

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia do postępowania pn., **Dostawa fabrycznie nowych, zabudowanych i wyposażonych 2 sztuk ambulansów typu „C” wraz ze sprzętem medycznym dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”.**

I. Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710) Zamawiający przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Dotyczy Punkt XIV. Nosze podbierakowe:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze podbierakowe europejskiego producenta, wykonane w całości z aluminium, bez możliwości wykonania diagnostyki obrazowej RTG, o wadze 10 kg spełniające pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Punkt XV. Deska ortopedyczna:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści deskę ortopedyczną w rozmiarze 18” tj. szerokość ok 45 cm, waga ok 10 kg, spełniającą pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy Punkt XVI Materac próżniowy:

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści materac próżniowy wyposażony we wzmocnioną podłogę zintegrowaną z materacem, posiadającym 8 uchwytów do przenoszenia o wymiarach 210x100 cm, spełniający pozostałe wymagania OPZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

Dotyczy Punkt XVIII. Respirator transportowy:

W odniesieniu do parametru:

„Skład zestawu: respirator transportowy, butla tlenowa min 2l, reduktor o przepływie min 0-15 l/min, przewód ciśnieniowy umożliwiający podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min. 2 m, maski nr 4 i 5 do funkcji CPAP, wielorazowy przewód pacjenta, płuco testowe.”

wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, by zaofertowany zestaw posiadał uchwyt ścienny (na kompletny zestaw respirator wraz z opisanymi przez Zamawiającego elementami, do montażu w ambulansie), tak aby po instalacji zestawu w uchwycie spełniał on wymogi normy PN EN 1789 (deklaracja zgodności wystawiona przez producenta respiratora) w zakresie mocowania sprzętu medycznego w przedziale medycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga uchwytu ściennego umożliwiającego zamocowanie oferowanego zestawu w ambulansie, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Pytanie nr 5

Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści respirator z automatyczną regulacją stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej AIRMIX, zakres stężenia tlenu zależy od ustawionych parametrów wentylacji: minutowej objętości oddechowej i ciśnieniu przeciwnym i wynosi od ok 47 do 100%, przy wentylacji osób dorosłych zgodnie z ERC zakres wynosi ok 50-65 % stężenia tlenu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 6

Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w turbinę umożliwiającą pracę bez zasilania w tlen, niewymagający zasilania przewodem ciśnieniowym ze złączem AGA (brak złącza wysokociśnieniowego), tlen doprowadzany jest do urządzenia za pomocą drenu tlenowego podłączonego do przepływomierza przy reduktorze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w turbinę, posiadający stały stosunek I:E 1:2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Wnosimy o wyjaśnienie, czy opisując obrazowanie parametrów wyświetlanych – w domyślnie na ekranie, Zamawiający oczekuje ekranu o przekątnej przynajmniej 4 cale?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9


Dotyczy Punkt XXI. Mata pediatryczna:

W związku ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści matę pediatryczną przeznaczoną wykonaną z łatwozmycznego, wytrzymałego materiału, mata przeznaczona do zabezpieczenia niemowląt i dzieci od 70 cm (wiek ok. 6 miesięcy) do 130 cm (wiek do ok. 7 lat), wyposażona w 4 pasy na służące do mocowania do noszy, 5-punktowy zamek łączy 2 wyściełane paski naramienne, 2 paski boczne i 1 paski na nogi, wszystkie paski regulowane z klamrami, zgodny z DIN 13071, wymiary w opakowaniu długość 48 cm, 26 cm szerokość, wysokość ok 9 cm, wymiary po rozłożeniu długość 95 cm, szerokość 45 cm, waga w opakowaniu ok 1,9 kg, w załączeniu zdjęcie proponowanego produktu?



Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



40-024 Katowice
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40
mail: wpr@wpr.pl
www.wpr.pl

NIP: 954 22²60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Pytanie nr 10

Prosimy o doprecyzowanie zapisu i wyjaśnienie, czy brak wypełnienia opisu w zakresie, gdzie nie jest on wypełniony w kolumnie pt. „Oferowane parametry” należy rozumieć, jako brak danego parametru, co oznacza nie spełnienie warunku, niezgodność z wymogami SWZ i w konsekwencji skutkuje odrzuceniem oferty ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany lakier koloru nadwozia RAL 1016 ma być fabryczny tj. wykonany w fabryce producenta pojazdu bazowego i objęty fabryczną gwarancją producenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 12

Czy fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym ma być automatyczna typu Climatronic, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu przez kierowcę? Wyjaśniamy, że automatyczna typu „Climatronic“, jest to automatycznie sterowany układ klimatyzacji, który większość procesów związanych z chłodzeniem oddaje w ręce komputera. Regulacja przez użytkownika ogranicza się do określenia poziomu pożądanej temperatury na elektronicznym wyświetlaczu. To komputer, samodzielnie dopasowuje kierunek i siłę nawiewu powietrza, w taki sposób, żeby zapewnić, jak największy komfort.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji za przeglądy pojazdu bazowego z materiałami zużywalnymi typu klocki hamulcowe, olej, filtry itp. z dojazdami do ASO płaci Zamawiający ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14

W związku z praktykami niektórych wykonawców, a w trosce o bezpieczeństwo Zamawiającego oraz jego pracowników, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy ambulansu zgodnego z SWZ, z rezerwą masy na minimum 4 osób (zgodnie z SWZ) oraz na wyposażenie medyczne dla ambulansu typu C zgodnie z normą PNEN 1789 – tj. 260 kg. Norma nie przewiduje, aby stół medyczny – czyli tzw. laweta pod nosze była wliczana w powyższą wagę ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Zamawiający oczekuje dostawy ambulansu spełniającego wszelakie aktualnie obowiązujące normy i przepisy.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany przez Zamawiającego radioodtwarzacz w kabinie kierowcy ma być fabrycznym wyposażeniem pojazdu bazowego, co jest gwarancją zachowania kompatybilności elektromagnetycznej zapisanej w homologacji pojazdu skompletowanego i zapewni prawidłową pracę urządzeń elektrycznych (sygnalizacja uprzywilejowana, instalacja elektryczna, radiostacje, elektryczny sprzęt medyczny itd.) ?

Wyjaśniamy, że kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) to zdolność danego urządzenia lub systemu do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym i nieemitowanie zaburzeń pola elektromagnetycznego, zakłócającego poprawną pracę innych urządzeń pracujących w tym środowisku.



Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

II. Odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i będą wiążące podczas terminu składania ofert.


Odpowiedzi na pytania udzielili: Adam Lubas, Sylwia Garcorz, Michał Kucap

Pismo sporządziła:
Katarzyna Pietruszka

Pismo akceptowała:
Karina Przybyła

DYREKTOR
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego
w Katowicach

Lukasz Pach



Śląskie.

40-024 Katowice
ul. Powstańców 52

tel. (32) 609 31 40
mail: wpr@wpr.pl
www.wpr.pl

NIP: 954 22⁴60 707
REGON: 270151110
KRS: 0000020162

Santander Bank Polska SA: 03 1500 1445 1214 4003 4001 0000