

Nr postępowania: GUM2024ZP0033

Gdańsk, dnia 11.04.2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania na dostawę wytrząsarki, zamrażarek niskotemperaturowych i spirometru

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1 – Pakiet 2:

Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowień urządzeń:

- a. Na którym poziomie będzie umieszczone urządzenie?
- b. Czy jest winda towarowa/osobowa w budynku i jakie są jej wymiary -szer. głębokość, wysokość i nośność ?
- c. Czy będzie konieczność przemieszczenia urządzenia po schodach ?
- d. Czy są jakieś inne ograniczenia architektoniczne na drodze transportu urządzenia ?

Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.

Odpowiedź:

1. Dostawa 1 sztuki do Zakładu Bioenergetyki i Fizjologii Wyśiłku Fizycznego przy ul. Dębinki 1 w Gdańsku - budynek CBM, pomieszczenie zamrażarek nr 218, piętro II, w rzeczywistości to I piętro od razu nad portiernią.

Drzwi do pokoju nr 218 mają wymiary - szerokość 109 cm, wysokość 200 cm.

W budynku znajduje się winda towarowa – szerokość 120 cm, wysokość 200 cm.

Zamawiający informuje, że do tej pory tą windą towarową zostało przetransportowanych kilkadziesiąt zamrażarek niskotemperaturowych.

2. Dostawa 1 sztuki do Katedry i Zakładu Chemii Farmaceutycznej, Budynek Audytoryjny wejście E, przy Al. Gen J. Hallera 107, w Gdańsku. Miejsce na zamrażarkę będzie w pomieszczeniu nr 15 - wysokie piętro I bez windy.

Drzwi do pokoju mają wymiary 90 cm x 200 cm.

Schody: wysokie I piętro (jak piętro i pół). Trzy kondygnacje schodów: od dołu 2 schodki przed drzwiami wejściowymi do budynku, potem 8 schodów prowadzi na parter, z parteru 12 schodów na półpiętro (190 x 190 cm) i potem 8 schodów – półpiętro – 8 schodów i drzwi do katedry.

Pytanie 2 – Pakiet 2:

Ze specyfikacji przedmiotu zamówienia (pkt. 2) wynika, że wielkość otworów drzwiowych to 90x200 cm. Prosimy jeszcze raz o weryfikację podanych wymiarów, zwłaszcza w zakresie szerokości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Pytanie 3 – Pakiet 2:

Prosimy o zgodę na wymiary zewn. (SxGxW) 1090*1025*1955mm. Podane wymiary obejmują odbojniki i wszystkie elementy wystające.

Profesjonalny transport zapewni dostarczenie urządzenia do miejsca posadowienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na ograniczone miejsce w pomieszczeniach.

Pytanie 4 – Pakiet 2:

Zamawiający postawił wymóg pojemności użytkowej 700 litrów i ładowności 500 pudełek o wysokości 5 cm. Prosimy o zgodę na pojemność użytkową 678L i ładowność 500 pudełek o wysokości 5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemność 678 l jeśli ładowność 500 pudełek o wysokości 5 cm jest możliwa przy utrzymaniu fabrycznego rozkładu półek w zamrażarce. W związku z tym, Zamawiający załącza do pisma zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 2.

Pytanie 5 – Pakiet 2:

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaokrąglonych narożników. Każda z 3 półek, które są na wyposażeniu zamrażarki posiadają ograniczenia z tyłu i po bokach uniemożliwiające stykanie się włożonego asortymentu ze ścianami zamrażarki. Nie ma możliwości zabrudzenia ścian zamrażarki. Na ścianach mogą pojawić się tylko szron i lód, wtedy zamrażarka wymaga rozmrożenia i ściągnięcia nadmiernej ilości lodu dołączoną łopatką.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komorę wewnętrzną bez zaokrąglonych narożników i w związku z tym załącza do pisma zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dla Pakietu 2.

Pytanie 6 – Pakiet 2:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia butli CO2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia butli.

Dodatkowo, Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert z dnia 15.04.2024 r. na dzień **16.04.2024 r.**

Składanie ofert do godz. 09:00.

Otwarcie ofert o godz. 09:20

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Dodatkowo zmienia termin związania ofertą z dnia 14.05.2024 r. na dzień **15.05.2024 r.**

p.o. Kanclerza

/-/

Prof. dr hab. Jacek Bigda

Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula