

Kraków, dnia 23 czerwca 2023 r.

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: Dostawa i uruchomienie spektrofotometru UV-Vis-NIR dedykowanego do pomiarów próbek stałych w ramach projektu AtomIn 2.0

(Nr sprawy: 80.272.207.2023)

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy jego treść wraz z odpowiedzią.

1. Czy Zamawiający dopuści przystawkę umożliwiającą pomiary transmisji, rozproszonej transmisji, częściowo rozproszonej transmisji, rozproszenia dyfuzyjnego, odbicia lustrzanego bez zmiany pozycji próbki w zakresie spektralnym przynajmniej od 190 do 2800 nm ?

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dopuszcza przedstawione powyżej w pytaniu rozwiązania techniczne.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ

Piotr Molczyk