



Poznań, dnia 29.07.2021 roku

Oznaczenie sprawy: PN – 17/21

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów jednorazowego użytku, szwy chirurgiczne, siatki i taśmy do leczenia zaburzeń narządów płciowych

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącym treści SWZ, na podst. art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający poniżej przytacza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw nr 1

Część 21

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 10 x 15 cm – pozostałe parametry spełnione?

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza

Zestaw nr 2

Dotyczy Części nr 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 12, igły do angiografii Seldingera o dł. 7 cm i ostro zakończonych ścięciem pod kątem 17°. Z poważaniem Ilona Kappa

Odp: Nie, zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 3

Pytanie 1 do pakietu 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w w/w pakiecie pozycji 1, oraz 2, gdyż rozpisany pakiet dopuszcza możliwość wystartowania tylko jednemu wykonawcy.

W przypadku wydzielenia prosimy o dopuszczenie w pozycji 1;





**GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY
SZPITAL KLINICZNY
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**

Im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

NIP: 781-16-21-484
REGON: 000288840
KRS: 0000002866

www.gpsk.ump.edu.pl

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: podwójnie podgrzewany. Kompatybilny między innymi z respiratorem Maquet Servo – N. dedykowany dla niskich przepływów 0,3 - 4 l/min. Podwójna spiralna grzałka umieszczona wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie „V” w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Niebieski i biały kolor rur w celu odróżnienia ramienia wdechowego i wydechowego. Obrotowe złącze Y ze zintegrowanym portem ssącym, w celu zminimalizowania przestrzeni martwej. Wyposażony w zestaw adapterów umożliwiający stosowanie w szerokiej gamie respiratorów dla noworodków z możliwością podawania tlenu azotu.. Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta z drenem do podaży wody dł. 1,2 m. kompatybilny z nawilżaczami MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare Część wydechowa skonstruowana z materiału przepuszczającego wilgotność na zewnątrz – system VentiMyst.

System VentiMyst® zapewnia bezpieczną pracę i zapobiega przedostaniu się nadmiaru wilgoci do respiratora oraz zatkaniu filtra na końcu układu wydechowego.

Układ do użycia przez 14 dni.

Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający zredukować kondensację i zapewniający optymalne nawilżenie podawanego gazu. Układ zawierający portowe trójniki T 8M/8F, 22M/22M, złącze 15F, złącze 8M/15M, rurka adaptera, kolanko 22F/22M, 9-11F/22M, złącza 15F, 10M,8F/15M, złącza 11F, adapter grzałki 15F/22F. Część wydechowa skonstruowana z materiału przepuszczającego wilgotność na zewnątrz – system VentiMyst.

System VentiMyst® zapewnia bezpieczną pracę i zapobiega przedostaniu się nadmiaru wilgoci do respiratora oraz zatkaniu filtra na końcu układu wydechowego.

Układ do użycia przez 14 dni.

Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta.

Układ przystosowany do respiratorów z przepływem powyżej > 4 l / min oraz 0,3-4 l/min.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1 i 2 w cz. 1 w związku z tym pytania poniżej nie mają zastosowania.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 84 19 673
e-mail: mforminska@gpsk.ump.edu.pl





www.gpsk.ump.edu.pl

Zestaw nr 4

Dot. Części nr 29, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem, pozostałe parametry bez zmian?

Odp: Nie, zgodnie z SWZ

Dot. Części nr 31, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, wchłaniający, syntetyczny, monofilamentowy, niepowlekany, o zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni (po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5%) i absorpcji 90-120 dni?

Odp: Nie, zgodnie z SWZ.

Zestaw nr 5

Część nr 26 - Wymazówki sterylne z podłożem

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny, zestaw wymazowy o następujących parametrach ?

W skład zestawu wymazowego wchodzi zwężana, elastyczna, sterylna wymazówka dedykowana do pobierania wymazów z nosogardła oraz zakręcana probówka z buforem transportowym i substancją stabilizującą. Opis proponowanego zestawu:

1. Wymazówka sterylna z podłożem transportowym uniwersalnym do pobierania i zabezpieczenia żywotności próbek klinicznych zawierających wirusy w tym SARS-CoV-2 podczas transportu do laboratorium
2. Końcówka (główka) wymazówki wykonana z flokowanego nylonu.
3. Nacięcie na wymazówce ułatwiające łatwe odłamanie końcówki (odległość punktu odłamania od główki wymazówki 80mm)
4. Probówka 10 ml wykonana z polipropylenu.
5. Objętość buforu w probówce: 3mL.
6. Uniwersalne podłoże zapewnia utrzymanie przeżywalności wirusów do 48h w temp. pokojowej. Skład buforu to: zrównoważony płyn Hanksa, dodatkowo: BSA, HEPES, aminokwasy, krioprotektanty.
7. Pakowana pojedynczo, na opakowaniu etykieta z polami do opisu.
8. Zestaw posiada certyfikat CE IVD.
9. Okres ważności produktu: min. 12 miesięcy od daty dostawy

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza

Zestaw nr 6

Pytanie nr 1 do części nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w produkt o następujących właściwościach ? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet .



Dział Zamówień Publicznych
tel. 61 84 19 673
e-mail:mforminska@gpsk.ump.edu.pl





Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, niezachodzącej na siebie na środku taśmy. Brzegi zakończone pętelkami. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie zapewniające aseptyczne otwarcie w warunkach sali operacyjnej. op. 1 szt.

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza

Zestaw nr 7

Dotyczy części nr 20

1. Czy Zamawiający dopuści łyżki laryngoskopowe typu Macintosh w rozmiarach:
 - dla dorosłych nr 3 (130x18mm)
 - dla dorosłych nr 4 (153x18mm)Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający oczekuje, aby łyżki laryngoskopowe typu Macintosh zawierały system zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po przeprowadzonej intubacji? Dzięki niemu łyżka po dezaktywacji pozostaje zgięta, ale nie opada swobodnie, tylko opiera się wydłużonym haczyku podstawy łyżki.

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

