



Fotel porodowy

OPIS PRODUKTU - PARAMETRY TECHNICZNE

LP.	Konfiguracja podstawowa	Parametr
1.	Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu.	TAK
2.	Umożliwia ustawienie pacjentki w pozycjach porodu: klasycznej, siedzącej, bocznej, klęczącej, będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestetycznych, w połogu	TAK
3.	Elektryczna regulacja oparcia pleców	TAK
4.	Regulacji kąta nachylenia oparcia pleców	0 - 63°
5.	Zasilanie elektryczne	220-240 V / 50 Hz
6.	Długość całkowita łóżka	235 mm
7.	Regulacja elektryczna wysokości	TAK

8.	Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym	TAK
9.	Drążek porodowy	TAK
10.	Wieszak na płyny infuzyjne	TAK
11.	Zdejmowana misa na płyny fizjologiczne	10 litrów
12.	Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze	230 kg
13.	Maksymalne obciążenie segmentu nożnego	180 kg
14.	Wbudowana bateria zasilająca wraz ze wskaźnikiem stanu naładowania.	TAK
15.	Elektryczna regulacja wysokości części nożnej	TAK
16.	Długość materaca	195 cm
17.	Szerokość materaca	86 cm
18.	Szerokość przy całkowicie podniesionych barierkach	≤ 105 cm
19.	Grubość materaca w części nożnej	10 cm
20.	Wodoodporność, klasyfikacja IPX4	TAK
21.	Antypoślizgowe uchwyty porodowe chowane pod leże z użyciem jednej ręki	TAK
22.	Podkolanniki łatwe w dezynfekcji, wykonane w technologii bezszwowej	TAK
23.	Podkolanniki z przegubem kulowym z możliwością blokady we właściwej pozycji	TAK
24.	Podparcia pod stopy z możliwością regulacji kąta nachylenia i rozwarcia przy użyciu jednej ręki.	TAK
25.	Wyposażone w zabezpieczające odbojniki od strony głowy pacjenta	TAK
26.	4 koła z możliwością centralnej blokady oraz z osią skrętną	TAK
27.	Materac stychny na całej długości leża, bez przerwy transferowej	TAK
28.	Materac piankowy, przeciwoleżynowy, wykonany w technologii niepalnej, antyalergicznnej, bakterioostatycznej, odporny na promieniowanie UV.	TAK
29.	Możliwość ograniczania zsuwania się materaca w dół łóżka podczas porodu.	TAK
30.	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo ze zdejmowanym segmentem nożnym	TAK

31.	Automatyczna, elektryczna korekta nachylenia części siedziska podczas podnoszenia segmentu oparcia	TAK
32.	Zakres regulacji kąta nachylenia pozycji Trendelenburga	0°-8°
33.	Wykończenie barierki bocznych z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych.	TAK
34.	Dostęp do sterowania elektrycznego – obustronny (od storny zewnętrznej oraz wewnętrznej) w barierce bocznej. Wszystkie przyciski membranowe wodoodporne.	TAK