



UNP: 0801-21- 059213

Zielona Góra, 21 września 2021 roku

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa specjalistycznego
sprzętu do kontroli celno-skarbowej”

Znak sprawy: 0801-ILZ-1.260.12.2021.8

Wyjaśnienie treści SWZ – sprostowanie wyjaśnień z 17.09.2021 Zmiana treści SWZ

Szanowni Państwo,

w związku z zauważonym błędem, dokonujemy sprostowania wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia^{1,2,3} udzielonych 17 września 2021 r. (w zakresie pytania nr 4) oraz dokonujemy zmiany treści SWZ^{4,5}:

Wyjaśnienie treści SWZ - sprostowanie

Pytanie dotyczące zał. Nr 1.1 do SWZ - Część 1 - Przenośny spektrometr Ramana z możliwością wykrywania śladowych ilości narkotyków

Pytanie nr 4:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 13 wymaga „*Zakres spektralny aparatu nie mniejszy niż 250 cm⁻¹ do 2000 cm⁻¹ z rozdzielczością spektralną na poziomie, co najmniej 8-11 cm⁻¹.*”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o lepszych parametrach niż powyższe tzn.: Zakres spektralny od 176 cm⁻¹ do 2500 cm⁻¹ z rozdzielczością spektralną na poziomie 8-11 cm⁻¹?

Odpowiedź:

Było:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie urządzenia o zaproponowanych parametrach i rozszerza zapisy w OPZ.

Jest:

Zamawiający informuje, że opisane urządzenie spełnia określone wymagania dot. zakresu spektralnego. W związku z tym, nie ma potrzeby zmiany zapisów w pkt 13 OPZ.

Zmiana treści SWZ

Zamawiający dokonuje następujących zmian SWZ^{4,5} :

OPZ Spektrometr do narkotyków - załącznik nr 1.1 do SWZ: przywraca się zapis pkt 13 do pierwotnej postaci.

Podstawa prawna

1. Art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm):
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.
2. Art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm):
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom
3. Art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.
4. Art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm):
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
5. Art. 286 ust. 7 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm):
Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Załącznik – platforma elektronicznie :

1. Załącznik 1.1 - do SWZ_ Opis przedmiotu zamówienia OPZ_ modyfikacja z dnia 21.09.2021

Z upoważnienia Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze
Naczelnik Wydziału
Piotr Czechowski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Korespondencję otrzymują:

- 1) Komunikat publiczny - elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej,
- 2) Aa

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej <https://www.lubuskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-zielonej-gorze/kontakt/inspektor-ochrony-danych> • kontakt: • tel. 512 141 979 • adres e-mail: iod.zielonagora@mf.gov.pl