

Kraków, dnia 06.02.2023 r.

Znak sprawy: MCN.5.261.6.2023

### **Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon”.

Zamawiający – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ.

#### **Pytanie 1:**

**Czy Zamawiający dopuści fluorometr o wymiarach: 194 x 155 x 72,5 mm?**

#### **Odpowiedź 1:**

Tak, Zamawiający dopuści fluorometr o zaproponowanych wymiarach.

Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza zaktualizowany OPZ “OPZ\_Sprzęt\_laboratoryjny\_Aktualizacja2

#### **Pytanie 2:**

**Czy Zamawiający dopuści fluorometr z filtrami wzbudzenia: czerwony do 625 ±10 nm, niebieski 460 ±20 nm?**

#### **Odpowiedź 2:**

Zamawiający wymaga fluorometru o parametrach podanych w OPZ

#### **Pytanie 3:**

**Czy Zamawiający dopuści fluorometr z filtrami emisyjnymi: czerwony do 725 nm, niebieski 570 nm?**

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający wymaga fluorometru o parametrach podanych w OPZ.

*Powyższe staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia.*

Załączniki:

1. OPZ\_Sprzęt laboratoryjny\_Aktualizacja 2