



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023

Konin, 03.04.2023r

WSZ-EP-1/354/2023

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą: Dostawa aparatury medycznej - urządzeń i innych wyrobów medycznych stanowiących ich wyposażenie w ramach Projektu pn. „Remont Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym wraz z doposażeniem oddziału i jednostek współpracujących”- WSZ-EP-1/2023

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 14

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 – dotyczy punktu 3

Czy Zamawiający dopuści pompę z klasą ochronności I?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 – dotyczy punktu 5

Czy Zamawiający dopuści pompę o wymiarach 257 x 150 x 73 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 3 – dotyczy punktu 6

Czy Zamawiający dopuści pompę ze zdecydowanie lepszą dokładnością podaży tzn. $\pm 1,8\%$?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 4 – dotyczy punktu 8

Czy Zamawiający dopuści pompę z podpowiedziami ekranowymi ułatwiającymi pracę użytkownikowi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 – dotyczy punktu 9

Czy Zamawiający dopuści pompę ze stopniem ochrony IP33?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 – dotyczy punktu 10

Czy Zamawiający dopuści pompę z kolorowym wyświetlaczem 3,5 ", umożliwiającą pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy, o wysokiej rozdzielczości wyświetlanych informacji, 200X400 pikseli?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 – dotyczy punktu 11

Czy Zamawiający dopuści pompę z opcjonalnym dołączanym uchwytem do przenoszenia pompy z możliwością łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 8 – dotyczy punktu 15

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością aktualizacji oprogramowania pompy oraz biblioteki leków przez autoryzowany serwis? Taka opcja jest bezpieczniejsza dla użytkowników i pacjentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla powyższy parametr i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 9 – dotyczy punktu 20

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością programowania parametrów infuzji w ng, µg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 10 – dotyczy punktu 24

Czy Zamawiający dopuści pompę z trybem bolusa ręcznego i automatycznego z wstępnie wybraną dawką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 11 – dotyczy punktu 25

Czy Zamawiający dopuści pompę z podażą bolusa w jednostce mg/h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 – dotyczy punktu 30

Czy Zamawiający dopuści pompę z zasilaniem z wbudowanego akumulatora, min. 11 godzin przy przepływie 5ml/godz oraz z czasem ponownego całkowitego naładowania do 6 godzin, z widoczną na stałe informacją o statusie naładowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 13 – dotyczy punktu 31

Czy Zamawiający dopuści pompę o poborze mocy 8 W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 14 – dotyczy punktu 34

Czy Zamawiający dopuści pompę bez możliwości wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 – dotyczy punktu 37

Czy Zamawiający dopuści pompę z klasą ochronności I?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 – dotyczy punktu 39

Czy Zamawiający dopuści pompę o wymiarach $\leq 210 \times 140 \times 73$ mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 17 – dotyczy punktu 42

Czy Zamawiający dopuści pompę z podpowiedziami ekranowymi ułatwiającymi pracę użytkownikowi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 – dotyczy punktu 43

Czy Zamawiający dopuści pompę ze stopniem ochrony IP33?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 19 – dotyczy punktu 44

Czy Zamawiający dopuści pompę z kolorowym wyświetlaczem 3,5 ", umożliwiającą pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy, o wysokiej rozdzielczości wyświetlanych informacji, 200X400 pikseli?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 20 – dotyczy punktu 45

Czy Zamawiający dopuści pompę z opcjonalnym dołączanym uchwytem do przenoszenia pompy z możliwością łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 21 – dotyczy punktu 49

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością aktualizacji oprogramowania pompy oraz biblioteki leków przez autoryzowany serwis? Taka opcja jest bezpieczniejsza dla użytkowników i pacjentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreśla powyższy parametr i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 22 – dotyczy punktu 54

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością programowania parametrów infuzji w ng, µg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 23 – dotyczy punktu 58

Czy Zamawiający dopuści pompę z trybem bolusa ręcznego i automatycznego z wstępnie wybraną dawką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 – dotyczy punktu 59

Czy Zamawiający dopuści pompę z podażą bolusa w jednostce mg/h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 25 – dotyczy punktu 64

Czy Zamawiający dopuści pompę z zasilaniem z wbudowanego akumulatora, min. 11 godzin przy przepływie 5ml/godz oraz z czasem ponownego całkowitego naładowania do 6 godzin, z widoczną na stałe informacją o statusie naładowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.3 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo –technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.3 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 26 – dotyczy punktu 65

Czy Zamawiający dopuści pompę o poborze mocy 60 W?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 27 – dotyczy punktu 67

Czy Zamawiający dopuści pompę z minimalną wykrywalnością wielkością pęcherzyków wynoszącą 15µl, zakumulowane powietrze: 0,1–1,0 ml/15 min?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie 28 – dotyczy punktu 69

Czy Zamawiający dopuści pompę bez możliwości wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego? Informacja taka jest zawarta we wpisie w paszport techniczny urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.