

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 11.09.2024 r.

Wysokie Mazowieckie, 11.09.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup materiału szewnego, siatek do przepuklin i nietrzymania moczu.**  
Oznaczenie sprawy: **22/2024**

**Zapytanie nr 1. Pakiet 16**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz.1 wosku chirurgicznego wytwarzany z mieszaniny wosku pszczelego (80%) i palmitynianu izopropylu (20%)?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 2. Pakiet 17**

Czy Zamawiający dopuści w pak. 17 siatki chirurgiczne :

- gramatura siatki 50g/m<sup>2</sup>
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary 6x11cm , 7,5x15cm, 10x15cm, 15x15cm, 20x30cm, 22x35cm, 30x30cm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 3. Pakiet 18**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 18 siatek przepuklinowych częściowo wchłaniających zbudowanych w 50 % z włókien polipropylenowych (część niewchłaniająca) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktanu PGA-PCL (część wchłaniająca), o czasie wchłaniania 90-120 dni , wielkości porów 2,5 mm i grubości włókna 0,5 mm , gramatura 28g/m<sup>2</sup> , rozmiary zgodnie z OPZ?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 4. Pakiet 25**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 25 kompresów neurochirurgicznych wykonanych ze sztucznego jedwabiu w rozmiarach: 25mmx25mm , 10mm x75mm, 12mmx25mm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 5. Pakiet 2, 4**

Czy Zamawiający dopuści nici, które na opakowaniu zbiorczym posiadają napisy w języku angielskim ale w środku opakowania zbiorczego znajduje się instrukcja użytkowania w języku polskim.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 6. Pakiet 2, 4**

Prosimy Zamawiającego co rozumie pod pojęciem igła stożkowa?

**Wyjaśnienie: Okrągły przekrój trzonu zakończenie okrągłe, które przebije tkankę a nie tnie.**

**Zapytanie nr 7.**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 zamiast igieł tnących dopuści igły odwrotnie tnące ?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 8.**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz.8 dopuści nić o dł. 75cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 9.**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 w poz.20 dopuści nić o dł. 75cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 10.**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku::

a) w wysokości 0,07 % wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia naliczonej za każdy dzień zwłoki,

b) w wysokości 0,07% wartości brutto wadliwej części przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek zgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

**Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 11. Pakiet 17**

Czy Zamawiający dopuści siatki o podanych parametrach i grubość siatki 0,65 +/- 0,15 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza grubość, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 12.**

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 lit. d) wzoru umowy słowa „20% wynagrodzenia umownego” zostały zastąpione słowami „20% niezrealizowanej wartości umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Wyjaśnienie: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 13. Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów poliamidowych?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 14. Pakiet nr 3 , pozycja 1-4**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 15. Pakiet nr 3 , pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o grubości „1”?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 16. Pakiet nr 3 , pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o grubości „1”?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 17. Pakiet nr 3 , pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 40mm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 18. Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, sterylne, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 42 dni, podtrzymywanie tkankowe ok. 50% po 7 dniach, 0% po 10-14 dniach?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 19. Pakiet nr 6 , pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o długości 24mm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 20. Pakiet nr 16**

Czy Zamawiający dopuści wosk kostny złożony w 80% z mieszaniny wosków pszczelich oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 21. Pakiet nr 20, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą odwrotnie tnącą?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 22. Pakiet nr 20, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 23. Pakiet nr 20, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nitką o grubości „0”?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 24. Pakiet nr 20, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści szwy w kolorze czarnym?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 25. Dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli (glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli (glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 26. Dotyczy Pakietu 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 6 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość, pozostałe zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 27. Dotyczy Pakietu 1, poz. 23-24**

Czy Zamawiający umożliwi złożenie oferty przetargowej na Pakiet 1 z pominięciem ww. pozycji?

**Wyjaśnienie: Nie.**

**Zapytanie nr 28. Dotyczy Pakietu 1, poz. 23-24**

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycje z Pakietu 1?

**Wyjaśnienie: Nie.**

**Zapytanie nr 29. Dotyczy Pakietu 2, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści podwiązkę o długości 12x75cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość.**

**Zapytanie nr 30. Dotyczy Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłaniający, monofilamentowy, poliamidowy?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 31. Dotyczy Pakietu nr 3**

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły tnącej, dopuści również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza igłę, pozostałe zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 32. Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły tnącej, dopuści również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza igłę, pozostałe zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 33. Dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długości nici 70 cm, również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość, pozostałe zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 34. Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3, 4**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 35. Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „black”?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 36. Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 100 cm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza długość, pozostałe zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 37. Dotyczy Pakietu nr 8**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 38. Dotyczy Pakietu nr 9**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%)?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 39. Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 2-10**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 40. Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 4-6**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 41. Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 7, 8**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 30 mm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 42.** Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 9, 10

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 43.** Dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści nić bez udokumentowanego „kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła”, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 44.** Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 45.** Dotyczy Pakietu nr 10, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, bez określenia „dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 46.** Dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, wchłaniający, o okresie podtrzymywania tkanki po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza czas podtrzymywania i wchłaniania, pozostałe zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 47.** Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 48.** Dotyczy Pakietu nr 11, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez wzmocnienia z nitką o długości 200 cm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 49.** Dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe w rozmiarze 8x15 cm zamiast 8x13, 10x15 cm zamiast 10x16, 30x30 cm zamiast 26x36?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 50.** Dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający dopuści siatkę niewchłaniającą polipropylenową, monofilamentową, o gramaturze 85 g/m<sup>2</sup>, grubości 0,55mm, wielkości porów 1,0 mm-1,2 mm, grubości nici 0,15 mm?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 51.** Dotyczy Pakietu nr 18

Czy Zamawiający dopuści siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego powlekaną wchłaniającym związkami kwasu poliglikolowego i Poly (glikolid-co-kaprolakton, 75/25) (PGA-PCL) o czasie absorpcji 90-110 dni, grubości siatki 0,50 ± 0,05 mm, wielkość oczek 1,5-3,5 mm, gramaturze po wchłonięciu (zawartość PP) 25- 30 g/m<sup>2</sup>?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 52.** Dotyczy Pakietu nr 20

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły tnącej, dopuści również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 53. Dotyczy Pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści nitkę powlekaną mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 54. Dot. pakietu 8**

Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 8 szew antybakteryjny o okresie podtrzymywana ok. 40 - 50% początkowej siły podtrzymywania po 21 dniach?

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 55. Dot. pakietu 8**

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 długość nitki 70 cm?

Pozostałe parametry pozycji zgodne z SWZ.

**Wyjaśnienie: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 56. Wniosek o udzielenie wyjaśnień do pakietu 13**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 13 zaoferowanie wyrobu medycznego:

Hemostatyk uszczelniający ,miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydłęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylenu eteru pentaerytrytolowego;strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego. Każdy blister pakowany oddzielnie. Po otwarciu blistra gotowy do użycia. Rozmiar 2,7 x 2,7 cm, 5 szt. w opak zbiorczym?

**Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.**

**W imieniu Zamawiającego  
Dyrektor Szpitala Ogólnego  
Wojciech Łuczaj**