

Górno, dn. 12.09.2019 r.

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio
ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z dnia 12.09.2019 r. w przetargu nieograniczonym na:**

**Dostawę spirometru do bodypletyzmografii, polisomnografu oraz kapnografu
przezskórnego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnio w ramach inwestycji pn.
„Przebudowa pawilonu nr 3 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZZOZ
„Sanatorium” w Górnio z wyposażeniem oraz budowa budynku urządzeń
technicznych dla gazów medycznych”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz udzielonymi wyjaśnieniami:

1. Pytanie:

Pytanie, czy dopuścicie Państwo do przetargu urządzenie o zbliżonych parametrach. Dane naszego urządzenia podajemy poniżej:

- Producent Somnomedics - Niemcy
SOMNOscreen™ plus EEG 32 Tele (BT) Camera COMPACT
- Urządzenie SOMNOscreen™ plus z zintegrowanym transmittersem BT
 - Głowica EEG 33 kanały (25 x EEG/EOG + REF + ciągły pomiar impedancji + 6 EMG + 1 EKG)
 - Kamera LAN z podczerwienią (zintegrowany system transmisji radiowej)
 - Czujnik ciśnienia CPAP
 - Zestaw kaniul nosowych (10 szt.)
 - Adapter CPAP
 - Termistor + klips przytrzymujący
 - Mikrofon
 - 2 elektrody do PLM (na nogi)
 - Elektrody EKG
 - Zestaw elektrod jednorazowych (30 szt.)
 - 2 pasy indukcyjne (w technologii RIP) – brzuszny oraz piersiowy
 - Silikonowy czujnik saturacji zakładany na palec połączony przewodowo
 - 2 Akumulatory Li-Ion + ładowarka
 - Karta pamięci Flash 1 GB + czytnik kart USB

Znak sprawy: ST/DZP/16/2019

- Oprogramowanie DOMINO (2 licencje)
(z filtrem do usuwania artefaktów z EKG)
- Torba transportowa
- Instrukcja obsługi
- 40 połączonych elektrod miseczkowych EEG (10 mm średnicy, 76 cm przewód)
- 2 przewody do EKG
- Pasta EC2
- Żel NUPREP
- Zewnętrzny odbiornik sygnału bezprzewodowego

Zestaw komputerowy z drukarką

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy siwz i nie wprowadza zmian w jej treści.

2. Pytanie:

Zapytanie dotyczące polisomnografu.

Czy dopuścicie Państwo do przetargu urządzenie w wersji z 2 a nie z 3 kanałami EMG z mięśnia podbródka?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

3. Pytanie:

Zapytanie dotyczące polisomnografu.

Czy dopuścicie Państwo do przetargu urządzenie wyposażone w przewodowy a nie w bezprzewodowy pulsoksymetr?

Pulsoksymetr przewodowy również automatycznie łączy się z jednostką główną znajdującą się na pacjencie, ale do tego znacząco zmniejsza koszty związane z każdorazowym badaniem pacjenta?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.