



Gliwice, dn. 17.10.2023r.

Nr sprawy: 166-P-23

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowanie p/t „Wyroby medyczne jednorazowego użycia (powtórka)”

Zamawiający, Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu j.w. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej zamieszczamy pytania Wykonawców w formie niezmienionej i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie 1

Pakiet 1, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy każde pojedyncze opakowanie zestawu do toalety jamy ustnej ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?

Odpowiedź

Zamawiający nie wskazywał takich wymagań.

Pytanie 2

Pakiet 1, poz. 2, 3 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zestaw ma mieć możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz ma posiadać numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań?

Odpowiedź

Zamawiający nie wskazywał takich wymagań

Pytanie 3

Pakiet 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oferowany zestaw do toalety jamy ustnej ma być elementem komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP?

Odpowiedź

Zamawiający nie wskazywał takich wymagań

Pytanie 4

Pakiet 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul bezpiecznych za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Pakiet 2, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź

Określone w Zestawieniu ilości w opakowaniu są ilościami sugerowanymi przez Zamawiającego, a nie żądanymi. Zamawiający dopuszcza dostawy wyrobów w opakowaniach innych niż podał w Zestawieniu. Sposób przeliczenia ceny opisano w SWZ Rozdz. VIII p.4.5.

Pytanie 5

Pakiet 8 - Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli z siatką o otwarciu 32 mm, długość robocza 2400 mm.

Pakiet 8 - Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie kleszczy o długości łyżeczek 4,0 mm, średnica narzędzia 2,4 mm.

Pakiet 8 - Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści pętli o średnicy otwarcia 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm i 35 mm, średnica osłonki 2,3 mm.

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje wyrobów zgodnych z opisem określonym w Zestawieniu.

Pytanie 6

Pakiet 8, poz. 8. - Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne z łyżeczkami o długości 3,86mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet 8 - Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy 5,2 mm i 10 mm.

Pakiet 8 - Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie igieł z zewnętrznym pierścieniem stabilizującym umieszczonym nad ostrzem igły.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 7

Pakiet 9 poz. 1 - Czy zamawiający dopuści datę ważności 24 miesiące od daty produkcji?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga trwałości elektrod 36 miesięcy.

Pytanie 8

Pakiet 9 poz. 1 - Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje 50 sztuk elektrod czy 50 kompletów (jedno opakowanie zawiera 2 elektrody)?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje 50 sztuk elektrod.

Dot. Pakietu 1, 2 i 8

Niektórzy Wykonawcy złożyli pisma, w których zamieścili pełen opis oferowanych przez siebie produktów z prośbą o ich dopuszczenie, bez odniesienia się do parametrów wskazanych przez Zamawiającego. **Zamawiający po raz kolejny zwraca uwagę, że nie może sprawdzać ani oceniać oferty ani jej elementów pod względem zgodności z wymaganiami przed jej złożeniem.** Tego typu pisma nie są wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ czy doprecyzowanie opisu w rozumieniu art. 284 ust. 1 ustawy. W takim wypadku nie ma zastosowania art. 284 ust.2. Zamawiający nie będzie ustosunkowywał się do tych pism i oczekuje wyrobów zgodnych z opisem określonym w Zestawieniu.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowywaniu oferty. Powyższe odpowiedzi nie stanowią modyfikacji SWZ w rozumieniu Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Otrzymują:

- 1) https://platformazakupowa.pl/pn/szpital4_gliwice
- 2) 166-P-23 a/a

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach
Sp. z o.o.

Ewa Kanigowska