



Ameryka, dn. 01.10.2025r.

L. dz. 6678/25

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego pn.: „Dostawa paneli alergologicznych i testów punktowych.” ZP/16/TP/2025.

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) odpowiada na przesłane pytania przez Oferentów:

Pytanie nr 1.

Dotyczy SWZ; Pakiet nr I, pkt. 5; Pakiet nr II, pkt. 5. „Wykonanie badania z max. 400 ul surowicy krwi.” Czy Zamawiający dopuści wykonanie jednego badania Alergologia Polychex® z 425 µl (200 µl na test + 25 µl przestrzeni martwej traconej + 200 µl objętości martwej pozostałej w probówce)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wykonanie jednego badania z 425 µl surowicy krwi.

W związku z dopuszczeniem zmienia się treść SWZ w ten sposób, że:

1. Rozdział XIII pkt 5 Pakiet nr I otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wykonanie badania z max. 425 µl surowicy krwi.
2. Rozdział XIII pkt 5 Pakiet nr II otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wykonanie badania z max. 425 µl surowicy krwi.

Z upoważnienia Dyrektora,