



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.  
19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

## Odpowiedź na Zapytanie 7

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 2228 / 3626 /24

Data: 16.10.2024 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego na rzecz „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.” Znak Sprawy: 3168 / 2024.**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

#### ***PYTANIE nr 1 dot. Pakietu nr 5, 57, 58, 59, 68, 69***

Dotyczy Pakietu nr 5, 57, 58, 59, 68, 69

Czy w trosce o najwyższą jakość wykonywanych usług Zamawiający w Pakiecie nr 5, 57, 58, 59, 68, 69 będzie wymagał od wykonawców:

- 1) dysponowania aktualną autoryzacją producenta sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, lub
- 2) dysponowania aktualną autoryzacją innego producenta urządzeń medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej wraz z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z wymaganiami normy ISO 13485:2016 w zakresie dystrybucji, instalowania oraz serwisu aktywnych wyrobów medycznych do obrazowania?

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Pakiecie nr 5, 57, 58, 59, 68, 69 nie będzie wymagał od Wykonawców dysponowania aktualną autoryzacją producenta sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Zamawiający informuje także, że w Pakiecie nr 5, 57, 58, 59, 68, 69 nie będzie wymagał od Wykonawców dysponowania aktualną autoryzacją innego producenta urządzeń medycznych wykorzystywanych w diagnostyce obrazowej wraz z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z wymaganiami normy ISO 13485:2016 w zakresie dystrybucji, instalowania oraz serwisu aktywnych wyrobów medycznych do obrazowania. Zamawiający informuje, że Wykonawca musi dysponować dokumentacją techniczną urządzeń podlegających przeglądowi, a także posiadać kody dostępu do tych urządzeń celem przeprowadzenia pełnego przeglądu.***

#### ***PYTANIE nr 2***

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż wymagać będzie od wykonawców uwzględnienia w cenie przeglądu kosztu części podlegających okresowej wymianie niezbędnych do wykonania przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta.

***Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest w szczególności świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego oraz wymiany na koszt Wykonawcy części eksploatacyjnych urządzeń wraz z przeglądem osprzętu (elementów urządzeń niezbędnych do ich prawidłowego działania) na rzecz „Pro-Medica”***



**w Elku Sp. z o.o. dla urzędzeń wymienionych w Formularzu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 3 do SWZ oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 do SWZ, będącymi jednocześnie załącznikami do zawartej z Wykonawcami umowy. Częstotliwość i zakres określa Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz udzielone Odpowiedzi na Zapytania Wykonawców w sposób wystarczający umożliwiają Wykonawcom złożenie ważnych i porównywalnych ofert z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

**Z poważaniem**

