

Katowice, dn. 06.09.2021

Znak sprawy: **TZ.252.1.48.2021**

l.dz. WPR/4218/09/2021/W

**Uczestnicy postępowania**  
nr **WPR/AZ/252/ZP/27/2021**

**Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia na: „Dostawa fabrycznie nowych, zabudowanych i wyposażonych 7 sztuk ambulansów typu „C” dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach”, znak postępowania: WPR/AZ/252/ZP/27/2021.**

I. Na podstawie art. 135 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) Zamawiający przekazuje treść zapytań skierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1 - Dotyczy Punkt XIII. Defibrylator**

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, cenionego europejskiego producenta o poniższych różniących się od OPZ parametrach:

- Ładowanie akumulatorów (3 sztuki) w urządzeniu – w zestawie uchwyt ścienny zgodny z PN EN 1789 z możliwością zasilania i ładowania defibrylatora bezpośrednio po wpięciu (12V)
- Czas pracy urządzenia na trzech akumulatorach - 10 godzin monitorowania lub 200 defibrylacji energią 200J
- Autotest urządzenia każdorazowo przy włączeniu defibrylatora, możliwość wykonania testu na zlecenie użytkownika z wydrukiem potwierdzającym
- Nakładki pediatryczne na łyżki twarde pozwalające na defibrylację niemowląt/dzieci do 5 kg
- Pamięć w postaci karty CF do zapisu wszystkich rejestrowanych danych i aktualizacji oprogramowania
- Odczyt 6 i 12 odprowadzeń EKG w zestawie odpowiednie kable
- Możliwość mocowania modułu pacjenta do noszy

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2 - Dotyczy Punkt XIII. Defibrylator**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z uchwytu mocującego do oparcia noszy, z uwagi na sposób użytkowania defibrylatora – w ambulansie defibrylator zawieszony jest na homologowanym uchwycie karetkowym, poza ambulansem przenoszony jest przez personel w rękę lub na ramieniu.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 3 - Dotyczy Punkt XIII. Defibrylator**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 2, prosimy o dopuszczenie rozwiązania w postaci mocowania modułu pacjenta do ramy noszy oraz osobno modułu defibrylatora do ramy noszy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie nr 4 - Dotyczy Punkt XIII. Defibrylator**

Dotyczy Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka minimum dwustanowiskowa. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego wymogu poprzez zaoferowanie urządzenia, które automatycznie rozpoczyna proces ładowania baterii po wpięciu w mocowanie karetkowe bez konieczności umieszczenia baterii w dedykowanej ładowarce do akumulatorów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



**Pytanie nr 5- Dotyczy Punkt XIII. Defibrylator**

W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający oczekuje żeby ładowarka posiadała certyfikat wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą informujący o zgodności z aktualną normą PN EN 1789?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 6 - Dotyczy Defibrylacja przez łyżki twarde dla dorosłych i dla dzieci-zintegrowane – w zestawie.**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający poprzez pojęcie dziecko rozumie osobę, która ukończyła 30 dzień życia, a tym samym przekroczyło masę 5 kg?

**Odpowiedź:**

Dla Zamawiającego, dziecko to pacjent, zgodnie z interpretacją wytycznych ERC.

**Pytanie nr 7 - Dotyczy Punkt XIV. Nosze podbierakowe:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści nosze podbierakowe europejskiego producenta, wykonane w całości z aluminium, bez możliwości wykonania diagnostyki obrazowej RTG, o wadze 10 kg spełniające pozostałe wymagania OPZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 8 - Dotyczy Pozycja XXI. Mata pediatryczna:**

W związku ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści matę pediatryczną przeznaczoną wykonaną z łatwozmywalnego, wytrzymałego materiału, mata przeznaczona do zabezpieczenia niemowląt i dzieci od 70 cm (wiek ok. 6 miesięcy) do 130 cm (wiek do ok. 7 lat), wyposażona w 4 pasy na służące do mocowania do noszy, 5-punktowy zamek łączy 2 wyściełane paski naramienne, 2 paski boczne i 1 paski na nogi, wszystkie paski regulowane z klamrami, zgodny z DIN 13071, wymiary w opakowaniu długość 48 cm, 26 cm szerokość, wysokość ok 9 cm, wymiary po rozłożeniu długość 95 cm, szerokość 45 cm, waga w opakowaniu ok 1,9 kg, w załączeniu zdjęcie proponowanego produktu?



**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 9 - Dotyczy Punkt XXII Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego o możliwość zaoferowania urządzenia wykorzystującego wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem w technologii mechanicznego tłoka umożliwiającego pełną, fizjologiczną relaksację klatki piersiowej (w OPZ w pozycji 3 opisane są tylko elementy jednorazowe, natomiast w pozycji 13 Zamawiający dopuszcza elementy wielorazowe)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza jednorazowe oraz wielorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

**Pytanie nr 10 - Dotyczy Punkt XXII Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy pod pojęciem:



„Bezprzewodowa transmisja danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera” rozumie transmisję bez użycia kabla/przewodu pomiędzy urządzeniem do kompresji klatki piersiowej a innym urządzeniem do którego ma odbyć się transmisja danych np. komputerem, laptopem, bez określania sposobu bezprzewodowej transmisji danych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określa sposobu transmisji bezprzewodowej.

**Pytanie nr 11 - Dotyczy Punkt XXII Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej:**

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o rezygnację z homologowanego uchwytu karetkowego. Urządzenie nieużywane, umieszczone w tobie/plecaku w trakcie jazdy, najczęściej mocowane jest na ścianie ambulansu za pomocą pasów w odpowiednim miejscu, natomiast jeśli pacjent do ambulansu zostanie przetransportowany z założonym urządzeniem, to znajduje się ono na pacjencie montowane w odpowiedni sposób w zależności od producenta i modelu urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z homologowanego uchwytu i modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ

**Pytanie nr 12 - Dotyczy wyposażenie medyczne w ambulansie nosze transportowe, urządzenie do kompresji klatki piersiowej i defibrylator**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy urządzenia zastępczego w ciągu 48 godzin od zgłoszenia Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 13 - Dotyczy wyposażenie medyczne w ambulansie :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie serwisowe do 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku dni wolnych od pracy do 48 godzin ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 14 - Dotyczy wyposażenie medyczne w ambulansie :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 10 dni kalendarzowych ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 15**

Prosimy o dokonanie modyfikacji opisu sposobu oceny warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w rozdziale II pkt 7 ppkt 4 SWZ, poprzez nadanie mu następującej treści: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia przedmiotowy warunek, w sytuacji wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał dostawy, których należyte wykonanie zostało potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego były wykonane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia tj.: minimum jedną dostawę polegającą na dostawie ambulansów na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 zł brutto lub co najmniej dwie dostawy, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto każda. Pragniemy podkreślić, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie ustawy p.z.p. Zamawiający często decydują się na podzielenie zamówienia na części, uruchamiają wówczas kilka odrębnych postępowań na dostawę ambulansu, bądź też w ramach jednego postępowania udzielają zamówienia w kilku pakietach z osobna. Przy takiej konstrukcji postępowania dochodzi do podpisania kilku umów na osobne pakiety i wystawienia referencji bądź też podpisania protokołu odbioru dla każdego pakietu z osobna na wartość brutto obejmującą dany pakiet. Biorąc pod uwagę powyższe postawiony przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu polegający na wykazaniu co najmniej jednej dostawy o wartości aż 2.000.000,00 zł, w sposób znaczący zmniejsza krąg podmiotów mogących wziąć udział w postępowaniu i stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.



Ponadto obecna treść warunku w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencję, gdyż Zamawiający stawiając warunek udziału w postępowaniu polegający na wykazaniu należytego wykonania dostawy ambulansów ograniczył rodzaj ambulansów będących przedmiotem zrealizowanej dostawy wyłącznie do typu „C”, co oznacza, że wymaga od Wykonawców doświadczenia tożsamego z przedmiotem zamówienia. Podkreślamy, że na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy p.z.p. zamawiający ma obowiązek określać warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Już pobieżna analiza art. 112 ust. 1 ustawy p.z.p. pozwala wywnioskować, iż ustawodawca dał zamawiającym wskazówkę jak należy interpretować zasadę proporcjonalności, nakazując, by warunki udziału w postępowaniu zostały wyrażone jako minimalne poziomy zdolności. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 24 stycznia 2018 r. (KIO 82/2018) podkreśliła, że przepisy ustawy nie wymagają, aby wykonawca legitymował się dokładnie takimi samymi zrealizowanymi zamówieniami, jak przedmiot zamówienia, o które się ubiega. Zasada proporcjonalności oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia. Nie powinny też w żadnym stopniu ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania. Na konieczność przestrzegania zasady proporcjonalności zwraca również uwagę Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Przykładowo, w wyroku z 23 grudnia 2009 r. w sprawie Serrantoni Srl i Consorzio stabile edili Srl przeciwko Comune di Milano (C-376/08), Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że przy określaniu jacy wykonawcy nie mogą wziąć udziału w postępowaniu, niezbędne jest zachowanie zasady proporcjonalności, a więc ograniczania konkurencji gwarantowanej w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w stopniu jak najmniejszym i jedynie niezbędnym dla osiągnięcia celów". Opis warunków udziału w postępowaniu musi być więc ukierunkowany na dopuszczenie do postępowania wszystkich wykonawców, którzy dają rękojmię należytego wykonania przyszłej umowy i wyeliminowanie tych, których sytuacja podmiotowa takiej rękojmi nie daje (tak m.in. wyrok KIO z 13 maja 2016 r. KIO 650/16). Adekwatność, konieczność i wystarczalność to wyznaczniki zasady proporcjonalności, które muszą być brane pod uwagę przy kształtowaniu warunków udziału w postępowaniu (zob. uchwała KIO 24 kwietnia 2018 r., K KIO/KU 15/18). Przez proporcjonalność warunku udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia należy rozumieć zachowanie właściwej proporcji i brak nadmierności, co wyraźnie podkreśliła KIO w wyroku z 12 maja 2017 r. (KIO 843/17), a także w wyroku z dnia 12 stycznia 2018 r. (KIO 2737/17). W kontekście przytoczonego orzecznictwa i poglądów doktryny należy uznać, iż dla oceny zdolności wykonawcy do należytej realizacji zamówienia w pełni wystarczające jest wykazanie się prawidłową realizacją także co najmniej dwóch dostaw ambulansów, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto każda. W związku z powyższym prosimy o dokonanie stosownej modyfikacji zapisów SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu. Postawiony warunek jest proporcjonalny, w szczególności mają na względzie przedmiot zamówienia, którym jest wysoce wyspecjalizowany pojazd z wyposażeniem. Ponadto ustalony próg wartości ma dawać rękojmię prawidłowego wykonania dostawy w jednym okresie więcej niż jednego pojazdu. Z tego względu nie jest do przyjęcia argumentacja dotycząca podziału innych zamówień na części, gdyż w takim wypadku warunki, a przede wszystkim terminy dostaw mogą się różnić.

#### **Pytanie nr 16**

Proszę o usunięcie rozbieżności między treścią rozdziału II pkt 5.1. i 5.2. SWZ, a treścią rozdziału III pkt 7 ppkt 6.3. i 6.4 SWZ, § 2 ust. 4 pkt 3 i 4 projektu umowy oraz pkt XXIV ppkt 3 i 4 Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ poprzez zrezygnowanie z konieczności przedkładania na etapie składania ofert świadectwa homologacji dla pojazdu kompletnego i skompletowanego, wydanego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części dla oferowanego przedmiotu zamówienia lub dokumentu równoważnego, a także certyfikatu zgodności z aktualną normą PN EN 1789 + A2:2015 - 01 w zakresie ambulansu typu C wystawionego przez jednostkę notyfikowaną dla oferowanej marki i modelu ambulansu. W rozdziale III pkt 7 ppkt 6.3. i 6.4. SWZ, § 2 ust. 4 pkt 3 i 4 projektu umowy oraz pkt XXIV



ppkt 3 i 4 Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ Zamawiający wskazał, że dokumenty te mają zostać dostarczone Zamawiającemu dopiero wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Ponadto należy wskazać, że nie wszyscy Wykonawcy na etapie składania ofert będą dysponować skompletowanym ambulansem, zatem wymóg dołączenia do oferty świadectwa homologacji dla skompletowanego ambulansu znacznie ogranicza konkurencję. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, prosimy także o dokonanie odpowiedniej zmiany w sekcji II.2.4. ogłoszenia o zamówieniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje propozycję umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) i OPZ (Załącznik nr 2 do SWZ)- w załączeniu.

**Pytanie nr 17**

Proszę o zmianę §1 ust. 4 projektu umowy poprzez wykreślenie z niego zdania trzeciego. Zgodnie ze zdaniem pierwszym §1 ust. 4 Wykonawca składa oświadczenie, iż przez cały okres obowiązywania umowy będzie obowiązany posiadać ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł. Nakładanie na Wykonawcę dodatkowego obowiązku w postaci dostarczenia kopii umowy ubezpieczenia nie znajduje w takim przypadku uzasadnienia, tym bardziej że Zamawiający nie wymaga dostarczenia mu obowiązującej kopii umowy ubezpieczenia na etapie podpisywania umowy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Przy podpisaniu wiążące jest oświadczenie wykonawcy w zakresie polisy, natomiast w przypadku jej wygaśnięcia konieczna będzie aktualizacja i potwierdzenie spełnienia obowiązku poprzez przekazanie kopii.

**Pytanie nr 18**

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze, prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust.2 wzoru umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Za dzień zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez Wykonawcę na fakturze VAT”.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 19**

W związku z treścią §6 ust. 2 projektu umowy, proszę o potwierdzenie, że okres rękojmi wynosi 2 lata zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie potwierdza.

Termin rękojmi jest o 3 miesiące dłuższy od terminu gwarancji, jednak nie krótszy niż 2 lata. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć.

**Pytanie nr 20**

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę §6 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie odbioru i trwa 2 lata zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego”.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – patrz odpowiedź na pyt. nr 5.

**Pytanie nr 21**

Prosimy o wykreślenie §6 ust. 3 projektu umowy. Zgodnie z art. 568 kodeksu cywilnego sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada rzeczy zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Przepisy kodeksu cywilnego nie przewidują przedłużenia okresu rękojmi o czas usuwania wady. Pozostawienie §6 ust. 3 projektu umowy w obecnym brzmieniu przyczyni się do



wzrostu ceny oferty.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – patrz odpowiedź na pyt. nr 5.

**Pytanie nr 22**

Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §6 ust. 5 wzoru umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady, powstałej z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może żądać ich bezpłatnego usunięcia w terminie określonym w §7 ust. 4 niniejszej umowy.” W pierwszej kolejności, należy zaznaczyć, że Wykonawca nie jest zobowiązany do usuwania wszystkich wad jakie mogą wystąpić w przedmiocie umowy (np. powstałych z winy leżącej po stronie Zamawiającego), a tylko takich, które powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. Z tego samego powodu należy wykreślić zdanie: „Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady”. W określonych sytuacjach może się okazać, że wada wynika z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi (np. w wyniku działania Zamawiającego lub osoby trzeciej). W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony do odmowy usunięcia wady.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – patrz odpowiedź na pyt. nr 5. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w § 6 wzoru umowy zawarto postanowienia dotyczące rękojmi za wady, co z definicji polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a nie uszkodzeniach wynikających np. z działania Zamawiającego.

**Pytanie nr 23**

Prosimy o ujednoczenie postanowień projektu umowy w zakresie zgłaszania przez Zamawiającego wystąpienia wad w przedmiocie zamówienia poprzez rezygnację z pisemnej oraz telefonicznej formy. Pozostawienie trzech sposobów komunikowania Wykonawcy o potrzebie usunięcia wady w przedmiocie umowy może doprowadzić do wątpliwości w zakresie liczenia terminu naprawy. Aby wyeliminować ewentualne spory pomiędzy stronami dotyczące tego od jakiej chwili (wpływu zawiadomienia e-mailem/pisemnie/telefonicznej informacji) liczyć termin reakcji i przystąpienia do usunięcia wady, proponujemy zmienić §6 ust. 4 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie e-mailem (adres: .....), niezwłocznie najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty jej wykrycia, z zastrzeżeniem, że czas reakcji serwisu i przystąpienia do usuwania awarii liczony będzie w dni robocze od momentu doręczenia zawiadomienia e-mail ze strony Zamawiającego Wykonawcy, dokonanego w formie e-mail na adres \_\_\_\_\_,

z tym zastrzeżeniem, że e-mail, w przypadku wysłania go między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym uznany jest za doręczony w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania go po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznany jest za doręczony w następnym dniu roboczym.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Postanowienia są jednolite i powiadomienie drogą elektroniczną lub pisemną potwierdza dokonanie zgłoszenia telefonicznego.

**Pytanie nr 24**

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o zastąpienie w §7 ust. 5 pkt 1-3 projektu umowy wyrazów „od pisemnego zawiadomienia” wyrazami: „od e-mailowego zawiadomienia”, a także o zastąpienie w §8 ust. 3 wyrazów: „po pisemnym”, wyrazami: „po mailowym”.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – patrz odpowiedź na pyt. nr 9.





### **Pytanie nr 25**

W związku z treścią §2 ust. 4 projektu umowy oraz pkt XXIV ppkt 7 Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, zgodnie z którymi na fakturach mają zostać wyszczególnione kwoty za sprzęt medyczny, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może ująć na fakturze zbiorczo sprzęt medyczny wg różnych stawek. W takiej sytuacji na fakturze znajdowałyby się wyłącznie pozycja „sprzęt medyczny” dla stawki 8% i 23%, a wyszczególnienie kwot za sprzęt znalazłoby się w załączniku do faktury.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby każdy sprzęt medyczny był odrębnie wyszczegółony na fakturze zakupu.

### **Pytanie nr 26**

Proszę o zmianę §7 ust. 5 pkt 2 projektu umowy poprzez wydłużenie reakcji serwisu na sprzęt wchodzący w skład wyposażenia przedziału medycznego z 24 do 48 godzin oraz o wydłużenie okresu, po upływie którego Wykonawca będzie obowiązany dostarczyć sprzęt zastępczy z 53 godzin do 72 godzin, a także o potwierdzenie, że okresy te będą liczone w dniach roboczych. W razie odpowiedzi pozytywnej na niniejsze pytanie, proszę o odpowiednią zmianę załącznika nr 2 do SWZ (Specyfikacja Techniczna), w każdym punkcie, w którym Zamawiający podaje wymagany czas reakcji serwisu.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie nr 27**

Proszę o ujednoczenie zapisów Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 2 do SWZ) oraz projektu umowy w zakresie czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe. W pkt XIII, a także w pkt XXII ppkt 20 załącznika nr 2 do SWZ Zamawiający wskazał, że czas reakcji wynosi maksymalnie 5 godzin, a w przypadku dni wolnych od pracy 48 godzin, natomiast we wzorze umowy w §7 ust. 5 Zamawiający określił czas reakcji na 24 godziny. W związku z powyższym prosimy o ujednoczenie powyższych zapisów poprzez wpisanie w pkt XIII oraz w XXII ppkt 20 załącznika nr 2 do SWZ, iż czas reakcji wynosi 48 godzin w dni robocze.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji technicznej (OPZ) – w załączeniu.

### **Pytanie nr 28**

Proszę o ujednoczenie Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 2 do SWZ) w zakresie zapisów dotyczących dostarczenia sprzętu zastępczego. W pkt XIII, a także w pkt XXII pkt 21 Specyfikacji Technicznej wskazano, że sprzęt zastępczy powinien zostać dostarczony w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego. Z kolei w pkt IX. 5 oraz XII.2 i 3(dot. transportera i noszy) załącznika nr 2 do SWZ wskazano, że sprzęt zastępczy należy dostarczyć w przypadku wystąpienia awarii, nie określając w jakim terminie powinno to nastąpić, co sugeruje, że Wykonawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego każdorazowo, gdy taka awaria wystąpi, co stoi w sprzeczności z postanowieniami projektu umowy §7 ust. 5 pkt 2, zgodnie z którym Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt zastępczy w ciągu 53 godzin od zgłoszenia, jeśli czas usunięcia awarii przekroczy 48 godzin.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji (specyfikacji technicznej (OPZ) – w załączeniu.

### **Pytanie nr 29**

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy postanowienia wskazującego, że dostarczenie sprzętu zastępczego wyłącza możliwość naliczenia kary umownej, o której mowa w §8 ust.3.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie postanowienie o nienaliczaniu kary przy dostawie sprzętu zastępczego, ponieważ zagwarantowanie sprzętu zastępczego nie zwalnia wykonawcy z obowiązku dokonania naprawy w terminie.

### **Pytanie nr 30**



Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przez wymóg zapewnienia przez Wykonawcę serwisu pogwarancyjnego, Zamawiający rozumie wskazanie (określenie) przez Wykonawcę punktu serwisowego, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał modyfikacji OPZ w pkt XXIII ppk 2 – w załączeniu.

**Pytanie nr 31**

Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmianę:

- 1) §8 ust. 2 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w dostawie z 0,1% do 0,05%, a także o to, aby kary umowne za zwłokę w dostawie były liczone od wartości ambulansu, którego dotyczy zwłoka, a nie od całego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
- 2) §8 ust. 2 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej za odstąpienie od umowy z 15% do 10%,
- 3) §8 ust. 3 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 300 do 150 zł.
- 4) §8 ust. 4 pkt 3 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 1000 zł do 500 zł, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 3, prosimy o wykreślenie §8 ust. 4 pkt 3;
- 5) §8 ust. 4 pkt 4 projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 1000 zł do 500 zł.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 32**

Prosimy o zmianę §8 ust. 4 pkt 1 projektu umowy w taki sposób, aby kara umowna za zwłokę w rozpoczęciu naprawy była liczona za każde 24 godziny zwłoki, a nie jak wynika z obecnego brzmienia projektu umowy za każde rozpoczęte 12 godzin zwłoki.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 33**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §8 ust. 5 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz

z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty nie krótszym niż 14 dni od daty jej otrzymania”. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

**Pytanie nr 34**

Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o zmianę §13 ust. 3 projektu umowy poprzez poszerzenie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający zgodnie z poniższym:

- a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- b) zmiany sposobu/terminów płatności;
- c) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- d) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.



### Pytanie nr 35

W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do intencji Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy nowego postanowienia o następującym brzmieniu:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej Dostawcy przez Odbiorcę z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana, zatem w tym przypadku dodatkowe postanowienia umowne nie są konieczne.

### Pytanie nr 36

W związku z nieustającą pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie sprzeciwia się podpisaniu umowy przez wykonawcę za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Forma i tryb zostanie ustalona przy podpisywaniu umowy.

### Pytanie nr 37

W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej prosimy o potwierdzenie, że umowa zawarta z Wykonawcą a także ewentualne zmiany do umowy zostaną podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność procesów związanych z przetargiem.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie dostępne kwalifikowane podpisy elektroniczne, bez ograniczenia do formatu PAdES.

### Pytanie nr 38

W razie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej, prosimy o informację dotyczącą schematu, zgodnie z którym będzie podpisywana taka umowa. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie prześle umowę





do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający będzie podpisywał umowę w drugiej kolejności, prosimy o informację czy Zamawiający zobowiąże się do podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Forma i tryb zostanie ustalona przy podpisywaniu umowy. Zgodnie z §16 ust. 1 wzoru umowy za datę zawarcia umowy uważa się dzień podpisania umowy przez Zamawiającego.

**Pytanie nr 39**

W razie wyrażenia zgody na podpisanie umowy w formie elektronicznej prosimy o wykreślenie §13 ust. 4 oraz §16 projektu umowy i wprowadzenie do umowy w jego miejsce wskazanych poniżej paragrafów:

§ \_\_\_\_ Zawiadomienia 1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia

składane przez Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:

- 1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo
- 2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Strona: Adres e-mail:

Wykonawca  
Zamawiający

2. W celu uniknięcia wątpliwości:

1) wiadomość wysłaną za pośrednictwem listu poleconego, uważa się za doręczoną w momencie doręczenia lub jeśli strona nie podejmie przesyłki z punktu kurierskiego lub urzędu pocztowego, przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizowania. Jeżeli strona odmówi przyjęcia takiej przesyłki i zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą, uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania.

W przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3 dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiegokolwiek zawiadomienie wysłane przez Stronę na adres lub adres e-mail, co do którego Strona nie poinformowała o zmianie, uznane jest za prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ \_\_\_\_

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:

1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W razie wyboru formy elektronicznej:

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 781 k.c. oraz przesyłane za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:

Zamawiający

: \_\_\_\_\_,

Wykonawca: \_\_\_\_\_;

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila, uważa się za doręczoną z chwilą przesłania,



w przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c., a oświadczenie woli drugiej Strony w formie pisemnej, Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszej Umowy wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego albo kuriera.

5. W przypadku gdy Umowa będzie zawarta w formie elektronicznej, sporządzona zostanie w jednym egzemplarzu. W przypadku gdy Umowa będzie zawierana w formie pisemnej sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku.

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej, Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia podpisanego jednostronnie egzemplarza Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie pisemnej, datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Zgodnie z art. 78<sup>1</sup>. § 2 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

#### **Pytanie nr 40**

Z uwagi na zagrożenie związane z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, prosimy Zamawiającego o dodanie do projektu umowy następujących postanowień umownych regulujących stosunki między stronami na wypadek wystąpienia siły wyższej:

§ \_\_\_\_

Siła wyższa

1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:

- epidemie, pandemie i inne wyjątkowe stany zagrożenia zdrowia wielu osób, w tym stany zagrożenia epidemicznego;
- wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga;
- terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;
- promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników;
- kłęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.

2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej.

3. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana bądź jej realizowanie jest w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem.

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy



wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym mailowo.  
5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści umowy, w tym wydłużyć terminy jej wykonania, zmienić zakres świadczenia Wykonawcy lub sposób wykonania umowy.

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiegokolwiek formy niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności kar z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę.

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3

i w konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej części, a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części świadczenia, którą zatrzymał Zamawiający.

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z niniejszego paragrafu na etapie realizacji Umowy.

W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z możliwości przesunięcia terminu realizacji niniejszej Umowy w razie, gdy negatywne konsekwencje wystąpienia pandemii SARS-CoV-2 będą uniemożliwiały lub znacznie utrudniały realizację Umowy w pierwotnie zakładanym terminie”.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**Pytanie nr 41**

Prosimy i zmianę sekcji II.2.14 ogłoszenia o zamówieniu poprzez wykreślenie z niej omyłkowo wklejonego zdania o treści: „Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w maksymalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r. od dnia podpisania umowy”. Zgodnie z rozdziałem II pkt 6 SWZ zamówienie powinno zostać zrealizowane do dnia 13 grudnia 2021 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonał poprawy ogłoszenia o zamówieniu – w załączeniu sprostowanie ogłoszenia.

**Pytanie nr 42**

Proszę o potwierdzenie, że w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w tabeli nr 1 w wierszu nr 1 „Pojazd bazowy” w kolumnach 5,7,8 należy podać cenę pojazdu bazowego, a w kolumnie nr 6 należy podać kwotę podatku VAT od wartości pojazdu bazowego, natomiast w wierszu przedział medyczny należy podać cenę zabudowy medycznej. Treść formularza ofertowego budzi wątpliwości, ponieważ w wierszu nr 1 w kolumnie nr 2 Zamawiający używa pojęcia „pojazd bazowy”, a w kolumnach 3 i 4 posługuje się pojęciem ambulansu, na który składa się pojazd bazowy i zabudowa medyczna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza. Jednocześnie dla przejrzystości modyfikuje załącznik nr 1 do SWZ formularz oferty – w załączeniu.

**Pytanie nr 43**

Proszę o potwierdzenie, że w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w tabeli nr 1 w wierszu nr 1 „Pojazd bazowy” w kolumnie nr 4 – „Ilość – (podać oddzielnie każdy ambulans)”, Wykonawca ma wpisać następującą wartość dla każdego z siedmiu oferowanych ambulansów – „1 sztuka”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 44**

Proszę o usunięcie omyłki zawartej w rozdziale III pkt. 4 ppkt. 2 SWZ i wskazanie prawidłowego mnożnika we wzorze określającym najkorzystniejszą cenę. Wynik otrzymany w wyniku działania  $C=$



cena najniższej oferty/cena badanej oferty powinna zostać przemnożona przez 60 pkt., nie 100 pkt. jak wskazał Zamawiający. W przypadku zastosowania obecnie określonego działania, oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt. w kryterium cena.

**Odpowiedź:**

W kryterium „cena” Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 60,00, zgodnie z zapisami SWZ rozdział III pkt 4 ppkt 2 (zapis pod tabelką). Cena zostanie przeliczona według wzoru opisanego w tabeli i pomnożona przez wagę kryterium tj. 60%.

**Pytanie nr 45**

W razie udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania, proszę o zmianę pkt 5 załącznika nr 1 do SWZ poprzez nadanie mu następującej treści: „Dostawę zrealizujemy w terminie ..... od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. (Wykonawca deklaruje termin realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale III pkt. 4 SWZ dotyczącymi kryteriów oceny ofert) – (Kryterium nr 2)”.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami rozdziału II pkt 6. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w maksymalnym terminie do dnia 13.12.2021 r. od dnia podpisania umowy.

**Pytanie nr 46**

Proszę o zmianę pkt 7 Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ poprzez dodanie do niego następującego zapisu: „≤ duże przedsiębiorstwo”. Obecna treść pkt 7 Formularza Ofertowego uniemożliwia prawidłowe jego wypełnienie, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego dużym przedsiębiorcą.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Duży przedsiębiorca nie zaznacza żadnej z opcji w pkt 7, co nie stanowi o błędnym wypełnieniu formularza.

**Pytanie nr 47**

Prosimy o zrezygnowanie z konieczności podawania w Formularzu Ofertowym nr strony każdego załącznika składającego się na ofertę, gdyż w przypadku oferty posiadającej formę elektroniczną nie jest to możliwe. Niektóre pliki, tak jak np. dokumenty przedmiotowe czy pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, będą zapisane w pliku pdf, którego nie można modyfikować, a tym samym nie można na niego nanieść nr strony.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 48**

Proszę o zmianę załącznika nr 2 do SWZ Specyfikacja Techniczna w punkcie XII.1. poprzez wykreślenie zapisu, iż deklaracja zgodności na podstawie pod nosze główne należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, ponieważ zgodnie z §2 ust. 4 pkt 5 wzoru umowy dokument ten ma zostać przekazany Zamawiającemu dopiero z chwilą dostarczenia przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 49**

Proszę o potwierdzenie, że koszt przeglądów okresowych pojazdu bazowego, zabudowy medycznej, a także sprzętu medycznego będzie ponosił Zamawiający, a nie Wykonawca. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego przyczyni się do obniżenia ceny oferty. W razie odpowiedzi pozytywnej, proszę o dokonanie odpowiedniej zmiany w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 50

Proszę o zmianę części XXIII, pkt 4 Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, w taki sposób, aby Zamawiający dopuścił, by serwis zabudowy medycznej był wykonywany w siedzibie producenta zabudowy medycznej.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 51

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp w których strzykawka jest montowana od frontu?

Uzasadnienie Takie rozwiązanie jest szczególnie istotne w przypadku karetki dużo bardziej wygodne oraz umożliwia lepszą widoczność strzykawki i jej zawartości.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

#### Pytanie nr 52

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z 12 poziomów okluzji w zakresie 75-900 mmHg?

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 53

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z bibliotek etykiet bądź leków o pojemności do 5000 leków programowana za pomocą zewnętrznego oprogramowania .

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 54 Defibrylator

Czy Zamawiający wymaga uchwytu pompy zgodnego z zharmonizowaną normą PN EN 1789?

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie 55 Transporter

Kierując się zasadą zachowania maksymalnego bezpieczeństwem w trakcie transportu pacjenta i dbając o najwyższe standardy bezpieczeństwa personelu medycznego obsługującego pacjenta w trakcie transportu na noszach prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna jako parametr wartościowy , punktowany lecz **nie wymagany obligatoryjnie** poniższy opis transportera :

**- transporter pod nosze główne wyposażony w system automatycznego (tzn. bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności typu zwalniania dźwigni czy wciskania przycisków) niezależnego składania się podwozia w trakcie załadunku do karetki , z blokadą zabezpieczającą przed złożeniem się podwozia i opadnięciem noszy w dół w sytuacji gdy kółka najazdowe nie stoją na lawecie a zwolnione zostały mechanizmy składania podwozia ?**

Uzasadnienie :

Dzięki zastosowaniu połączenia przednich ruchomych kółek najazdowych w połączeniu z automatycznym mechanizmem składania podwozia uzyskano najlepszy na świecie efekt załadunku noszy mechanicznych pozwalający na wjazd noszy wyłącznie poprzez ich wpychanie do karetki bez konieczności ich dźwigania , podnoszenia czy konieczności wciskania elementów składających podwozie. Zastosowany system automatycznego składania podwozia w transporterze i zainstalowane dodatkowe blokady bezpieczeństwa powoduje iż załadunek i rozładunek noszy odbywa się w sposób płynny bez niekontrolowanego opadania transportera na lawetę co w przypadku transportu pacjenta wielourazowego czy też pacjenta np z urazem kręgosłupa ma olbrzymie znaczenie terapeutyczne.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.



### **Pytanie 56 Podstawa pod nosze główne**

Analogicznie jak w przypadku zestawu do transportu pacjenta kierując się wyłącznie zasadą zachowania maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie transportu zarówno pacjenta jak i personelu medycznego prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna jako parametr wartościowy , **punktowany lecz nie wymagany obligatoryjnie** poniższy opis funkcjonalności podstawy pod nosze główne ( lawety ):

- podstawa pod nosze główne zamocowana w przedziale medycznym z przesuwem bocznym, **z automatycznym systemem załadunku i wyładunku noszy umożliwiającym wprowadzenie noszy do karetki bez konieczności ich dotykania przez personel medyczny**

co oznacza iż każdy Oferent może zaoferować lawetę zgodną z opisem pierwotnym podanym w siwz i nie otrzyma za to żadnych punktów lub lawetę zgodną z parametrem punktowanym ?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 57 Defibrylator**

W związku z tym, że zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy pacjentom w pełnym zakresie wiekowym prosimy o doprecyzowanie naszych wątpliwości w zakresie pomiaru parametrów życiowych i odpowiedź na pytanie. Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane urządzenie umożliwiała pracę i pomiar wszystkich wymaganych parametrów życiowych podanych w opisie przedmiotu zamówienia tj. SpO<sub>2</sub>, EtCO<sub>2</sub>, NIBP, respiracja, rytm serca we wszystkich grupach wiekowych od noworodków po osoby dorosłe

z zachowaniem określonych w SIWZ granicznych ram pomiarowych ?

#### **Odpowiedź:**

Przedstawiona praca i poziom graniczny parametrów życiowych dotyczy możliwości pracy urządzenia.

### **Pytanie 58 Defibrylator**

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego funkcji „*Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia...*” prosimy o wyjaśnienie, czy chodzi o pokazywanie bieżącego stanu sprawności urządzenia, czy pokazywanie jedynie wyniku ostatniego autotestu?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 59 Defibrylator**

Opisując parametr „Defibrylacja w trybie ręcznym i AED z możliwością wykonania defibrylacji elektrod jednorazowych(elektrody w wyposażeniu)” pytamy czy Zamawiający wymaga defibrylatora który wykonuje procedurę defibrylacji we wszystkich grupach wiekowych zgodnie z wytycznymi NFZ i Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2020 poz. 880)?

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 60 Defibrylator**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z bardzo dużym czytelnym kolorowym ekranem LCD o przekątnej aż 16,50 cm z trybem wyświetlania nocnym i dziennym ,z funkcją automatycznego wyświetlania w trybie tzw ”dużego widoku” mierzonych pomiarów i możliwością zmiany wyświetlania danych ?.

#### **Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

### **Pytanie 61 Defibrylator**

Zamawiający wymaga, aby defibrylator pozwalał na wykonanie procedury defibrylacji za pomocą łyżek lub elektrod. W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy automatyczna kompensacja impedancji pacjenta ma być dostępna w przypadku wykonywania procedury defibrylacji z wykorzystaniem obydwu wyżej wymienionych akcesoriów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga automatycznej kompensacji impedancji pacjenta za pomocą elektrod.

**Pytanie 62 Materac próżniowy**

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności materac próżniowy o funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego lecz o wymiarach min 210x100cm. Wyposażony w 8 rączek (po 4 szt. z każdej dłuższej strony materaca) do transportu umieszczonych na dolnych krawędziach bocznych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 63 Ssak elektryczny**

10.1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ssak akumulatorowo sieciowy przeznaczony do pracy w ambulansie zgodny w pełnym zakresie z aktualną normą PN-EN 1789 .

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

10.2 Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w słoje o poj 1 litra gdzie całe urządzenie wraz ze słojem jest zabezpieczone przed uszkodzeniem poprzez torbę ochronną ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 64 Respirator**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności respirator renomowanego europejskiego producenta powszechnie używanego przez służby ratownicze w całej Polsce o poniższych parametrach:

Parametry techniczne		Uzasadnienie
1	Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu o ciśnieniu w zakresie 280-600 kPa	Zasilanie i sterowanie pracą wyłącznie z jednego źródła zasilania, zmniejsza dwukrotnie ryzyko rozładowania się lub wyczerpania źródła energii.
2	temperatura pracy w zakresie -10 oC do +50oC	Pozwala to na pracę w niemalże wszystkich warunkach zewnętrznych występujących w Polsce.
3	Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy IP54	Jeden z najlepszych wyników w tej klasie respiratorów transportowych
4	Waga modułu respiratora 2,4 kg	Wszystkie pokrętła regulacyjne są zagłębione w obudowie urządzenia tak, żeby przypadkowo nie doszło do ich zmiany nawet po przewróceniu się urządzenia na panel przedni. Regulacja odbywa się również z odpowiednim oporem.
5	Zabezpieczenie przez przypadkową zmianą ustawień respiratora	
Parametry kliniczne		
6	Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji 3 Tesla	Znacznie zwiększa funkcjonalność urządzenia, umożliwiając prowadzenie wentylacji zastępczej w razie potrzeby wykonania badania MRI
7	Tryb wentylacji IPPV/ CMV	Najczęściej wykorzystywany tryb wentylacji w trakcie transportu pacjentów



8	Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej	Funkcja ta automatycznie dopasowuje się do pacjenta, który odzyskuje własny wydolny oddech. Monitoruje jednocześnie cały czas pacjenta na wypadek utraty własnego oddechu i w razie potrzeby automatycznie podejmuje wentylację zastępczą.
9	Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV 425 ml (przy częstotliwości oddechowej 12 odd./min.)	Parametr ten zapewnia, że funkcja blokady cyklu oddechowego nastąpi po w pełni wydajnym oddechu pacjenta.
10	Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min.	Funkcja ta pozwala na bezpieczny transport pacjenta, ale również personelu medycznego przez środowisko ze skażonym lub zanieczyszczonym powietrzem. Również opcja ta jest przydatna do szybkiego natlenowania pacjentów z zachowanym własnym oddechem np. osób wyciągniętych z płonących mieszkań i domów.
11	Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH <sub>2</sub> O	Znacznie poprawia wartość wentylacji minutowej oraz zapobiega ryzyku zapadania się pęcherzyków płucnych
12	Tryb CPAP - zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu 0,5-35 l/min.	Tryb CPAP pozwala na podjęcie działań wspomagania wentylacji np. przez Ratowników Medycznych u pacjentów z zachowanym lecz niewydolnym oddechem (np. POChP lub astma
13	2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i 50%	Wentylacja 100% tlenem (natlenowanie) jest bardzo istotna w początkowej fazie resuscytacji. W późniejszej fazie wartość tlenu w mieszaninie oddechowej powinna zostać zmniejszona. Parametr ten ma znaczny wpływ na zużycie tlenu i co za tym idzie, koszty eksploatacji sprzętu
14	Obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta - w zestawie z urządzeniem 10 szt.	Jednorazowe układy pacjenta eliminują koszty związane ze sterylizacją oraz pozwalają na natychmiastowe podjęcie pracy przy następnym pacjencie.
Parametry regulowane		
15	Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowe	Daje możliwość lepszego dopasowania parametrów oddechowych indywidualnie do każdego pacjenta.
16	Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci:	Umożliwia wentylację pacjentów od ok 8,5 do ponad 210 kg masy ciała
17	częstość oddechowa 8-40 cykli/min	
18	objętość oddechowa 70-1500 ml	
19	zestaw Hyperinflation System z workiem oddechowym 0,5 l, podwójnym ramieniem obrotowym, manometrem i maską twarzową dla niemowląt	
20	Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH <sub>2</sub> O	Znacznie zmniejsza wysiłek pacjenta potrzebny do wyzwolenia oddechu na żądanie
21	Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie 20-60 cmH <sub>2</sub> O	Umożliwia bezpieczną wentylację również niskimi ciśnieniami oraz znacznie redukuje niebezpieczeństwo barotraumy



22	Fluorescencyjny manometr ciśnienia w układzie pacjenta	Umożliwia odczyt wartości ciśnienia w drogach oddechowych w nocy lub ciemnych pomieszczeniach bez zasilania elektrycznego
23	Zasilany bateryjnie moduł alarmowy, alarm optyczny i dźwiękowy	Daje ciągłą kontrolę nad aktualnym stanem pacjenta, oraz natychmiastową informuje o zmianie jego stanu
24	wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta	
25	niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego	
26	Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego	Umożliwia natychmiastową weryfikację stanu ciśnienia gazu zasilającego
akcesoria		
27	Przenośny zestaw tlenowy: torba transportowa z kieszeniami i uchwyty do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w rękę, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/noszy butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O <sub>2</sub> z głowicą DIN 3/4", pojemność 400 l O <sub>2</sub> przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm reduktor tlenowy z gniazdem AGA O <sub>2</sub> i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem	Torba transportowa znacznie redukuje wagę całego systemu w porównaniu z rozwiązaniami z ciężkimi uchwytami ściennymi, co znacznie wpływa na mobilność całego zestawu i wygodę pracy personelu medycznego.
Atesty i Certyfikaty		
28	Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych	Dokumenty wymagane, zgodnie z Polskim i Europejskim prawem

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 65 krzesło kardiologiczne**

Czy Zamawiający dopuści krzesło kardiologiczne z systemem płozowym znanego światowego producenta

o wadze 14,4 kg , z kółkami jezdnyimi tylnymi o średnicy 150mm , wysokość górnej ramy oparcia w rozłożonym krzeselku mierzona od podłogi min 1000 mm do 1580 mm regulowana w czterech poziomach? Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 66 Mata pediatryczna**

Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający wymaga zaoferowania maty pediatrycznej do transportu dzieci, prosimy o potwierdzenie. Czy Zamawiający oczekuje aby mata posiadała dokument potwierdzający kompatybilność z oferowanymi noszami co w pełni zapewni bezpieczny transport pacjentów pediatrycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie oczekuje, aby mata posiadała dokument j.w.

**Pytanie nr 67**

Czy zamawiający na zasadzie równoważności dopuści respirator transportowy Ambul AII6000B Plus o następujących parametrach:

Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w rękę i paskiem umożliwiającym zawieszenie na





ramieniu

Urządzenie wyposażone w torbę ochronną która zapobiega dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiającą swobodny dostęp do wszystkich funkcji.

Przednia część torby ochronnej wykonana z przezroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania.

Zestaw składa się z respiratora transportowego, butli 2l, reduktora, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA, kieszeń na akcesoria, maski, przewodu pacjenta.

Auto test przy każdym włączeniu urządzenia

Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od 5 kg.

Zastawka PEEP

Komunikacja bezprzewodowa WI-Fi

Możliwość pracy w temperaturze min -20°C ~60°

Możliwość zasilania respiratora transportowego AC 230V i DC 12V

Tryby wentylacji:

IPPV, A/C, A/C+Sigh, SIMV, SPONT, CPAP, Ręczny, PCV

Czas pracy z akumulatorem: 10 godzin

Waga 3,51 kg

Działanie:

- Zakres temperatur, 0 C do +40 C

-Wilgotność 15% ~ 95%

-Ciśnienie powietrza 70 kPa ~ 110 kPa

-Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz 5,7 cala TFT

-Rozdzielczość: 640 x 480 pikseli

-Zakres ciśnienia roboczego 2,7 do 6,0 barów-Wymagany dopływ gazu-Standardowe zasilanie gazem

-Ciśnienie zasilania Co najmniej 2,7 bar

-Wyświetlany przepływ Co najmniej 70 l/min tlenu (ATPD)Optymalne zaopatrzenie w gaz:

-----Ciśnienie zasilania Co najmniej 4,5 bar

-Wyświetlany przepływ Co najmniej 100 l/min tlenu (ATPD)-Niezalecane zasilanie gazem:

-Ciśnienie zasilania Mniej niż 2,7 bara

-Wyświetlany przepływ 80 l/min tlenu (ATPD)-Opór zaworu pacjenta

-Wdechowe <6 mbar, gdy przepływ wynosi 30, 60 l/min

-Wydechowy <6 mbar, gdy przepływ wynosi 30,60 l/min

-Awaryjne doprowadzenie powietrza <6 mbar, gdy przepływwynosi 15-30 l/min

-Przy ciśnieniu dopływu powietrza 4 bar

-Stosunek czasu oddechu Regulacja w zakresie od 9:1 do 1: 9

Alarmy:

-Alarm niskiego ciśnienia zasilania

-Alarm górnego limitu ciśnienia w obwodzie powietrza

- Alarm dolnej granicy ciśnienia w obwodzie powietrza

-Szybkość wentylacji (na minutę) - alarm przekroczenia limitu

-Opóźnienie czasu bez wdechu poza limitem

- Alarm niskiego napięcia akumulatora

W przypadku alarmu jednostka główna wyda wizualny i dźwiękowy alarm oraz wyświetli komunikat alarmowy na środku ekranu w postaci białego tekstu na czerwonym tle.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.



Załączniki:

1. Zmodyfikowany w dniu 06.09.2021 r. załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty.
2. Zmodyfikowany w dniu 06.09.2021 r. załącznik nr 2 do SWZ – specyfikacja techniczna (OPZ)
3. Zmodyfikowany w dniu 06.09.2021 r. załącznik nr 5 do SWZ – propozycja umowy.
4. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu – opublikowanego w dniu 06.09.2021 r.
5. a/a.

Zamawiający informuje, iż pismem z dnia 01.09.2021 r. numer WPR/TZ/252/ZP/4140/09/2021/W zmienił termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Sporządzili:  
Sylwia Garcorz  
Adam Lubas  
Dawid Lach



Akceptowała:  
Karina Przybyła



**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. **TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH**  
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

*Dariusz Krawczyk*