

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel. 0-81 / 747-75-11, fax 0-81 / 747-89-11
NIP 712-21-35-822, Regon 431219360

COZL/DZP/ED/3411/PN-6/20

Lublin, dnia 11.02.2020r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa różnego asortymentu medycznego.**

Działając w oparciu o zapisy art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie Nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 6 Wielokomorowych zestawów do drenażu opłucnej z dokładną regulacją siły ssania i z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2300 ml. Wyskalowana co 5 ml w zakresie 0 – 250 ml i co 10 ml do 2 300 ml. Automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem, samouszczelniający port igłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 35 cm. Uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezłateksowy zabezpieczony przed zagięciem z możliwością odłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 4 poz. nr 2 co umożliwiłoby złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 3

Czy zamawiający w Części 1 w pozycji 1 dopuści pończochy przeciwzakrzepowe elastyczne zawierające poliamid w proporcji $\geq 86\%$ (z czysto chemicznego punktu widzenia wełna również należy do grupy poliamidów) spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 4

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w

zabudowy typu "izoterma" posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie Nr 5

Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu) „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie Nr 6

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie Nr 7

W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu) „izoterma” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie Nr 8

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomógł przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie Nr 9

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie Nr 10

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 11

Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu "izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 12

Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu "izoterma", które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie Nr 13

Czy Zamawiający w Części nr 7 poz. 1 dopuści do zaoferowania igły iniekcyjne j.u. rozmiary: 0,45x16 mm, 0,5x25 mm; 0,6x30 mm; 0,7x40mm.; 0,8x40mm; 0,9x40 mm; 1,1x40 mm; 1,2x40mm op.= 100szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 14

Czy Zamawiający w Części nr 8 poz. 2 dopuści do zaoferowania ostrza chirurgiczne sterylne ze stali nierdzewnej: nr 10,11,12,13,15,18,20,21,22,23,24,25,36, nożyk do usuwania szwów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 15

Czy Zamawiający w Części nr 8 poz. 2 dopuści do zaoferowania ostrza chirurgiczne sterylne ze stali węglowej: nr 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, nożyk do usuwania szwów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 16

Dotyczy Części 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarze CH 27, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? Proponowany dren ma średnicę mniejszą od oczekiwanego o 0,33mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 17

Dotyczy Części 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy w rozmiarze CH 33, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce? Proponowany dren ma średnicę mniejszą od oczekiwanego o 0,33mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie Nr 18

Czy Zamawiający w części 6 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt znanego amerykańskiego producenta: Sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z dokładną regulacją siły ssania i z wydzieloną komorą zastawki wodnej z barwnikiem, komora na wydzielinę 2500 ml. Wyskalowany co 1ml do pojemności 100ml, co 2ml do pojemności 200ml, co 5ml do pojemności 2500ml. Automatyczna zastawka zabezpieczająca przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem, samouszczelniający port bezigłowy do pobierania próbek drenowanego płynu, budowa kompaktowa, stabilna podstawa, wysokość maksymalna 36 cm. Uchwyt umożliwiający przenoszenie lub powieszenie, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem z możliwością odłączenia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 19

Dotyczy wzoru umowy

Ad par. 3 ust. 4

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia:

(...) o ile zaległości płatnicze Zamawiającego nie przekroczą 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 20

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 21

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisu § 6 ust. 1 pkt. a-c:

1. Zamawiający może żądać kar umownych:

a) za opóźnienie w dostawie partii (części) towarów w wysokości 0,2 % wartości brutto danej dostawy (złożonego zamówienia) za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa do dnia dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy partii towarów

b) za opóźnienie w dostawie zareklamowanej partii (części) towarów w wysokości 0,2 % wartości brutto zareklamowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie wykonywanej w ramach reklamacji, tj. liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa zareklamowana do dnia dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zareklamowanej części dostawy

c) w przypadku 3 (trzy) krotnego opóźnienia w dostawach, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, nie wcześniej niż 3 dni po zaistnieniu przyczyny i nie później niż 90 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia, a Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 22

Dotyczy § 2 ust. 2 załącznika nr 2 do SIWZ (wzór umowy)

Czy w związku z powyższym przytoczonym zapisem umowy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 23

Dotyczy § 2 ust. 3 załącznika nr 2 do SIWZ (wzór umowy)

Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta.
2. Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.
3. Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

G. Dan

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 24

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt c) oraz § 7 ust. 2 załącznika nr 2 do SIWZ (wzór umowy)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej wymienionej w ww. zapisach do 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie Nr 25

Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ (wzór umowy)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie dokładnego adresu dostaw.

Odpowiedź:

Adres dostaw: Magazyn Medyczno – Gospodarczy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin.

Pytanie Nr 26

Dotyczy części nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę typu motylek 25G z drenem dł. 305 mm lub 178 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza igłę typu motylek 25G z drenem dł. 305 mm.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Cwiński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
mgr Magdalena Koziej

STARSZY SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli

mgr inż. Ewa Dorosz

Em Dorosz