



Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/48/22

Sucha Beskidzka, dnia 07.07.2022r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego " Modernizacja Oddziału Urologicznego oraz Pracowni Endoskopii Urologicznej związanej z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego ZOZ.V.010 /DZP/48/22

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchoj Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pytania do postępowania- zgodnie z treścią załącznika:

Pytanie nr 1 – dotyczy SWZ, załącznik nr 1a do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji, z rokiem produkcji min. 2021r. ? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na rok produkcji nie starszy niż 2021 dla łóżek szpitalnych, pozostały sprzęt zgodnie z swz.

Pytanie nr 2 – dotyczy załącznika nr 1a do SWZ – Gwarancja i serwis – pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

4. Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach roboczych

- Do 5 dni roboczych

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

oraz ujednolicenie zapisu z dni kalendarzowych w kolumnie parametry do dni roboczych – jak w kolumnie wartość wymagana (pkt. 4 oraz 5)

Odp. Zamawiający ujednolica zapis na dni robocze. W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1a)

Pytanie nr 3 – dotyczy załącznika nr 1a do SWZ – Gwarancja i serwis – pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

7.Minimalna liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 3-krotną naprawę gwarancyjną, w przypadku 4 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem

Starszy Inspektor
ds zamówień publicznych
mgr Agnieszka Ożalowa-Hajdyla

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchoj Beskidzkiej
lek. Marek Haber