



Z A M A W I A J Ą C Y:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Opolu**

ul. Katowicka 66A
45-061 Opole
NIP 754-25-57-814
REGON 531420768

tel. 077/441 63 01
fax. 077/441 60 03
sekretariat@onkologia.opole.pl
www.onkologia.opole.pl

Opole, 07.06.2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – **z możliwością negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia**, zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy PZP którego przedmiotem jest: „**Dostawa materiałów szewnych dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy**” nr postępowania: **FAZ.2800.39.2022-TP**.

Działając w oparciu o art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2021 poz. 1129) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie I

Zadanie 1, poz. 5, 6

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego zadania?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie 2, poz. 12-17

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie 6, poz. 20-22

Czy Zamawiający dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego, syntetyczne, jednowłóknowe, wchłaniające, z polidioksanonu, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie 9

Czy Zamawiający dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie 10

Czy Zamawiający dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego, syntetyczne, jednowłóknowe, wchłaniające, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 70%, po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%, po 28 dniach 5% i okresie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Zadanie 10, poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrótnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie II

1. Czy Zamawiający w pakiecie 6 lp.20 dopuści -wymaga igłę okrągłą ½ koła 26 mm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga igłę okrągłą ½ koła 26 mm, w związku z czym modyfikuje Załącznik 2 (zadanie 6, poz.20) do SWZ.

2. Czy Zamawiający w pakiecie 6 lp.21 dopuści -wymaga igłę okrągłą ½ koła 26 mm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga igłę okrągłą ½ koła 26 mm, w związku z czym modyfikuje Załącznik 2 (zadanie 6, poz.21) do SWZ.

3. Czy Zamawiający w pakiecie 6 lp.21 dopuści -wymaga grubość nici 2/0

Odpowiedź: Zamawiający wymaga grubość nici 2/0, w związku z czym modyfikuje Załącznik 2 (zadanie 6, poz.21) do SWZ

4. Czy Zamawiający w pakiecie 6 lp.22 dopuści -wymaga igłę okrągłą ½ koła 30 mm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga igłę okrągłą ½ koła 30 mm, w związku z czym modyfikuje Załącznik 2 (zadanie 6, poz.22) do SWZ.

5. Pozostałe parametry w lp.20,21,22 bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodną na modyfikację w Zadaniu 6 w poz.20,21,22.

Pytanie III

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności w dostawie asortymentu objętego umową w terminie określonym w umowie powstałe z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości **0,5%** brutto wartości złożonego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto złożonego zamówienia**

b) za opóźnienie w wymianie asortymentu wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie asortymentu niezgodnego z złożonym zamówieniem bądź za opóźnienie w wymianie asortymentu dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu, w tym również za opóźnienie w zakresie terminów wynikających z gwarancji i rękojmi, w wysokości **50, 00 zł** wynagrodzenia brutto o którym mowa § 4 ust. 1, umowy, za każdy dzień opóźnienia, powstałego z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego asortymentu.**

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% **niezrealizowanej części** kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1, umowy

Odpowiedź: Brak zgody. Zgodnie z Projektem Umowy.

Zamawiający modyfikuje terminy wskazane w SWZ poprzez:

1) zmianę w Załączniku nr 2 (zadanie 6) do SWZ

2) zmianę w SWZ

Termin składania ofert: ~~10.06.2022r. godz. 10:00~~

13.06.2022r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert : ~~10.06.2022r. godz. 10:05~~

13.06.2022r. godz. 10:05

Termin związania wykonawcy ofertą upływa w dniu 09.07.2022r.

12.07.2022r

Opracowali:

D. Wójcik

T. Sachańbiński

E. Dyktyńska

A. Kraj

K. Wojdyła

B. Kopeć

Zatwierdził: