



**DOLNY
ŚLĄSK**

WSzSL/DZ/072/40 /19

Legnica 06.02.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy odczynników biochemicznych i immunologicznych wraz z najmem dwóch zintegrowanych systemów biochemiczno-immunologicznych

znak sprawy WSzSL/DZ-01/19

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U.2018. 1986 ze zm), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1

Dotyczy pkt. 13 załącznika nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „Numer linii serwisowej..... czynnej przez 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-21.00?”.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy odpowiednio modyfikując SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 2

W nawiązaniu do zapisu w Tabeli B - Informacje uzupełniające - w punkcie nr 4 w przedmiocie ustalenia przez Zamawiającego maksymalnej stawki najmu miesięcznego za system zintegrowany, szafy chłodniczej oraz zestawu komputerowego, czytnika kodów kreskowych, UPSa, klimatyzacji i stacji uzdatniania wody, w nieprzekraczalnej kwocie 400,00 zł brutto miesięcznie oświadczamy, że zapis ten jest sprzeczny z prawem i niedopuszczalny.

Po pierwsze w sposób nieusprawiedliwiony ingeruje w swobodę Wykonawcy co do sposobu kalkulowania ceny, która w całości jest swobodnym i wyłącznym prawem wykonawcy, a nie Zamawiającego. Po drugie pozostaje w rażącej sprzeczności z art. 2 pkt 13 ustawy PZP, która stanowi, że zamówienie publiczne to odpłatna umowa, która poprzez art. 14 ustawy PZP i odniesienie do przepisów kc, ma charakter tzw. umowy wzajemnej, gdzie świadczenia mają charakter umowy wzajemnej, o ekwiwalentnych wartościach. Zapis, że czynsz dzierżawny nie może przekroczyć kwoty 400,00 zł brutto za platformę o wartości kilkuset tysięcy dolarów nie pozwala zachować owej ekwiwalentności. Po trzecie zapis taki naraża Zamawiającego na odpowiedzialność karno-skarbową, gdyż to Zamawiający, a nie wykonawca ponosi w takim przypadku ewentualną odpowiedzialność karno-skarbową za zaniżenie należnego podatku VAT z tytułu dzierżawy, która to wysokość podatku powinna być proporcjonalna do dzierżawionej wartości sprzętu, który generuje dochód po stronie wykonawcy. Nie ma bowiem innego logicznego uzasadnienia dla kwestionowanego zapisu, jak właśnie chęć i usiłowanie zaniżenia należnego podatku VAT w wysokości 23% i “przerzucenia” go na koszt odczynników opodatkowanych stawką preferencyjną 8%, ergo Zamawiający naraża się w ten sposób na w/w odpowiedzialność. Żądamy wykreślenia zapisu, który w naszej opinii jest sprzeczny z prawem i pociąga za sobą daleko idące skutki prawne.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający pisząc o koszcie najmu systemu zintegrowanego wraz z dodatkowym sprzętem nie może przekraczać 400,00 zł brutto ma na myśli 1 analizator immunochemiczny+1 analizator biochemiczny?

W odpowiedzi na pytanie: Nie. SIWZ mówi o dwóch systemach zintegrowanych.

Pytanie 4

Dotyczy pkt. 10 i 20 parametrów granicznych: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę okresu ważności tej samej serii kontroli z 12 m-cy na 4 m-ce dla części immunochemicznej i 5 m-cy dla części biochemicznej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający nie pomylił się w pkt. 12 i 13 parametrów granicznych? Oba dotyczą tego samego. Prosimy o korektę zapisów w Tabeli E.

W odpowiedzi na pytanie: Tak. Nastąpiła omyłka. Zamawiający odpowiednio modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 6

Dotyczy par. 2 ust. 2 projektu umowy dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw PILNYCH na 72h?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy projektu umowy par. 2 ust. 7 projektu umowy dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności wyrobów immunologicznych z 6 miesięcy na min. 4 miesiące?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy par. 2 ust. 8 projektu umowy dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyk były dostarczone wyłącznie na nośniku elektronicznym np. CD? Uzasadnienie: każda karta charakterystyk zawiera od 10 do 55 stron.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy par. 5 projektu umowy dostawy:

Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/ produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- liczby opakowań
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
- wymiany sprzętu (analizatora) / uzupełnienia elementów składowych sprzętu (analizatora) w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę sprzęt zmodyfikowany / udoskonalony oraz w przypadku zaistnienia konieczności wymiany sprzętu (analizatora) /uzupełnienia elementów składowych sprzętu (analizatora) w związku z postępem technologicznym lub potrzebami zamawiającego,

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający określił katalog dopuszczalnych zmian w par. 5 projektu umowy. Niezależnie od powyższego, niektóre z proponowanych przez Państwa zmian - w rozumieniu ustawy Pzp - są zmianami nieistotnymi.

Pytanie 10

Dotyczy par. 6 projektu umowy dostawy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu niniejszego paragrafu na:

- a) w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust. 1 lub §3 ust. 4,
- b) w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, o którym mowa w §2 ust. 2,
- c) w wysokości 3% dostarczonego asortymentu w przypadku wystąpienia znacznej wadliwości tego asortymentu, przy czym za znaczną wadliwość uważa się 3% towaru dotkniętego wadami w okresie 6 miesięcy.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie par. 6 pkt a), który otrzymał brzmienie „a) w wysokości 2% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust. 1 lub §3 ust. 4, oraz w zakresie par.6 pkt.c), który otrzymał brzmienie „c) w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 w przypadku wystąpienia znacznej wadliwości dostarczonego asortymentu przy czym za znaczną wadliwość uważa się 3% towaru dotkniętego wadami w okresie 6 miesięcy.

Pytanie 11

Dotyczy pkt. 2 par. 1 projektu umowy najmu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dostawy aparatów z wyposażeniem z 5 dni na min. 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy? Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wydłuża termin dostawy do 21 dni roboczych odpowiednio modyfikując SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 12

Dotyczy pkt. 2 par. 2 projektu umowy najmu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ww. paragrafu na „Wynajmujący zobowiązuje się usuwać wady i usterki przedmiotu najmu na miejscu u Najemcy, nie później niż w ciągu 24h od chwili zgłoszenia faktu niesprawności z wyłączeniem ustawowo dni wolnych od pracy i dni świątecznych”.

Uzasadnienie: przedmiotem postępowania są dwie identyczne platformy zintegrowane, w sytuacji awarii jednego z analizatorów badania są wykonywane na drugim systemie. W sytuacji awarii dwóch systemów jednocześnie zastosowanie ma pkt. 3 par. 2 umowy najmu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w załączniku 2A do SIWZ w tabeli nr A w wierszu nr 74 wpisując AVIDNOSC miał na myśli Awidność dla parametru Toxo?

W odpowiedzi na pytanie: Tak. Zamawiający przez zapis AVIDNOŚĆ należy rozumieć awidność TOXO. Zamawiający modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i zaadaptowanie biochemicznego testu do oznaczania karbamazepiny na kanałach otwartych części biochemicznej oferowanego systemu immuno-biochemicznego, do czasu dostępności dedykowanej wersji tego testu dla oferowanych platform?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 15

Czy Zamawiający wymaga, aby test Prokalcytonina BRAHMS była oznaczana metodą chemiluminescencyjną?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wymaga, aby liniowość testu Prokalcytonina BRAHMS była nie mniejsza niż 100 µg/L?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 17

Czy Zamawiający poprzez testy Na, K, Cl rozumie jonogram składający się z Na, K, Cl?

W odpowiedzi na pytanie: Tak.

Pytanie 18

Czy oznaczenia elektrolitów Zamawiający będzie wykonywał równocześnie na analizatorze głównym oraz analizatorze backup? W przypadku wykonywania tych oznaczeń wyłącznie na analizatorze głównym, czy można zaoferować ilość modułów ISE tylko dla analizatora głównego, natomiast w przypadku awarii analizatora głównego, istnieje możliwość przełożenia modułu ISE do analizatora backup. Przeinstalowanie modułu ISE z analizatora głównego do analizatora backup trwa z kalibracją maksymalnie 25 minut. Jednocześnie informujemy, że analizator backup bez modułu ISE wykonuje wszystkie pozostałe parametry wymienione w formularzu asortymentowym SIWZ.

W odpowiedzi na pytanie: Zgodnie z zapisem Rodziału III pkt. 2B SIWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testu kreatyniny zamiast testu kreatyniny enzymatycznej?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający jako parametr ROMA rozumie jednocześnie oznaczone na analizatorze parametrów HE4 i CA125 wraz z podaniem wyniku algorytmu ROMA?

W odpowiedzi na pytanie: Tak. Test ROMA ma być wynikiem algorytmu ROMA wynikającym z jednoczesnego oznaczenia parametrów HE4 i CA125.

Pytanie 21

Na którym piętrze znajduje się laboratorium, w którym ma być zamontowany klimatyzator?

W odpowiedzi na pytanie: Laboratorium znajduje się na wysokim parterze budynku 1D, tj. posadzka pomieszczeń ok. 3 m ponad poziomem terenu wokół budynku, strop nad pomieszczeniem ok. 6 m ponad poziomem terenu.

Pytanie 22

Jaka jest odległość ściany, na której ma być zamontowany klimatyzator od okna?

W odpowiedzi na pytanie: Jednostka wewnętrzna winna być zamontowana ok. 3-4m od okna.

Pytanie 23

Czy skropliny odprowadzane będą grawitacyjnie czy dynamicznie (czy trzeba podłączyć pompę czy woda będzie spływać rurą)?

W odpowiedzi na pytanie: Skropliny odprowadzane grawitacyjnie do instalacji kanalizacyjnej przez zasyfonowanie.

Pytanie 24

Czy do zamontowanie wymaganego klimatyzatora Zamawiający wymaga doprowadzenia nowej instalacji elektrycznej?

W odpowiedzi na pytanie: Nie wymaga.

ok

UWAGA! INFORMACJE DODATKOWE ORAZ UZUPEŁNIAJĄCE.

Powierzchnia pomieszczenia - ok. 60 m², kubatura pomieszczenia ok. 180 m³.

Jednostka wewnętrzna zamontowana pod stopem w pomieszczeniu laboratorium, jednostka zewnętrzna: na ścianie elewacyjnej budynku ok. 2,5 m od poziomu terenu, odległość między jednostkami ok. 7-8 m. Przewody do jednostki zewnętrznej należy prowadzić pod panelem elewacyjnym z blachy. W chwili obecnej zamontowany jest klimatyzator starszego typu w tym miejscu. W ramach zamówienia należy dokonać demontażu starych jednostek i montażu nowych. Do wykorzystania przewody zasilające elektryczne oraz spływ grawitacyjny skroplin.

Pytanie 25

SIWZ IX. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na opis wpłaty wadium w formie gotówki : „Wadium, nr spr. WSzSL/DZ-01/19” ? Ze względu na ilość miejsca na druku przelewu nie ma możliwości umieszczenia tak długiego opisu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę .

Pytanie 26

Dotyczy: Załącznik 2A

Dotyczy Tabela A

Prosimy o potwierdzenie, że odczynnik do CRP o zakresie liniowości 0.2-480 mg/l spełnia wymagania Zamawiającego w odniesieniu do testu „CRP Hs med.wysokoczuła”.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający potwierdza, że taka liniowość spełnia wymagania.

Pytanie 27

Prosimy o wyrażenie zgody na wykonywanie oznaczenia Avidność poza laboratorium Zamawiającego, jako badania zlecanego na zewnątrz? Oferent zapewni na swój koszt transport materiału i oznaczenie w renomowanym i certyfikowanym laboratorium oraz przesłanie zwrotne wyników w ciągu 24 h, a w tabeli oferty, dla porównywalności ofert ujęty zostanie koszt brutto wykonywania tego badania? Jednocześnie prosimy o doprecyzowania czy przez Awidność należy rozumieć awidność Toxo i CMV i w jakiej ilości dla poszczególnych analizów.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie badań poza Zakładem Diagnostyki Labolatoryjnej Zamawiającego. AVIDNOŚĆ należy rozumieć jako tylko awidność TOXO. Zamawiający odpowiednio zmodyfikował treść SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 28

Prosimy o wyrażenie zgody na wykonywanie oznaczenia anty CCP poza laboratorium Zamawiającego, jako badania zlecanego na zewnątrz? Oferent zapewni na swój koszt transport materiału i oznaczenie w renomowanym i certyfikowanym laboratorium oraz przesłanie zwrotne wyników w ciągu 24 h, a w tabeli oferty, dla porównywalności ofert ujęty zostanie koszt brutto wykonywania tego badania?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie dodatkowego, nastołowego analizatora immunochemicznego, na którym oznaczane byłyby parametry C-Peptyd, Cyfra 21-1, BNP, HE4 i CA125 (a na ich podstawie kalkulowany wskaźnik ROMA). Łącznie parametry te to 7500 badań na 24 miesiące kontraktu, a tym samym średnia liczba oznaczeń wykonywanych na dodatkowym analizatorze wynosiłaby około 10 oznaczeń/dzień. Zgoda na powyższą prośbę umożliwi udział w postępowaniu przetargowym więcej niż jednemu wykonawcy.

Złożona w postępowaniu przetargowym oferta będzie uwzględniała wszelkie materiały potrzebne do wykonania tych badań wraz z kosztami dzierżawy analizatora.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wyraża zgodę na jeden dodatkowy analizator immunochemiczny wyłącznie dla testów, których ilość w okresie 24 miesięcy nie przekracza 1000 (czyt. tabela A). Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 30

Prosimy o zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania prokalcytoniny metodą chemiluminescencji na analizatorze immunochemicznym. Metoda wykorzystuje cząsteczki paramagnetyczne pokryte mysim przeciwciałem monoklonalnym przeciwko ludzkiej prokalcytoninie oraz koniugat fosfatazy zasadowej i szczurzych rekombinowanymi przeciwciał przeciw prokalcytoninie. Metoda jest skorelowana z metodą VIDAS BRAHMS PCT.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Dotyczy Tabela B:

Czy należy zaoferować materiał kontrolny do oceny poprawności badań wykonywanych w moczu? Jeśli tak prosimy o podanie częstotliwości wykonywania tej kontroli.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż należy uwzględnić materiał kontrolny dla parametrów oznaczeń w moczu. Częstotliwość wykonywanej kontroli będzie się odbywać dwa razy w tygodniu na dwóch poziomach.

Pytanie 32

Prosimy o podanie informacji czy kalkulując ofertę przetargową należy uwzględnić wykonywanie wszystkich oznaczeń na jednym czy na obu oferowanych modułach. Jeśli Zamawiający wymaga, aby niektóre oznaczenia były wykonywane równolegle na obu analizatorach prosimy o podanie tych analizów wraz z harmonogramem kontroli dla każdego z analizatorów.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić kontrolę dla dwóch systemów zintegrowanych dla następujących parametrów: TSH, PCT, TPI, CRPhs, HCG, BNP, HBS-AG sól, potas, chlorki, glukoza, mocznik, kreatynina, AST, ALT, amylaza, magnez, bilirubina cał i bezp., etanol, wapń. Kontrola będzie się odbywać codziennie na dwóch poziomach. Zamawiający odpowiednio zmodyfikował SIWZ w powyższym zakresie (Tabela B Załącznika 2A).

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy Tabela E

Moduły Biochemiczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferowane analizatory biochemiczne posiadały „Chłodzenie odczynników na pokładzie” w zakresie temperatury 4 -12 C?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 35

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanych analizatorów biochemicznych na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów w instrukcjach obsługi analizatorów.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający oczekuje dwóch, w pełni sprawnych systemów zintegrowanych.

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowej elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów

niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający oczekuje dwóch, w pełni sprawnych systemów zintegrowanych.

Moduły Immunochemiczne

Pytanie 37

Czy Zamawiający zaakceptuje, aby oferowane „moduły immunochemiczne wyposażone były w system chłodzenia odczynników do temperatury” 4 -10 C?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie 38

Czy w przypadku odczynników immunochemicznych kalkulując ofertę przetargową należy uwzględnić podaną i sugerowaną w ulotkach odczynnikowych stabilność odczynników na pokładzie i stabilność kalibracji poszczególnych analitów przechowywanych stale na pokładzie analizatora bez konieczności okresowego umieszczania w lodówce zewnętrznej czy też należy się kierować najlepszą wiedzą producenta odnośnie stabilności odczynników na pokładzie i stabilności kalibracji poszczególnych analitów i skalkulować ofertę zgodnie z takim założeniem?

W odpowiedzi na pytanie: Ofertę należy skalkulować zgodnie z zasadami GLP.

Pytanie 39

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek odnoszący się do modułu immunochemicznego „Wszystkie kalibratory modułu niewymagające rekonstytucji”, jeśli wszystkie kalibratory z wyjątkiem dwóch nie wymagają rekonstytucji i dostarczane są w postaci gotowej do użycia? Przychylenie się do tej prośby, lub nawet przyznanie części punktów ocenianych w takim przypadku umożliwi uzyskanie korzystnej cenowo oferty innego oferenta.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40

Czy jeśli zgodnie z SIWZ Zamawiający przyzna 10 punktów ocenianych za parametr „Brak szarej strefy w oznaczeniach pierwszorazowych dla HBsAg i anti-HCV” to w sytuacji, gdy brak szarej strefy w oznaczeniach pierwszorazowych występuje dla jednego analitu Zamawiający przyzna takiej ofercie 5 punktów? Raportowany na formularzu dla pacjenta wynik zawsze jest wynikiem jednoznacznym: reaktywnym bądź niereaktywnym dla parametrów zarówno HBsAg i anti-HCV. Wprowadzenie szarej strefy przy pierwszorazowym oznaczeniu jedynie zwiększa bezpieczeństwo uzyskanych wyników bliskich wartości odcięcia.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41

Prosimy o podanie informacji, w jakiej międzynarodowej zewnętrznej kontroli jakości i z jaką częstotliwością Zamawiający będzie uczestniczył.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż częstotliwość kontroli zewnętrznej określa pkt. 3 Tabela B. Ponadto, Zamawiający informuje, że do tej pory uczestniczył w kontroli zewnętrznej firmy RAN-DOX.

Pytanie 42

Czy Zamawiający wymaga, aby moduły biochemiczne pracowały w oparciu o szklane kuwety wielorazowe, a w związku z powyższym czy Zamawiający wymaga zaoferowania stacji uzdatniania wody dostosowanych do potrzeb oferowanego sprzętu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. Projekt umowy najmu systemów zintegrowanych par. 2 pkt. 6.

Pytanie 43

Prosimy o potwierdzenie, że system zintegrowany do badań biochemiczno-immunochemicznych, w którym z każdy z modułów będzie zarządzany własnym komputerem, a cały system zintegrowany zarządzany będzie z jednego stanowiska operatorskiego spełnia wymagania Zamawiającego. Takie rozwiązanie zapewnia całkowitą

niezależność wszystkich modułów umożliwiając w przypadku awarii komputera zarządzającego pojedynczym modułem pracę i zarządzanie sprawnym analizatorem, a jednocześnie zapewnia komfort pracy operatorowi dając możliwość zarządzania całym systemem z jednego stanowiska operatorskiego.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wymaga zarządzania modułami przez odrębne komputery. Zapisy SIWZ zostają podtrzymane.

Pytania do umowy:

Pytanie 44

§3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „W przypadku braków ilościowych stwierdzonych przy dostawie Zamawiający niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni liczonych od daty dostawy zawiadomi Wykonawcę (faks). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć brakujący towar w ciągu 3 dni roboczych.”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 45

§3 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 3 dni roboczych?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46

§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie pkt c): Zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający określił katalog dopuszczalnych zmian w par. 5 projektu umowy.

Pytanie 47

§6 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 1,5%?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający zmodyfikował brzmienie §6 ust. 1 lit. a.

Pytanie 48

§6 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 3%?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49

§10 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50

Umowa najmu

§1 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni ? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Pięciodniowy termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym Wykonawca prosi jak w pytaniu.

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający wydłuża termin dostawy do 21 dni roboczych odpowiednio modyfikując SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 51

§2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Wynajmujący zobowiązuje się usuwać wady i usterki przedmiotu najmu na miejscu u Najemcy, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia faktu niesprawności.”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 52


§2 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „... w takim przypadku Wynajmujący zostanie obciążony różnicą kosztów wykonania badania i transportu?”

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający modyfikuje ostatnie zdanie §2 ust. 4, które otrzymuje następujące brzmienie „Wynajmujący zostanie ociążony różnicą kosztów wykonania badania oraz kosztami transportu”.

UWAGA!

1. Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zamawiający zmodyfikował z własnej inicjatywy Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy.
3. Zmiany SIWZ dokonane w wyniku odpowiedzi na zapytania oraz z własnej inicjatywy zaznaczono kolorem niebieskim.
4. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 18-02-2019 roku na dzień 20-02-2019 r.

Z poważaniem,


Dr inż. med. Andrzej Wap

Oh

