

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/102/20

Sucha Beskidzka, dnia 19.01.2021r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku.(ZOZ.V.010/DZP/102/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

1. Dotyczy Pakiet 53 poz. 1

1. Czy w związku z wycofaniem oczekiwanego produktu w pakiecie 53 pozycja 1, Zamawiający oczekuje aby zaferowana była kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. W rozmiarach 07x19-przepływ 19 ml/min oraz 06 x 19 mm. –przepływ 14 ml/min, do wyboru zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Pakiet 53 poz. 2, 6, 9

Czy w związku, z wycofaniem opakowań typu TYVEK, Zamawiający dopuści w pakiecie 53 pozycja 2, 6 i 9 kaniule w opakowaniach typu Blister Pack?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy Pakiet 53 poz. 1, 2, 3 ,7, 8, 9

Czy Zamawiający wymaga, aby kaniule zaproponowane w pakiecie 53 pozycje 1, 2, 3 ,7, 8 i 9, wykonane były z biokompatybilnego poliuretanu (vialon) z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym (minimum trzema) na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Pakietu nr 37 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki tuberkulinowej 1ml z igłą w opakowaniach 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o możliwość podania w formularzu asortymentowo-cenowym ceny jednostkowej za sztukę.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy Pakietu nr 37 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do insuliny 40 j.m. z igłą w opakowaniach 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Prosimy o możliwość podania w formularzu asortymentowo-cenowym ceny jednostkowej za sztukę.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści następujące parametry:

Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr i 16 Fr

Cewnik 14,5 Fr o długości cewnika do mufy: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 14,5 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji z ramionami zakrzywionymi. Przepływ do 500ml/min.

Cewnik 16 Fr - długości cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 42 cm w wersji z ramionami prostymi i 16 Fr o długości 19, 24, 28 i 31 cm w wersji w wersji z ramionami zakrzywionymi. W wersji 16 Fr przepływ 500 ml/min nawet przy 15% okluzji.

Końcówka cewnika schodkowa 3cm.

Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach.

Światło wewnętrzne cewnika 2.3 mm.

Otwory wycięte w systemie 360 st zapobiegające przyssaniu się cewnika do ściany naczynia.

Dla cewnika 14,5 Fr wprowadzacz o średnicy 15 Fr a dla cewnika 16 Fr wprowadzacz o średnicy 16,5 Fr.

Oba rozmiary ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, niewymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi.

Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Dotyczy Załącznika nr 1a do SIWZ, Pakiet nr 37, 53, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. Wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem Arbitrów – syg. Akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas

cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Socinie, Ełskidzej
mgr Janusz Baczewski



Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek