



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama-Kościńskiego**

**15-471 Białystok ul. Fabryczna 27  
Tel. : 47 710 41 00 fax: 47 710 41 01  
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922**



Białystok, dnia 20.10.2021 r.

DZP.2344.42.2021

**Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 złotych**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZP.2344.42.2021 o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 złotych, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego dostawę klatki do stabilizacji kręgosłupa szyjnego.

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- terminu uzupełnienia depozytu (do 5 dni roboczych),
- warunków płatności (pomiędzy 55-60 dni)

Kryterium wyboru wykonawcy będzie:

1) oferowana cena – 100 %

najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

$$C = \frac{\text{Cena oferty badanej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times 100\%$$

Dostarczone dokumenty winny zawierać nr katalogowy zaoferowanego asortymentu.

Zamawiający, informuje że asortyment będzie w depozycie.

W cenie oferty użyczenie instrumentarium .

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia **26 października 2021 r. do godz. 10:00**

Termin otwarcia: **26 października 2021 r. do godz. 10:05**

**Zapytania oraz złożenie oferty wyłącznie za pośrednictwem portalu [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku  
im. Mariana Zyndrama-Kościńskiego

*Alcja Skindzielewska*

14 MB



Lp.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia	jedn miary	Nr katalogowy/p roducent	Cena netto (w zł/jedn.)	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1	<p><b>Klatka międzyztrzonowa szyjna -</b>  wykonane z PEEK pokrytego spienionym tytanem częściowo - przeziernie, ząbkowane, lub tytanowe z kolumnami implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie cylindrycznych bloków ze ściętymi powierzchniami przednią i tylną;  - implanty w dziesięciu rozmiarach o wys. 4-8mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm);  - w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają boczny kształt klinów pochylonych pod kątem 50°;  - implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu;  - zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością; cylindryczny otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, mate-riału syntetycznego oraz przerost tkanki kostnej;  - minimum dwa tantalowe znaczniki rtg. umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu;  - stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami;  - trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;  - każdy implant osobno, sterylnie zapakowany;  - narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości;  - rozporowe, niegwintowe mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania;  - przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu;  - podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego implantu;  - plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia;  - poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium</p>	60						

**Depozyt: po 2 szt każdego rodzaju**  
**Użyczenie instrumentarium - 2 kpl**

**Termin uzupełnienia depozytu:**

**Termin płatności:**

