



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Inowrocław, 05.11.2020r.

EZP 481/2020

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

**dot. przetargu nr M-57/2020 na Dostawy nici chirurgicznych dla Szpitala
Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu**

Zamawiający działając na podst. art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań:

Pytanie nr 1

dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści nici syntetyczne, plecione, kopolimer 90% glikolidu i 10% l-laktydu, powlekane kopolimerem glikolidu i l-laktydu (50%), Poli (glikolid i l-laktyd 35/65) oraz stearynianem wapnia (50%), okres wchłaniania 56-70 dni, podtrzymanie tkankowe: 75% po 14 dniach, 40-50% po 21 dniach, 25% po 28 dniach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 25 dopuści igłę okrągło-tnącą wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian. Zaproponowana igła znajduje zastosowanie w tych samych procedurach co wymagana.


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 26 dopuści igłę okrągło-tnącą? Pozostałe parametry bez zmian. Zaproponowana igła znajduje zastosowanie w tych samych procedurach co wymagana.



4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 4

dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 w poz. 27 dopuści igłę w kształcie litery J okrągłotną wzmocnioną i nie o długości 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian. Zaproponowana igła znajduje zastosowanie w tych samych procedurach co wymagana.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 5

dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 wydzieli poz. 30? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SIWZ.




Pytanie nr 6

dot. zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie nr 7

dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, jednowłókienkowe, o czasie wchłaniania 90-120 dni i profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%, po 21 dniach 15%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Dot. Pakietu nr 2

8



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, plecione, z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania ok. 42 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści NICI CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, WCHŁANIALNE (60-70 DNI), KOPOLIMER 90% GLIKOLIDU I 10% L- LAKDYDU, POLI (GLIKOLID I L-LAKTYD 90/10). PLECIONE, POWLEKANE: 50% KOPOLIMER GLIKOLIDU I L-LAKTYDU, POLI (GLIKOLID I L-LAKTYD 30/70), 50% STEARYNIAN WAPNIA. PODTRZYMANIE TKANKOWE: 75% PO 14 DNIACH, 50% PO 21 DNIACH, 25% PO 28 DNIACH?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Dot. Pakietu nr 3, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą stożkową wzmocnioną o zakończeniu krótkim tnącym (przyostrzona) 40 mm, pozostałe parametry bez mian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11

Dot. Pakietu nr 3, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą stożkową o zakończeniu krótkim tnącym (przyostrzona) 1/2 koła, pozostałe parametry bez mian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Dot. Pakietu nr 3, poz. 30

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą stożkową tępą, pozostałe parametry bez mian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.



4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr 13

Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe, z polidoksanonu, o czasie wchłaniania 180-210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 14

Dot. Pakietu nr 6, poz. 17

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu lub zrezygnuje z wymogu kolorowych klipsów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 15

Dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści nici polipropylenowe bez dodatku polietylenu, pozostałe parametry bez mian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16

Dot. Pakietu nr 12, 13

Czy Zamawiający dopuści nici bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez mian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.


Pytanie nr 17

Dot. Pakietu nr 15

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, jednowłóknowe, z polidoksanonu, o czasie wchłaniania 180-210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.



H



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr 18

dot. zapisów Umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Sprzedawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 1 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ust. 1 § 6 wzoru umowy otrzymuje nowe brzmienie:

Kupujący odmówi odebrania przedmiotu umowy niepełnowartościowego, o obniżonej jakości, z wadami, uszkodzonego i ma prawo żądać dostarczenia przedmiotu umowy odpowiadającego warunkom umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną.

Pytanie nr 19

dotyczy pakiet 2

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 2 również szwów o następujących parametrach:

szwy wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) powleczone mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. wytrzymałość nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczęcia na poziomie około 45 – 55 % pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40 a 50 dniem od wszczęcia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 20


dotyczy pakiet 3

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 również szwów o następujących parametrach:

szwy wchłanialne wykonane z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu i laktydu pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 14 dniach i 30% po 21 dniach od wszczęcia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.



8



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr 21

dotyczy pakiet 3 poz.16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 16 szwu z nitką 2-0 pozostałe parametry bez zmian. W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 16 do osobnego zadania co, umożliwi naszej firmie złożenie ważnej konkurencyjnej oferty

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22

dotyczy pakiet 3 poz.21,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 21 szwu z igłą okrągłą ½ koła 65 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23

dotyczy pakiet 3 poz.24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 24 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną ½ koła 48 mm z nitką 1 pętla 150 cm. W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 24 do osobnego zadania co, umożliwi naszej firmie złożenie ważnej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24

dotyczy pakiet 3 poz.25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 25 szwu z igłą okrągłą podwójnie wzmocnioną ½ koła 37 mm z nitką 0 pętla o dł. 150cm. W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 25 do osobnego zadania co, umożliwi naszej firmie złożenie ważnej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25

dotyczy pakiet 3 poz.26



4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 26 szwu z igłą okrągłą, W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 26 do osobnego zadania co, umożliwi naszej firmie złożenie ważnej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

dotyczy pakiet 3 poz.27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 27 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną typu J o dł. 32 mm z nitką 1 o dł. 75 cm. W przypadku braku zgody prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 27 do osobnego zadania co, umożliwi naszej firmie złożenie ważnej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego i nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

dotyczy pakiet 3 poz.28-29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 28-29 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 28

dotyczy pakiet 3 poz. 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 31 szwu z igłą okrągłą tępą 48 mm Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

dotyczy pakiet 5 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 3 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła 37 mm Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.



6



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Pytanie nr 30

dotyczy pakiet 5 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 4 szwu z igłą okrągłą typu J ½ koła 32mm Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 31

dotyczy pakiet 5 poz. 5-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 5-8 podwiązek na szpuli 250 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie nr 32

dotyczy pakiet 5 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 5 poz. 9 podwiązki o dł. 5x45 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.



Pytanie nr 33

dotyczy pakiet 7 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 poz. 3 szwu o dł. 60 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 34

dotyczy pakiet 7 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 poz. 4 szwu z igłą okrągłą ½ koła 26 mm Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

dotyczy pakiet 7 poz. 7

4



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 7 poz. 7 szwu z igła okrągłą przyostrzoną $\frac{1}{2}$ koła 37 mm Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36

dotyczy pakiet 13

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 13 również szwów o następujących parametrach:

syntetyczne szwy wchłaniające wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węgla trójmetylu), podtrzymywanie tkankowe ok 80% po 7 dniach, 75% po 14 dniach, 65% po 21 dniach oraz 50% po 28 dniach i 25 % po 42 dniach. Czas wchłaniania 180 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 37

dotyczy pakiet 14

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 14 również szwów o następujących parametrach:

Syntetyczne szwy wchłaniające wykonane z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu (60%), dioksanonu (14%) i węgla trójmetylu (26%) o średnie wytrzymałości na rozciąganie dla około 75% początkowej wytrzymałości węzła według USP i EP po dwóch tygodniach i około 40% po trzech tygodniach od wszczepienia. Całkowite wchłonięcie następuje pomiędzy 90 a 110 dniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38

dotyczy pakiet 14 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 14 poz. 1 szwu z igła okrągłą $\frac{1}{2}$ koła 26 mm wykonaną z wysokiej jakości stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie i odkształcanie. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39

dotyczy pakiet 14 poz.2



g



Szpital Wielospecjalistyczny

im. dr. Ludwika Błażka

w Inowrocławiu

88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97

województwo kujawsko-pomorskie

Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 0000002494

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 14 poz. 2 szwu z igła okrągłą ½ koła 27 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40

dotyczy pakiet 15

W trosce o zachowanie uczciwej konkurencji prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 15 również szwów o następujących parametrach:

syntetyczne szwy wchłaniające wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węgla trójmetyleny), podtrzymywanie tkankowe ok 80% po 7 dniach, 75% po 14 dniach, 65% po 21 dniach oraz 50% po 28 dniach i 25 % po 42 dniach. Czas wchłaniania 180 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zgodnie z SIWZ.



KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Serpiewicz