

Kraków, 09.04.2024

Dział Zamówień Publicznych
tel. 12/614-25-34
e- mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

DZ.271.23. 355 .2024

dotyczy: **DZ.271.23.2024 – Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów.**

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

PAKIET III - Dostawa odczynników do oznaczeń immunohistochemicznych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Patomorfologii

Pytanie 1.

Dotyczy Załącznika nr 3, PAKIET III - Analizator do badań immunohistochemicznych - 1 sztuka, I Wymagania ogólne, pkt 15: Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zapewnienie kontroli zewnętrznej BREAST, COMPANION w formie 2 modułów/rok. Te kontrole są dostępne tylko w takiej częstotliwości. Kontrola Generali jest dostępna w formie 3 modułów/rok.

ODP.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

PAKIET VI - Dostawa odczynników do przeprowadzania reakcji amplifikacji/detekcji w technologii Real Time PCR wraz z dzierżawą analizatorów oraz sprzętem dodatkowym dla Pracowni Mikrobiologii

Pytanie 1

Pkt. 8. Zestaw odczynnikowy (MULTIPLEX) umożliwiający diagnostykę PCR z płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi pełnej w kierunku bacterial meningitidis dla czynników zakaźnych: H. influenzae, N. meningitidis, S.pneumoniae
Czy Zamawiający dopuści zestaw na 30 reakcji w opakowaniu a tym samym zaoferowanie 10 opakowań odczynnika?

ODP.: Tak, zamawiający dopuści zestaw na 30 reakcji w opakowaniu, pod warunkiem przeliczenia ilości zgodnego z SWZ.

Pytanie 2

Pkt. 29. Zestaw multiplex do diagnostyki PCR czynników zakaźnych w drogach oddechowych tj: enterovirus, human adenovirus, human bocavirus, coronavirus, metapneumovirus A/B, human parainfluenzae virus 1,2,3,4, parechovirus, RSV A/B, human rhinovirus, influenzae A,B

Czy Zamawiający dopuści zestaw na 64 reakcje w opakowaniu a tym samym zaoferowanie 15 opakowań odczynnika?

ODP.: Tak, zamawiający dopuści zestaw na 64 reakcji w opakowaniu, pod warunkiem przeliczenia ilości zgodnego z SWZ.

Pytanie 3

Pkt. 30. Zestaw odczynnikowy (MULTIPLEX) umożliwiające diagnostykę PCR z krwi pełnej i płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku następujących czynników zakaźnych: enterovirus, EBV, herpes simplex virus 1,2, adenovirus, cytomegalovirus, herpesvirus 6,7, parechovirus,

Czy Zamawiający dopuści zestaw na 64 reakcje w opakowaniu i tym samym zaoferowanie 3 opakowań odczynnika?

ODP.: Tak, zamawiający dopuści zestaw na 64 reakcji w opakowaniu, pod warunkiem przeliczenia ilości zgodnego z SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy: Załącznik nr 3 PAKIET VI - Analizator do przeprowadzania reakcji amplifikacji/detekcji w technologii Real Time PCR - 2 sztuki

1. Analizator do przeprowadzania reakcji amplifikacji/detekcji w technologii Real Time PCR - 2 sztuki

Pkt. 30 Wykonawca zapewni kontrolę zewnątrzlaboratoryjną do wskazanego przez Zamawiającego typu testu

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy chodzi o 1 sprawdzian w czasie trwania umowy, czy po 1 sprawdzianie w każdym roku trwania umowy? Ile w sumie parametrów Zamawiający chce objąć kontrolą zewnątrzlaboratoryjną?

ODP.: Wykonawca zapewni kontrolę zewnątrzlaboratoryjną 1 sprawdzian w każdym roku trwania umowy, obejmującą 2 parametry wskazane przez zamawiającego.

Pytanie 5

Pkt 31. Wykonawca zapewni zestaw pipet do przygotowania (0,5-1ul; 10-20ul; 20-100ul; 20-200ul) oraz blok chłodzący, metalowy (cooler) - 2 sztuki

Czy Zamawiający może doprecyzować, ile zestawów pipet wymaga? Czy 1 zestaw pipet (zaw. 4 pipety) i 2 coolery w pakiecie dotyczącym analizatorów czy też po 1 zestawie na każdy analizator, a zatem 8 pipet i 4 coolery?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu pipet z następującymi objętościami: 0,5-10ul; 2-20ul; 10-100ul; 20-200ul?

ODP.: Zamawiający wymaga 1 zestaw pipet (1 zestaw = 4 pipety) w tym postępowaniu.

Zamawiający wymaga 2 sztuki „coolery” w tym postępowaniu.

Tak, zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu pipet z następującymi objętościami: 0,5-10ul; 2-20ul; 10-100ul; 20-200ul.

Pytanie 6

Dotyczy: Załącznik nr 3 PAKIET VI - 2. Analizator do izolacji kwasów nukleinowych z próbek metodą magnetyczną - 1 sztuka

Pkt. 55. Wykonawca zapewni zestaw pipet do przygotowania (0,5-1ul; 10-20ul; 20-100ul; 20-200ul; 100-1000ul) oraz blok chłodzący (cooler)

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu pipet z następującymi objętościami: 0,5-10ul; 2-20ul; 10-100ul; 20-200ul; 100-1000ul?

ODP: Zamawiający wymaga 1 zestaw pipet (1 zestaw = 4 pipety) w tym postępowaniu.

Zamawiający wymaga 1 sztukę „cooler” w tym postępowaniu.

Tak, zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu pipet z następującymi objętościami: 0,5-10ul; 2-20ul; 10-100ul; 20-200ul.

Pytanie 7

Dotyczy: Załącznik nr 3, pkt 15 i 45

W związku z tym, że w pkt. 14 SWZ wskazuje się, że Zamawiający nie wymaga złożenia od Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych, a mimo to Załącznik nr 3 do SWZ w pkt 15 i 45 wskazuje, iż podczas składania ofert dostarczone mają być instrukcje do wszystkich testów w języku polskim i w języku angielskim w formie elektronicznej (PDF), czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia ww. dokumentów na etapie składania ofert? Wykonawca zapewni ich dostarczenie przy dostawie.

ODP.: Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia ww. dokumentów na etapie składania ofert, pod warunkiem, że Wykonawca przedłoży w formie elektronicznej (PDF) wszystkie instrukcje do testów wyszczególnionych w postępowaniu w języku polskim i w języku angielskim w dniu instalacji aparatów.

Termin składania i otwarcia ofert po zmianie:

Termin składania ofert: 17.04.2024 godz: 09:00

Termin otwarcia ofert: 17.04.2024 godz: 09:30

Zatwierdził:

lek. Grzegorz Fitas – Dyrektor Szpitala