

COZL/DZP/AS/3411/PN-65/23

Lublin, dnia 16.06.2023 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na :

**„Usługa przeprowadzenia przeglądów okresowych, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa elektrycznego oraz napraw w ramach pogwarancyjnej obsługi technicznej aparatury medycznej pracującej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli”.**

**(COZL/DZP/AS/3411/PN-65/23)**

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

I.

#### **Pytanie 1**

##### **Dot. zapisów SWZ rozdz. V pkt 11, rozdz. XVI, Umowy § 7**

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o usunięcie lub zmianę zapisu w w/w punktach SWZ i Umowy dotyczącego wymogu zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie prowadzonego postępowania, gdyż prace te mogą także realizować osoby, które są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy cywilnoprawnej, jako zasób własny firmy.

Zmodyfikowany zapis może mieć następujące brzmienie: **„Zamawiający informuje, że Wykonawca może przy realizacji zamówienia posługiwać się zarówno pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, rozumianych jak zasób własny firmy.”**

Uzasadniając -z aktualnego brzmienia w/w zapisów SWZ i Umowy wynika, że Wykonawca, przy wykonywaniu czynności w zakresie prowadzonego postępowania, musi posłużyć się wyłącznie osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umowy o pracę.

W naszej ocenie jest to wymóg nieuprawniony w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ charakter obowiązków osób, które mają bezpośrednio wykonywać usługi serwisowania, znacząco odbiega od rodzaju stosunku prawnego, jaki łączy pracodawcę i pracownika na podstawie Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Ustawy PZP „Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).” Oznacza to, że zamieszczenie w SWZ i Umowie tego wymogu jest obowiązkowe pod warunkiem, że czynności będą miały w istocie pracowniczy charakter.

**Odpowiedź:** Zgodnie ze zmianą załącznika nr 3.1, 3.2 SWZ – projektowane postanowienia umowy - Strony zamienne w załączeniu oraz zmiana SWZ rozdz. V pkt 11.

#### **Pytania nr 2**

##### Dot. Formularz ofertowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych pozycji (Części), na które Wykonawca składa ofertę.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie nr 3**

##### Dot. Formularz ofertowy pkt 7

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o usunięcie punktu nr 7, gdyż nie dotyczy on prowadzonego postępowania.

**Odpowiedź:** Zmiana załącznika nr 1- Formularz ofertowy – Strony zamienne w załączeniu.

#### **Pytanie nr 4**

##### Dot. zapisów umowy § 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 5**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o udzielenie informacji czy w komorach laminarnych z pakietu 14. wymieniane już były filtry, jeżeli tak to kiedy oraz ile godzin przepracowało urządzenie od ich wymiany?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ (cz. 14 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia).

#### **Pytanie nr 6**

Dotyczy pakietu 14. Zwracam się z prośbą o wskazanie przewidywanego terminu wykonania przeglądu komór laminarnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ (cz. 14 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia).

#### **Pytanie nr 7**

##### **Dotyczy: część nr 1 – Gamma kamera, załącznik nr 3.1. do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1, z: 0,5% na: 0,1%. Wysokość kary umownej odnosi się do wartości wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, tj. za całe 36 miesięcy, co sprawia, że kara umowna jest nieproporcjonalnie wygórowana. Proponowana przez Wykonawcę kara na poziomie 0,1% całkowitej wartości umowy jest powszechnie stosowana w kontraktach serwisowych.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o zmianę brzmienia § 7 ust. 1 na następujące:  
„1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za zwłokę Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w zakresie przeglądów – 0,5 % liczone od wartości miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §5 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 8****Dotyczy: część nr 1 – Gamma kamera, załącznik nr 3.1. do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Prosimy o obniżenie progu dopuszczającego waloryzację, o którym mowa w § 10 ust. 5, z: 5% na: 4%. Wysokość wskaźników kwartalnych wynosiła w ostatnim czasie: 1 kw.2023r. – 4,3%, IV kw.2022r. – 3,6%, III kw.2022r. – 3,1%, II kw.2022r. – 5,8%, I kw. 2022r. – 3,8%. Jak widać, wysokość wskaźników kwartalnych rzadko kiedy przekracza 4%, co sprawia, że mało prawdopodobne jest, aby ich średnia za dwa kwartały przekroczyła 5%, czyli możliwość wnioskowania o waloryzację jest mało realna. W brzmieniu zaprojektowanym przez zamawiającego waloryzacja nie spełnia swojego głównego celu – nie zapewnia możliwości urealnienia wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 9****Dotyczy: część nr 1 – Gamma kamera, załącznik nr 3.1. do SWZ – Projektowane postanowienia umowy**

Prosimy o zmianę maksymalnej łącznej wartości zmian wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 10 ust. 10 z: 10% na: 30%. Okres obowiązywania umowy wynosi 36 miesięcy. Łączna maksymalna wartość zmian zaprojektowana przez zamawiającego, przy założeniu progu dopuszczalności waloryzacji, o którym mowa w § 10 ust. 5, jest zbyt niska, żeby zapewnić realną możliwość zmiany wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

**Pytanie nr 10****Dotyczy: część nr 1 – Gamma kamera, załącznik nr 2.1. do SWZ**

Dla Wykonawcy niezrozumiałe jest wskazywanie w kosztorysie ofertowym oddzielnie wartości za jeden przegląd i za jeden miesiąc usługi serwisowania. Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik 3.1. do SWZ, § 5 ust. 1) faktury z tytułu realizowania umowy będą wystawiane miesięcznie za całą obsługę serwisową, tj. łącznie za przeglądy i usługę serwisowania.

Prosimy o usunięcie z kosztorysu pól odnoszących się do ilości i wartości za przeglądy i pozostawienie w nim wyłącznie pól odnoszących się do miesięcznego kosztu obsługi serwisowej, tj. nadanie załącznikowi 2.1 do SWZ następującej treści:

Lp	Nazwa usługi	Czas obowiązywania umowy (podany w miesiącach)	Wartość brutto za jeden miesiąc *	Wartość brutto za cały okres obowiązywania umowy *
1	Obsługa serwisowa gamma kamery, typ Nucline TH/33 – 1 szt., s/n TH-006262-33	36		

\* wypełnia Wykonawca

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana załącznika nr 2.1- kosztorys ofertowy, Część 1 - Gamma kamera -Strony zamienne w załączeniu.

**Pytanie nr 11****Dotyczy: załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w punkcie 2 Formularza ofertowego Wykonawca zostawił tylko te części przedmiotu, na które składa ofertę, a pozostałe wykreślił?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

#### **Pytanie nr 12**

##### **Dotyczy: załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy**

Punkt 7 Formularza ofertowego nie ma związku z przedmiotem zamówienia. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są usługi naprawy i konserwacji, a nie dostawy sprzętu medycznego. Prosimy o wykreślenie z Formularza ofertowego punktu 7.

**Odpowiedź:** Zmiana załącznika nr 1- Formularz ofertowy – Strony zamienne w załączeniu.

#### **Pytanie 13**

##### **Części 6 –Kardiomonitor, defibrylator**

**dot. SWZ, XVI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, d) zdolność techniczna i zawodowa, b) wykaz osób, dot. cz. 6**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu poprzez zniesienie terminu ważności (nie starsze niż 24 m-ce) imiennych certyfikatów ze szkolenia, wydanych przez producenta urządzenia lub inny upoważniony przez producenta podmiot.

Jako autoryzowany przedstawiciel producenta informujemy, że certyfikaty szkoleń uzyskane przez te osoby nie tracą ważności (są wystawiane bezterminowo), zaś aparaty, których dotyczy niniejsze postępowanie są produkowane od wielu lat. Osoby wykonujące usługi serwisowania tych urządzeń zostały zatem przeszkolone przez producenta wcześniej niż w okresie dwóch lat wstecz, ale jednocześnie dokumenty certyfikujące i potwierdzające przeszkolenie są nadal ważne i pozostają w mocy.

Zmiana zapisu pozwoli nam złożyć ważną i korzystną dla Zamawiającego ofertę.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu poprzez usunięcie sformułowania „nie starsze niż 24 m-ce”. Zmiana SWZ w Rozdziale XVI, pkt. 2 lit. d) zdolności techniczne zawodowe, b) wykaz osób

#### **Pytanie 14**

##### **dot. Załącznik nr 3.1-3.2 – Projektowane postanowienia umowy;**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie 15**

##### **W zakresie Części nr 3 - sterylizatory gazowe i abator firmy 3M**

##### **dot. Zapisu Zapis z umowy § 8**

*Stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.*

**Czy Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia w formie własnej działalności z wieloletnim stażem współpracy z Wykonawcą / Pracodawcą?**

##### **UZASADNIENIE:**

Dla osób wykonujących czynności serwisowe jest to korzystniejsza forma współpracy, a pomimo takiej regulacji są wieloletnimi i doświadczonymi pracownikami firmy. Minimalny staż doświadczenie w zakresie czynności jw. serwisantów współpracujących z naszą firmą wynosi minimum 10 lat.

**Odpowiedź:** Zgodnie ze zmianą załącznika nr 3.1, 3.2 SWZ – Projektowane Postanowienia Umowy- Strony zamienne w załączeniu.

**Pytanie 16**

Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający przewiduje dokonanie 1 przeglądu w 1 roku na wymienione urządzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ (część nr 7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

**Pytanie 17**

Dotyczy pakietu nr 7 projektowane postanowienia umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę realizację naprawy w trybie wykonania zastępczego, polegającego na zleceniu wykonania takiej naprawy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy po 5 dniach roboczych od momentu nie przystąpienia do naprawy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 18**

**dot. Załącznik nr 2.6 - KOSZTORYS OFERTOWY Część 6 – Kardiomonitory, defibrylator**

Zwracamy się z prośbą o poprawienie w formularzu ilości przeglądów dla pozycji 2, 3, 4 - na jeden przegląd.

Przeglądy zostały wykonane w 2022 roku, następne przypadają na 2024 rok.

Dotyczy urządzeń IntelliVue MX550, MX700, MX750, X3.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 19**

**Pakiet nr 16:**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy? Na czas przeglądu Wykonawca dostarczy urządzenia zastępcze oraz pokryje koszty transportu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 20**

**Dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający zmodyfikuje tabelę dotyczącą pakietu nr 7 i rozszerzy ją o wpisanie dat przeglądów do tabeli i kosztu jednorazowego dojazdu?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

II. Działając w oparciu o zapisy art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający zmienia treść zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**1) Zmiana SWZ pkt V, 11****V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poprzez usunięcie pkt 11 tj.**

11. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

## **2) Zmiana SWZ pkt XVI, 2) lit. d), b) oraz usunięcie zapisu UWAGA**

### **d) zdolności technicznej lub zawodowej**

**Zamawiający na potwierdzenie posiadania zdolności technicznej i zawodowej wymaga:**

b) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami – **zgodnie z zał. nr 10 SWZ.**

**Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w wykazie osób wskaże:**

**Dla Części 1 – 9: minimum 1 osoba skierowane do realizacji zamówienia posiadająca wiedzę i kwalifikacje potwierdzone imiennym certyfikatem ze szkolenia, wydanym przez producenta urządzenia lub inny upoważniony przez producenta podmiot.**

**Dla Części 10-28: minimum 1 osoba posiadająca wiedzę i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zamówienia.**

Zamawiający zastrzega przy tym możliwość żądania od Wykonawcy, przed przystąpieniem do wykonania usług serwisowych, świadectwa przeszkolenia personelu Wykonawcy potwierdzającego nabycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia, zgodnych z wymaganiami producenta urządzeń, których dotyczy dana usługa serwisowa.

## **3) Zmiana SWZ pkt XVIII. 1**

**Było:**

Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18.08.2023 r.

**Jest:**

Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.09.2023 r.

## **4) Zmiana SWZ pkt XXII. 1**

**Było:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XXI należy złożyć w terminie **do dnia 27.06.2023 r. do godziny 9:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

**Jest:**

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XXI należy złożyć w terminie **do dnia 30.06.2023 r. do godziny 9:00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

## **5) Zmiana SWZ pkt XXII. 2**

### **Było:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.06.2023 r. o godzinie 9:15** za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin.

### **Jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.06.2023 r. o godzinie 9:15** za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin.

## **6) Zmiana SWZ pkt XXVII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ poprzez usunięcie Załącznika nr 11 tj.**

Załącznik nr 11 - Wykaz pracowników zgodny z art. 95 pzp (załącznik do przyszłej umowy).

## **7) Zmiana załącznika nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY– Strony zamienne w załączeniu.**

## **8) Zmiana załącznika nr 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY - Część 1 – Gamma kamera – Strony zamienne w załączeniu.**

## **9) Zmiana załącznika nr 2.2 - KOSZTORYS OFERTOWY - Część 2 – Automatyczny izolator kwasów nukleinowych metodą Booma, stacja do automatycznej izolacji RNA i DNA – Strony zamienne w załączeniu.**

## **10) Zmiana załącznika nr 2.3 - KOSZTORYS OFERTOWY - Część 3 – Sterylizator gazowy – Strony zamienne w załączeniu.**

## **11) Zmiana załącznika nr 2.4 - KOSZTORYS OFERTOWY - Część 4 – Aparat do oceny integralności i koncentracji kwasów nukleinowych – Strony zamienne w załączeniu.**

## **12) Zmiana załącznika nr 2.8 - KOSZTORYS OFERTOWY - Część 8 – Aparat USG – Strony zamienne w załączeniu.**

## **13) Zmiana załącznika nr 2.9 - KOSZTORYS OFERTOWY - Część 9 – Mikroskopy – Strony zamienne w załączeniu.**

## **14) Zmiana załącznika nr 3.1 - Załącznik nr 3.1 – Projektowane postanowienia umowy – Strony zamienne w załączeniu.**

## **15) Zmiana załącznika nr 3.2 – Załącznik nr 3.2 - Projektowane postanowienia umowy – Strony zamienne w załączeniu.**

Zmiany wchodzi w życie z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.