

Mrągowo, dnia 10.02.2022r.

NZ-1/22

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy zamówienia pn.: „Dostawa i montaż sprzętu do sterylizacji” będącego realizacją Projektu „Wsparcie Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach Osi Priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia” Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania:

1. Dot. Zał. 1A do SIWZ, Przelotowy sterylizator parowy z wbudowaną wytwornicą pary – 1 szt.: **Prosimy o podanie wymiaru otworu w ścianie oraz materiału z którego wykonana jest ściana (grubość, materiał).**

**Odp. Szerokość 161cm, wysokość 189cm, siporex 12 cm ( z tynkiem 16). W załączeniu do wyjaśnień dołączamy rzuty pomieszczeń, w których instalowane będą sprzęty do sterylizacji.**

2. Dot. Zał. 1A do SIWZ, Przelotowy sterylizator parowy z wbudowaną wytwornicą pary – 1 szt., Pkt.: 47: **Prosimy o dopuszczenie zgodności z aktualnie obowiązującą dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych nr 2014/68/UE, która zastąpiła dyrektywę nr 97/23/EC. Zgodność z nową dyrektywą 2014/68/UE zostanie potwierdzona certyfikatami CE dostarczonymi wraz z urządzeniami.**

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

3. Dot. Zał. 1A do SIWZ, Przelotowy sterylizator parowy z wbudowaną wytwornicą pary – 1 szt., Pkt.: 50: **Prosimy o informację, który z posiadanych przez Zamawiającego sterylizatorów będzie ponownie montowany, prosimy o podanie jego wymiarów gabarytowych oraz masy. Prosimy o informację na temat miejsc, w które mają być przeniesione oba demontowane sterylizatory, czy to będzie w tym samym budynku, które piętro, szerokość drzwi na drodze transportowej.**

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w Załączniku widnieje błędny zapis. Szpital posiada jeden sterylizator parowy, który zostanie zdemontowany i zutylizowany przez Szpital, w związku z czym wykreśla pkt 50 w Załączniku nr 1A.**

4. Dot. Zał. 1A do SIWZ, Przelotowy sterylizator parowy z wbudowaną wytwornicą pary – 1 szt., Pkt.: 56: **Prosimy o dopuszczenie Stacji Uzdatniania Wody o wydajności dostosowanej do zapotrzebowania sterylizatora, t.j.:**  
- Urządzenie do odwróconej osmozy z pomiarem przewodności produkowanej wody i układem płukania membran, wydajność godzinowa min. 50 l/h,  
- System podnoszenia ciśnienia wody po odwróconej osmozie z pompą wykonaną ze stali kwasoodpornej bez lampy bakteriobójczej UV, (która nie jest wymagana, gdy Stacja Uzdatniania wody jest w bliskim sąsiedztwie Sterylizatora)

Zbiornik magazynowy wody demineralizowanej, poj. min. 0,1 m3.

Uzasadnienie: Sterylizator pobiera max. 25 litrów wody demineralizowanej / godzinę.

**Odp. Zamawiający dopuszcza przelotowy sterylizator parowy z wbudowaną wytwornicą pary o powyższych parametrach.**

5. Dot. Zał. 1A do SIWZ, Przelotowy sterylizator parowy z wbudowaną wytwornicą pary – 1 szt., Pkt.: 59: **Prosimy o wyłączenie z zakresu realizacji punktów 59 podpunkt 3 oraz 4, które powinny zostać wykonane przez firmę Elmi – dostawcę Systemu Medok. Czy w miejsce instalacji doprowadzona jest sieć lokalna do podłączenia urządzenia ?**

**Odp. Zamawiający wyłącza z zakresu realizacji punktu 59 podpunkt 4, pozostałe podpunkty pozostają bez zmian. W miejsce instalacji doprowadzona jest sieć lokalna do podłączenia urządzenia.**

6. Dot. Zał. 1B do SIWZ, Przelotowa myjnia dezynfekcyjna – 1 szt., Pkt.: 11: **Czy Zamawiający w miejscu instalacji myjni dysponuje instalacją wody zmiękczonej oraz/lub wody demineralizowanej ?**

**Odp. Zamawiający posiada instalację wody zmiękczonej.**

7. Dot. Zał. 1B do SIWZ, Przelotowa myjnia dezynfekcyjna – 1 szt., Pkt.: 42: **Prosimy o wyłączenie z zakresu realizacji punktów 42 podpunkt 3 oraz 4, które powinny zostać wykonane przez firmę Elmi – dostawcę Systemu Medok. Czy w miejsce instalacji doprowadzona jest sieć lokalna do podłączenia urządzenia.**

**Odp. Zamawiający wyłącza z zakresu realizacji punktu 59 podpunkt 4, pozostałe podpunkty pozostają bez zmian. W miejsce instalacji doprowadzona jest sieć lokalna do podłączenia urządzenia.**

8. Dot. Zał. 5 do SIWZ, Projekt umowy, paragraf 7 Kary umowne: **Prosimy o zmniejszenie kar umownych do poziomu max. 0,2% kwoty brutto za dzień opóźnienia zarówno w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i usunięciu wad.**

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy Projektu Umowy bez zmian.**

9. Dot. Zał. 5 do SIWZ, Projekt umowy, paragraf 7 Kary umowne: **Prosimy o ujednoczenie kar z tytułu odstąpienia od umowy do wartości identycznej dla obu stron.**

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy Projektu Umowy bez zmian.**

10. Dot. Zał. 5 do SIWZ, Projekt umowy, paragraf 3, ust. 6: **Prosimy o zmianę zapisów umowy z: „Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy zgłoszonych usterek jednak nie dłużej niż 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę - następny dzień roboczy od momentu zakończenia zdalnej diagnostyki urządzenia i przyjęcia zgłoszenia serwisowego przez konsultanta”**

**na: „Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy zgłoszonych usterek jednak nie dłużej niż 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia za wyjątkiem napraw wymagających wymiany części pochodzących spoza UE, w takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do naprawy nie dłużej niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę - następny dzień roboczy od momentu zakończenia zdalnej diagnostyki urządzenia i przyjęcia zgłoszenia serwisowego przez konsultanta. Czas reakcji rozumiany jako telefoniczna konsultacja inżyniera serwisu bądź wizyta na miejscu. Uzasadnienie: nie każde zgłoszenie serwisowe wymaga przyjazdu inżyniera na miejsce”.**

**Odp. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 3 ust. 6 Projektu Umowy i nadaje mu następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy zgłoszonych usterek jednak nie dłużej niż 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia za wyjątkiem napraw wymagających wymiany części pochodzących spoza UE, w takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do naprawy nie dłużej niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę - następny dzień roboczy od momentu zakończenia zdalnej diagnostyki urządzenia i przyjęcia zgłoszenia serwisowego przez konsultanta”.**

11. Dot. Zał. 5 do SIWZ, Projekt umowy, paragraf 7 Kary umowne: **Prosimy o doprecyzowanie w §7 ust. 1 pkt 1) i 2), że chodzi o wynagrodzenie brutto danego urządzenia ustalone w umowie.**

**Odp. Zamawiający potwierdza, że zapisy § 7 dotyczą wynagrodzenia brutto dla każdego Zadania odrębnie i taki zapis zostanie wprowadzony do Umowy.**

12. Dot. Zał. 5 do SIWZ, Projekt umowy, paragraf 3: **Prosimy o wykreślenie zapisów § 3 ust. 8.**

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone modyfikacje są wiążące dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Przedstawione powyżej wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie postępowania – <https://platformazakupowa.pl/transakcja/569239>. Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU  
Brygida Schlueter-Górska