

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wrocław, dnia 13.06.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup i dostawa urządzeń i sprzętu medycznego w związku z realizacją projektu „Doposażenie poradni w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych na terenie województwa dolnośląskiego”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

część 5 elektrokardiograf

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z wbudowanym ekranem graficznym kolorowym 8” umożliwiającym jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG o rozdzielczość 1024 x 600 co umożliwi komfortową pracę personelu?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza aparat EKG z wbudowanym ekranem graficznym kolorowym 8” o rozdzielczość 1024 x 600.

Pytanie nr 2:

część 5 elektrokardiograf

Wyspecyfikowany elektrokardiograf z dedykowanym wózkiem pod ekg znacznie przekracza wagę 1,3 kg (bez wyposażenia) . Czy w związku z tym Zamawiający dopuści aparat EKG cięższy o 700 gramów tj. 2,1kg? Waga aparatu na stoliku jezdnym nie będzie miała wpływu na codzienne użytkowanie.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza aparat EKG o wadze większej o 20% od podanej w OPZ. Podana waga w OPZ obejmuje wyposażenie wymienione w pkt. 32, nie dotyczy pkt. 33.

Pytanie nr 3:

część 5 elektrokardiograf

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy elektrokardiograf z zapisem w trybie automatycznym (jednocześnie lub czas rzeczywisty) 3x4, 3x4+ 1, 6x2, 6x2+1, 12x1 odprowadzeń EKG?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga zapisów w trybie automatycznym (jednocześnie lub czas rzeczywisty) zgodnych z wymienionymi w OPZ.

W związku z udzielanymi odpowiedziami Zamawiający informuje, że Wykonawcy którzy składają produkt dopuszczony odpowiedziami Zamawiającego – zaznaczą uwagą nr odpowiedzi i datą pisma z odpowiedziami.

Miejsce zaznaczenia: Załącznik nr 1 do SWZ, odpowiednio przy oferowanym produkcie.

UWAGA

PROSZĘ O ZAŁĄCZENIE DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH WSZYSTKIE WYMAGANE ZAPISAMI SWZ CECHY