



Warszawa, dnia 2 kwietnia 2020 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa wyrobów reumoortopedycznych w podziale na zadania” – sprawa nr 14/PN/2020/ES

Zamawiający, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej Ustawą, informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawców, na które Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje następujących zmian w SIWZ:

Pytanie 1 – dotyczy Zadania 2, poz. 5

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z Zadanie nr 2 ujętego w Załączniku nr 2 pozycji 5 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów **jednorazowego użytku** oraz folii operacyjnych złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a **spowoduje większą konkurencyjność**, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 5 z Zadania nr 2 i utworzenia nowego do Zadania nr 3

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji wysokości wadium:

BYŁO:

dla zadania nr 2 – 2 600,00 zł (słownie: złotych dwa tysiące sześćset groszy 00/100),

JEST:

dla Zadania nr 2 – 2 100,00 zł (słownie: złotych dwa tysiące sześćset groszy 00/100),

dla Zadania nr 3 – 500,00 zł (słownie: złotych dwa tysiące sześćset groszy 00/100),

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 – Formularz Asortymentowo-Cenowy dla Zadania nr 2 oraz nowoutworzonego Zadania nr 3, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytania dotyczące projektu umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ (Istotne dla Stron postanowienia umowy):

Pytanie 2 – dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów ustępu 11 punkt 1.1 i naddanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiane ulegnie cena brutto, cena netto nie zmieni się. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających nową stawkę podatku VAT”.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia ich przekazania.

SPECJALISTA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie
Sporządził: Emilia Stadnik

mgr Emilia Stadnik

DYREKTOR
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie

Dr n. med. Marek Tombarkiewicz

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie Nr 2 - Uniwersalne systemy cementowania

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto/zt	Wartość netto/zt	VAT %	Cena jedn. brutto/zt	Wartość brutto/zt	Producent /nazwa	Nr katalogowy
1	Cement kostny 40 g z antybiotykiem gentamycyną z jednym składnikiem barwiony na zielono.	szt.	200	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
2	Cement kostny 40 g rewizyjny z gentamycyną i klindamycyną z jednym składnikiem barwiony na zielono.	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
3	Mieszalniko strzykawka o pojemności do 80 g z filtrem węglowym oraz wstępną presuryzacją cementu.	szt.	150	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
4	Dwie mieszalniko strzykawki o pojemności do 80 i 40 g. z filtrem węglowym oraz wstępną presuryzacją cementu.	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
5	Miękka forma spacer'a stawu biodrowego, pozwala na aplikację cementu kostnego przygotowanego metodą próżniową, za pomocą strzykawki. Wypełnienie biodra w rozmiarach: 9X125 mm, 13X145 mm, 17X165 mm.	szt.	15	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
6	Miękka forma spacer'a kłycki udowych w postaci zestawu czterech komponentów udowych odpowiednio 50, 65, 70 i 75 mm.	szt.	15	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
7	Miękka forma spacer'a kłycki piszczelowych w postaci czterech komponentów piszczelowych w rozmiarach 65, 70, 75 i 80 mm.	szt.	15	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
8	Wypełnienie trzonu kości udowej wraz z metalowa konstrukcją.	szt.	10	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
9	Wypełnienie głowy kości udowej wraz z metalowa konstrukcją.	szt.	10	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
10	Adapter szyjki w trzech rozmiarach.	szt.	10	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
11	Udowy korek kanałowy.	szt.	50	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
12	Śródooperacyjny test wykrywający alfadefensyny.	szt.	20	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
13	Komponent rzepekki typu Vanguard, Nexgen	szt.	10	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
Razem										
									0,00	0,00

Instrumentarium wraz z napędem chirurgicznym wypożyczone będą na czas trwania umowy lub na czas zabiegu.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Zadanie Nr 3 - Zestaw do płukania pola operacyjnego

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto /zł	Wartość netto /zł	VAT %	Cena jedn. brutto /zł	Wartość brutto /zł	Producent /nazwa	Nr katalogowy
1	Zestaw do płukania pola operacyjnego nie zawierający lateksu z napędem zintegrowanym z węzłem tłocząco-ssącym , klipsem odcinającym i przewodem zasilającym. W zestawie : krótka końcówka ssąco-tłocząca z osłoną rozbryzgową o dł. 12,7 cm dla stawu kolanowego, długa końcówka kanałowa o dł. 22,86 cm dla stawu biodrowego. Dwie szybkości pracy o wysokim ciśnieniu do płukania kości oraz o niskim ciśnieniu płukania tkanek miękkich.	szt.	200	0,00	0,00	8%	0,00	0,00		
				Razem						