



Słupsk, dnia 13.12.2023 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa akcesoriów i środków czystości, formaliny, taśmy do zaklejania preparatów oraz testu immunochromatograficznego - nr postępowania 123/TP/2023.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), [zwanej dalej także „PZP”] Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy Część nr 5:

Czy Zamawiający dopuści test o czułości: 95% dla grypa A, 92,9% dla grypy B, 94,3 % dla RSV, 96,9 % dla RSV, 96,4% dla Sars-Cov-2? Swoistość dla każdego z zgodna z wymogami Zamawiającego.

**Odp. Zamawiającego:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

2. Dotyczy części nr 1 poz 24

Czy na pewno Tabletki do zmywarki muszą być tego samego producenta co poz 17 czyli Płyn do mycia łazienek i kabin w spryskiwaczu ? Czy raczej tożsame z poz 22,23 powinny być

**Odp. Zamawiającego:**

**Omyłka pisarska Zamawiającego, ten sam producent dotyczy poz. 23 oraz 24.**

3. Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. **(dotyczy: Pakiet 4)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie formaliny buforowanej 10% - produkt posiadający IVD, bezbarwna, klarowna ciecz, pH w temperaturze pokojowej wynosi 7,2-7,4; zawartość formaldehydu 3-5%, pojemność opakowania 1 litr.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

  
**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
**Piotr Feszak**