

Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/103/20

Sucha Beskidzka, dnia 09.12.2020r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic – uzupełnienie V (ZOZ.V.010/DZP/103/20).

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Prosimy o dopuszczenie w zakresie pakietu nr 3 rękawic: rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe, o teksturowanych końcówkach palców. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,09-0,10mm. Długość min. 240 mm. AQL 1.5, siła zrywania przed starzeniem min. 6,0 N. Rozmiar S, M, L, XL. Pakowane po 100 szt. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. I. Dopuszczone do kontaktu z żywnością, zgodne z EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671, op. a 100 szt.

Odp. Zamawiający dopuszcza rękawice o w/w parametrach, nie dopuszcza rękawic kategorii I.

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o informację czy w związku z obecnie panującą trudną sytuacją na rynku, wywołaną epidemią COVID 19, wyrażą Państwo zgodę na dostawę rękawic kat. I w miejsce kat. III w okresie ok. 1,5 - 2 miesięcy.

Odp. Zamawiający nie wyrażą zgody na dostawę rękawic kat. I.

Z poważaniem,


Zespół Opieki Zdrowotnej
Sucha Beskidzka
mgr Marusz Baczewski

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek