

K-dzpz/24-ZO/2022

Tarnów, 10.08.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/24-ZO/2022 z dnia 5.08.2022 r. na „**Dostawę akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych dla ANS w Tarnowie w ramach projektu - Małopolska Chmura Edukacyjna**” - część 2.

Pytanie nr 3:

pkt.12. Oponka gumowa średnica zewnętrzna 95mm, średnica wewnętrzna 50mm (podstawka pod kolbę okrągłodenna)

Pytanie: Czy podstawka pod kolbę okrągłodenną może być korkowa?

Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 3:

Dopuszcza się by podstawka była plastikowa lub korkowa.

Rektor ANS w Tarnowie
dr hab. Małgorzata Kołpa