

## Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawy wyrobów medycznych stosowanych w elektroterapii kardiologicznej oraz elektrod ablacyjnych i diagnostycznych wraz z dzierżawą systemu elektrofizjologicznego i elektroanatomicznego 3D BZP.38.382-36.23**

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ Z DNIA 17.11.2023r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Warunków Zamówienia, na podstawie art. 135 ust. 2, 6 i art. 137 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 8 pkt 13:**

Pakiet 8 punkt 13 wymogów technicznych – Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez algorytmu promującego własne przewodzenie przedsionkowokomorowe z dostymulowaniem lewej komory?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 9:**

Pakiet 9 punkt 4 wymogów technicznych – Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez algorytmu promującego własne przewodzenie przedsionkowokomorowe z dostymulowaniem lewej komory?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 9:**

Pakiet 9 punkt 10 i 11 wymogów technicznych – Czy Zamawiający dopuści urządzenie dedykowane badaniom 3T bez stref wykluczenia ale nie wyposażone w programowalną funkcję rozpoznawania środowiska MRI?

#### Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następujący sposób:

W Formularzu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 1 do SWZ, w *Pakiecie nr 9 - Zaawansowany defibrylator resynchronizujący CRT-D MRI z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej dla pacjentów kachetycznych wraz z kompletem elektrod*, w Tabeli „Parametry techniczno-użytkowe” w pkt 10 i 11 SWZ zmienia zapis z:

10.	Sprzęt z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI
11.	Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku ProMRI 1,5T bez stref wykluczenia (FBS) oraz 3T ze strefami wykluczenia (EXZ)

który otrzymuje brzmienie:

10.	Sprzęt z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI <b>lub bez programowalnej funkcji automatycznego rozpoznawania środowiska MRI</b>
11.	Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku ProMRI 1,5T bez stref wykluczenia (FBS) oraz 3T ze strefami wykluczenia (EXZ) <b>lub bez stref wykluczenia</b>

**Pytanie nr 4 dot. Wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis w prag. 2 ust.8 i zwiększy minimalną wartość realizacji przedmiotu umowy do 60% dla każdego pakietu oddzielnie, co wiąże się z zasadą równego traktowania Stron przy realizacji przedmiotu umowy. Uregulowanie tego zapisu wynika z potrzeby ochrony również wykonawcy, dla którego już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest to istotna informacja, która wpływa na decyzję o starcie w postępowaniu, a także w dużej mierze o cenie oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 5 dot. Wzoru umowy:**

Czy Zamawiający w paragraf.7 DEPOZYT ust.2 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na utworzenie depozytu z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych od dnia obowiązywania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następujący sposób:

W § 7 ust. 2 Wzoru umowy – Załącznik nr 4 do SWZ zmienia zapis z:

„2. Celem utworzenia depozytu zgodnie z umową, Wykonawca zobowiązany jest za wcześniejszym uprzedzeniem w terminie 3 dni roboczych od daty obowiązywania umowy, dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. Przedmiot umowy pozostawiony w depozycie, jest własnością Wykonawcy do chwili pobrania go do zabiegu. Z chwilą pobrania własność przechodzi na Zamawiającego. Wykonawca na podstawie raportu zużycia wystawi rachunek lub fakturę VAT dokumentującą dokonaną sprzedaż.”

który otrzymuje brzmienie:

„2. Celem utworzenia depozytu zgodnie z umową, Wykonawca zobowiązany jest za wcześniejszym uprzedzeniem w terminie **5 dni** roboczych od daty obowiązywania umowy, dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy w ilościach określonych w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. Przedmiot umowy pozostawiony w depozycie, jest własnością Wykonawcy do chwili pobrania go do zabiegu. Z chwilą pobrania własność przechodzi na Zamawiającego. Wykonawca na podstawie raportu zużycia wystawi rachunek lub fakturę VAT dokumentującą dokonaną sprzedaż.”

**Pytanie nr 6 dot. Wzoru umowy:**

W celu miarkowania kar umownych zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary określonej w paragraf.11 KARY UMOWNE ust.1 pkt. 2 z 10% na 5% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części zamówienia, w przypadku gdy dana dostawa będzie obejmować przedmiot umowy o złej jakości, nie posiadający deklarowanych właściwości oraz przedmiot umowy w ilości niezgodnej z zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 7 dot. Wzoru umowy:**

Parg.5 WARUNKI UMOWY ust.12 - Ponieważ posiadanie przez Zamawiającego programatorów jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń wszczepialnych składamy zapytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaakceptowanie wzoru umowy używania, która stanowi załącznik do niniejszego zapytania? Umowa gwarantuje serwis, naprawę w ramach obowiązującej umowy przetargowej oraz określa zasady używania sprzętu oraz wynika z obowiązków według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 8 dot. Wzoru umowy:**

Zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 4 PZP, postanowienia umowy odnoszące się do waloryzacji związanej ze zmianą ceny materiałów lub kosztów, powinny zawierać maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. Czy Zamawiający wskaże przedmiotową wartość?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następujący sposób:

W § 12 Wzoru umowy – Załącznik nr 4 do SWZ, po ust. 8 dodaje ust. 9 w brzmieniu:

„9.Zamawiający dopuszcza maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w § 12 umowy do poziomu 15 %.”

**Pytanie nr 9 dot. Wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie postanowień Załącznika nr 4 do SWZ („Umowa”) w zakresie § 7 ust. 12 poprzez wskazanie, iż w ramach wykonania zastępczego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu różnicy cen (w przypadku, gdy ceny z wykonania zastępczego przekraczają ceny wskazane w Umowie). Wykonawca nadmienia, iż przedmiotowe rozwiązanie stanowi standard stosowanych dla instytucji wykonania zastępczego w umowach, których przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP wprowadza zmiany w SWZ w następujący sposób:

W § 7 ust. 12 Wzoru umowy – Załącznik nr 4 do SWZ zmienia zapis z:

„12. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z uzupełnieniem depozytu w terminie określonym w § 7 ust. 5 umowy, Zamawiający może bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy przedmiotu umowy podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).”

który otrzymuje brzmienie:

„12. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z uzupełnieniem depozytu w terminie określonym w § 7 ust. 5 umowy, Zamawiający może bez uprzedniego wezwania, mając na uwadze cel umowy, powierzyć wykonanie dostawy przedmiotu umowy podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). **Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu różnicy w cenie.**”

**Pytanie nr 10 dot. Wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 11 ust. 1 pkt 6 Umowy poprzez obniżenie wskazanej tam kary z 1 000,00 zł do 500,00 zł. W ocenie Wykonawcy kara w wysokości 1000 PLN jest rażąco wysoka oraz nieproporcjonalna do wymiaru ewentualnej szkody Zamawiającego. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 11 dot. Wzoru umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 11 ust. 1 pkt 7 Umowy poprzez obniżenie wskazanej tam kary z 800,00 zł do 400,00 zł. W ocenie Wykonawcy kara w wysokości 1000 PLN jest rażąco wysoka oraz nieproporcjonalna do wymiaru ewentualnej szkody Zamawiającego. Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy po zmianach z dnia 17.11.2023r. – Pakiet nr 9
- Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy po zmianach z dnia 17.11.2023r.

Pozostała treść SWZ oraz załączników do SWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**

Z poważaniem