

Znak: ZOZ.V.010/DZP/16/21

Sucha Beskidzka dnia 08.03.2021r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu 1x użytku –uzupełnienie I.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odp. Nie dotyczy. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z nową ustawą PZP.

Dotyczy pakietu nr 2

Pytanie nr 1 pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty na Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel model MR850 lub MR730. Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, rura karbowana o długości całkowitej 150 cm, Ø wew. 10 mm, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej o długości 120 cm z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza wew. 22 mm, zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850 lub MR730), z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem. Komplet zawiera uniwersalną komorę samonapełniającą z systemem antyprzelewowym zabezpieczającym przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora posiadająca wskaźnik poziomu wody. Posiadająca zintegrowany, nierozłączalny dren zaopatrzonego w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym. Komora gotowa do użycia natychmiast po wpięciu jej w butelkę z wodą do iniekcji. Pasująca do wszystkich nawilżaczy Fisher&Paykel z serii MR, oraz większości nawilżaczy innych firm dostępnych na rynku. Otwór wejścia 22 mm M (zewnętrzna średnica), otwór wyjścia 22 mm M (zewnętrzna średnica). Układ wraz z komorą tworzy kpl. tj. znajduje się w jednym opakowaniu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 pozycja nr 7, 8, 9, 10 oraz 13

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 7,8, 9, 10 oraz 13 w zadaniu nr 2, oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla szpitala.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy pakietu nr 14

Pytanie nr 1 pozycja nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie oferty na Jednorazowy układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel model MR850 lub MR730. Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, rura karbowana o długości całkowitej 150 cm, Ø wew. 10 mm, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej o długości 120 cm z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza wew. 22 mm. Reszta układu zgodna z opisem SWZ. Komora nawilżacza pakowana w zestawie z układem.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchym Belskiej
mgr Janusz Barziewski



mgr Sabina Steczek